



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^η
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ: 999426853
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.E00226.0001

Μοναδικός Κωδικός – ΑΔΑΜ: 26REQ019717814

Μοναδικός Κωδικός – ΑΔΑΜ: 26REQ019717834

Ιωάννινα	03-09-2026
Αριθ. Πρωτ.	22985 (10475)

Τμήμα	:	Προμηθειών		
Ταχ. Δ/ση	:	Λ. Στ. Νιάρχου		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΠΡΟΣ:	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΗΜΔΗΣ
Τηλέφωνο	:	2651099856		
email	:	egeorgiou@uhi.gr		
Πληροφορίες	:	Ε.ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Κοιν. :	

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών προσφορών για την προμήθεια Αναλώσιμων Υγειονομικών υλικών για τις ανάγκες του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου.
--------	---

ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
	γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
	στ. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45
	ζ. Ν.4782/2021
	η.Ν.5218/2025
	θ.Ν.4865/2025
	ι. Το με Α/Α 4971/26-08-2026 αίτημα του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου , παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 09-09-2026, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Η αξιολόγηση θα γίνει για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8

του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για τις μηνιαίες παραγγελίες ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.

5. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενός (1) μήνα από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
6. Η διάρκεια ισχύος
7. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
8. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
9. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Υποχρεωτικά

-Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

-Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : 15.535,23€

Πηγή χρηματοδότησης : Τακτικός Προϋπολογισμός

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	5377 ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ / ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2026 7951	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2026 4971	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					
Παρατ.Αίτ.Προμ.					
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ				
	ΑΔΑ				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	09 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΡΕΩΣΙΜΑ				

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	
50006501	ΚΡΥΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ	TEM	2,00	1.100,0000	
0950006501000001	001 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΚΛΟΤΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ACHIEVE CATHETER	13,00	32302030000001	2.486,03	
50006501	ΚΡΥΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ	TEM	2,00	150,0000	
0950006501000003	001 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΥΚΛΟΤΕΡΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ	24,00	32302030000001	372,00	
50006501	ΚΡΥΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ	TEM	2,00	1.100,0000	
0950006501000004	001 ΠΗΔΑΛΙΟΧΟΥΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ	24,00	32302030000001	2.728,00	
50006501	ΚΡΥΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ	TEM	2,00	260,0000	
0950006501000005	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	24,00	32302030000001	644,80	
50006501	ΚΡΥΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ	TEM	2,00	380,0000	
0950006501000006	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	24,00	32302030000001	942,40	
50006501	ΚΡΥΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ	TEM	2,00	3.700,0000	
0950006501000002	001 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΡΥΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ	13,00	32302030000001	8.362,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 15.535,23

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ :0950006501000006 & 0950006501000005

Συνδετικά καλώδια Cryo Καθετήρων

- Συνδετικά καλώδια για όλους τους Cryo-καθετήρες
 - ηλεκτρικής σύνδεσης
 - σύνδεσης αερίου (ομοαξονικό)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ :0950006501000004

Κατευθυνόμενο θηκάρι(Steerable Sheath):

- Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο το πολύ 15fr
- Να διαθέτει εσωτερική διάμετρο 12fr
- Να έχει ακτινοσκιερό σημάδι στο άκρο του θηκαριού για εύκολη αναγνώριση της θέσης του.
- Να διαθέτει ενσωματωμένο διαστολέα συμβατό με σύρμα 0.035".
- Να είναι συμβατό με το μπαλόνι.
- Να μπορεί να καμφθεί μέχρι τις 160ο
- Να διαθέτει πλάγιο σωλήνα για flushing
- Μήκος θηκαριού 81 εκ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ :0950006501000003

Συνδετικό καλώδιό

Συνδετικό καλώδιο για τον καθετήρα κυκλοτερής μορφής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ :0950006501000001

Διαγνωστικός Καθετήρας κυκλοτερής μορφής.

- Να διαθέτει 8 ή 10 ηλεκτρόδια με απόσταση 4mm ή 6mm μεταξύ τους.
- Να έχει διάμετρο 3,3Fr για να είναι συμβατός με τον καθετήρα-μπαλόνι.
- Να διατίθεται σε τρεις (3) διαστάσεις (15mm, 20mm, 25mm).
- Να έχει επαρκές μήκος χειρισμού.
- Να διαθέτει ενσωματωμένο εισαγωγέα.

- Να είναι συμβατό με το μπαλόνι.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ :0950006501000002

Cryo-Καθετήρες για κολπική μαρμαρυγή

- Ο καθετήρας να είναι τύπου μπαλόνι, δίχως ενδοτικότητα κατά την κατάλυση, κατάλληλος για κατάλυση πνευμονικών φλεβών.
- Να διαθέτει tip για την καλύτερη οδήγησή του εντός των πνευμονικών φλεβών.
- Να διατίθεται σε δυο (2) διαμέτρους, 23mm και 28mm
- Να διαθέτει εσωτερικό αυλό για οδήγηση με σύρμα-οδηγό αλλά και έγχυση σκιαγραφικού όταν χρειάζεται
- Να έχει markers στο σώμα του καθετήρα για εύκολή αναγνώριση εάν είναι εντός η εκτός του θηκαριού.
- Να είναι κατευθυνόμενος προς 2 κατευθύνσεις (Bidirectional)
- Να διαθέτει διπλό μπαλόνι για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας στο εγγύς άκρο για λιγότερο θόρυβο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ :50007401

**ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10ΠΟΛΙΚΑ
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ.**

Δεκαπολικά ηλεκτρόδια Η/Φ μεταβαλλόμενης καμπύλης , το σώμα του καθετήρα να είναι κατασκευασμένο από rebaux.

Το μήκος του καθετήρα να είναι 110CM και οι πόλοι να είναι από 90% Platinum-10% Iridium με μήκος πόλου (bandelectrodes) 2mm με διάμετρο καθετήρα 6fr και αποστάσεις πόλων 2 -5-2 mm, 2mmκαι 5mm .

Να διαθέτει ενεργό άκρο (επαφή στο άκρο - bandelectrodes 2mm)και μεταβλητή απόσταση ηλεκτροδίων για βηματοδότηση και καταγραφή .

Η μεταβολή της καμπυλότητας του καθετήρα πρέπει να γίνεται με γραμμική κίνηση τύπου Push / pull και να διαθέτη καμπύλες μεταβολής :

- 1) Μήκος άκρου καμπύλης 63mm με καμπύλη μήκους 32MM (medium)
- 2) Μήκος άκρου καμπύλης 86mm με καμπύλη μήκους 43MM (Large)
- 3) Μήκος άκρου καμπύλης 100 mm με καμπύλη μήκους 50MM (X – Large).