



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Λ. Μεσογείων 152, 11527

Αθήνα, 04-09-2026
Αρίθμ. Πρωτ. 26066

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ.: 210-7770700
E-mail: prom4@sotiria.gr

ΠΡΟΣ: ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΕ
e-mail: info@bioelectronica.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρα 32 & 32Α του Ν. 4412/2016) για την ανάθεση των υπηρεσιών για τη συντήρηση ενός (1) αναισθησιολογικού μηχανήματος DAMECA, S/N:AM5085006, μοντέλο SIESTA I WHISPA του οίκου DAMECA, του Αναισθησιολογικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αντί συνολικής δαπάνης € 2.600,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% (€ 624,00), ήτοι € 3.224,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Σας γνωρίζουμε ότι με την 26064/04-09-2026 Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρα 32 & 32Α του Ν. 4412/2016) για την ανάθεση των υπηρεσιών για τη συντήρηση ενός (1) αναισθησιολογικού μηχανήματος DAMECA, S/N:AM5085006, μοντέλο SIESTA I WHISPA του οίκου DAMECA, του Αναισθησιολογικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.224,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η αποστολή σχετικής πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς στην εταιρεία σας, ως επίσημου διανομέα της DAMECA A/S στην Ελλάδα, για την ανανέωση της ανωτέρω σύμβασης και σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή και τους Γενικούς Όρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ DAMECA

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει τη πλήρη συντήρηση και επισκευή του αναισθησιολογικού μηχανήματος SIESTAIWHISPA, του κατασκευαστικού Οίκου (DAMECA), με s/n:AM5085006, και των αναφερόμενων μερών και εξαρτημάτων του συμπεριλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης σύμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Προς τούτο ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία MDR 745 ή (93/42/EEC) για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Σε περίπτωση αλλαγών που έχουν επέλθει στο εν λόγω προσωπικό (αλλαγές προσώπων, επιπλέον εκπαιδεύσεις, νέα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην

Οδηγία MDR 745 ή (93/42/EEC), κλπ είναι απαραίτητο να υποβληθούν αυτά στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ προ της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων ανταλλακτικών, το σύνολο των αναλωσίμων υλικών συντήρησης και λειτουργίας και κύρια τη διάθεση αυτών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του ιατρικού εξοπλισμού με τον παρελκόμενο εξοπλισμό, επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη. Η ανάλογη δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία MDR 745 ή (93/42/EEC), για την αξιολόγηση της προσφοράς, δεδομένου ότι κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση για την ομαλή, απρόσκοπτη και μακρόχρονη λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού

2. Η Σύμβαση περιλαμβάνει :

2.1. Την συντήρηση του εξοπλισμού όπως αυτή προκύπτει από τα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου για το εν λόγω μοντέλο.

2.2. Την αποκατάσταση των τεχνικών ή λειτουργικών βλαβών του εξοπλισμού, χωρίς επιπλέον χρέωση εργασίας, μετά από σχετική ειδοποίηση του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Σε περίπτωση που για την αποκατάσταση βλάβης απαιτείται η αντικατάσταση ανταλλακτικού, το κόστος του ανταλλακτικού δεν περιλαμβάνεται στο τίμημα της παρούσας σύμβασης και θα υποβάλλεται στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σχετική οικονομική προσφορά προς έγκριση, πριν από την πραγματοποίηση της αντικατάστασης.

2.3. Κατά τις τακτικές προληπτικές συντηρήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται δύο (2) φορές ετησίως, μία (1) φορά ανά εξάμηνο, θα πραγματοποιούνται κατ' ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι και εργασίες:

- Αλλαγή ετήσιου service kit (κωδ. 36459-1) και O₂ sensor (κωδ. E-17/J), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και μία (1) φορά ετησίως.
- Έλεγχος στεγανότητας - διαρροών μηχανήματος και συστήματος ασθενούς
- Έλεγχος - καθαρισμός κανίστρου και βαλβίδας εκπνοής
- Έλεγχος ροομέτρων και υποξικού μίγματος
- Μέτρηση παραμέτρων αναπνευστήρα όπως: tidalvolume, minutevolume, PEEP και λοιπών παραμέτρων αερισμού
- Έλεγχος οπτικοακουστικών και μηχανικών alarms μηχανήματος και παροχών οξυγόνου, και N₂O
- Έλεγχος βαλβίδας flush παροχής οξυγόνου

2.3. Τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.

2.4. Τυχόν επικαιροποιήσεις του λογισμικού (updates, patches) του κατασκευαστικού οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ).

2.5. Έκδοση πρωτόκολλου ηλεκτρικής ασφάλειας έπειτα από κάθε επισκευή ή συντήρηση.

2.6. Πλήρη πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας/μετρήσεων.

2.7. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από τον οίκο κατασκευής προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του ιατρικού εξοπλισμού.

Τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου να είναι διακριβωμένα – να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

2.8. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προβαίνει, σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του ιατρικού εξοπλισμού, εφ' όσον τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα

των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών.

2.9. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ενημερώνει το **ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»** σχετικά με τις βελτιώσεις του ιατρικού εξοπλισμού που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.

2.10. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας-βλαβών και συντήρησης του ιατρικού εξοπλισμού, με ευθύνη του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του **ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»**. Το ημερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από τον αρμόδιο του Τμήματος ή τον αρμόδιο τεχνικό του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τον υπεύθυνο τεχνικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, οι ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ καθώς και ο χρόνος ακινητοποίησης του ιατρικού εξοπλισμού.

2.11. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και να εξασφαλίζει το προσωπικό των συνεργείων του για κάθε περίπτωση ατυχήματος, που τυχόν συμβεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την παρούσα, επί του ιατρικού εξοπλισμού.

3. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

3.1. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00π.μ. έως 15:00μ.μ.. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημέρες αποτελούν επίσημες αργίες ή εορτές του χρόνου η προληπτική συντήρηση του μηχανήματος θα μετατίθεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί μετά την αργία.

3.2. Οι επισκευές των βλαβών γίνονται καθημερινά μη εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων όταν το **ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»** εφημερεύει. Η προσέλευση των Τεχνικών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τις επισκευές θα γίνεται εντός ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 3.4 κατωτέρω, εκτός αν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας δεόντως αποδεδειγμένοι που επιβεβαιώνουν το ανέφικτο της έγκαιρης μετάβασης. Η ειδοποίηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στα γραφεία της στο email: service2@bioelectronica.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»**.

3.3. Κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους τεχνικούς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα ειδοποιείται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με email και το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Παράβαση αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της μη πληρωμής του ετήσιου τιμολογίου που θα εκδίδεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

3.4. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (downtime) του ιατρικού εξοπλισμού συμφωνείται σε εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά έτος για το σύνολο του εξοπλισμού. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του ιατρικού εξοπλισμού κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιστατικού. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από την ειδοποίηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (μη εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων όταν το Νοσοκομείο εφημερεύει) για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται με αποστολή email από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00π.μ. έως 22.00μ.μ.. Η κλήση αυτή θα γίνεται – εφόσον παραστεί ανάγκη - από ώρες 08.00π.μ. έως 22.00μ.μ και τις Αργίες και τα Σαββατοκύριακα, εφόσον το Νοσοκομείο εφημερεύει. Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος. Ως ώρες ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την ώρα ειδοποίησης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη

αποκατάσταση της βλάβης. Εφόσον ο χρόνος ακινητοποίησης ιατρικού εξοπλισμού ή υποεπάρκειας αυτού υπερβεί τις 24 ώρες από την ειδοποίηση / κλήση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οι πέραν των 24 ωρών δαπανηθείσες ώρες διπλασιάζονται για τον υπολογισμό του χρόνου ακινητοποίησης της περίπτωσης.

4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

4.1. Στο τέλος ισχύος εκάστης ετήσιας Σύμβασης θα υπολογίζονται οι ώρες ακινητοποίησης του ιατρικού εξοπλισμού όπως ορίζεται ανωτέρω, επίσης κάθε μήνα θα ελέγχονται τα πιστοποιητικά ηλεκτρικής ασφάλειας και ποιοτικών ελέγχων.

4.2. Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν των εκατόν είκοσι ωρών (120) ανά έτος για το σύνολο του ιατρικού εξοπλισμού, θα επιβάλλεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ ως ποινική ρήτρα παράταση της Σύμβασης 24 ώρες χωρίς αμοιβή και 2% επί της συνολικής ετήσιας αξίας της σύμβασης πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης.

4.3. Κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης και μετά την παρέλευση δέκα (10) εργάσιμων ημερών χωρίς την αποκατάσταση της βλάβης ή αδυναμία παροχής ανταλλακτικών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει το σύνολο του ιατρικού εξοπλισμού με νέας τεχνολογίας και αυξημένων ή αντίστοιχων τουλάχιστον δυνατοτήτων χωρίς καμία επιβάρυνση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

4.4. Τα πιστοποιητικά ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας και ποιοτικών ελέγχων θα εκδίδονται μετά από κάθε παρέμβαση του πιστοποιημένου τεχνικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στον ιατρικό εξοπλισμό. Σε περίπτωση μη έκδοσης πιστοποιητικού θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα, για κάθε πιστοποιητικό, παράταση έξι μηνών της εγγύησης ή της σύμβασης συντήρησης χωρίς αμοιβή.

4.5. Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται στην περίπτωση της ακινητοποίησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις θεομηνιών, δολιοφθορών και αποδεδειγμένων παραβιάσεων της ορθής χρήσης.

4.6. Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τις πιο πάνω περιπτώσεις, καθώς και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση του μηχανήματος, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και η εργασία από τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

4.7. Η παρακράτηση των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται με αφαίρεση από το ετήσιο συμβατικό τίμημα, ή αν αυτό δεν επαρκεί από την εγγυητική επιστολή είτε τέλος με κάθε νόμιμο μέσον.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της παρούσας. Τα έγγραφα της προσφοράς θα κατατεθούν εις διπλούν (πρωτότυπο – αντίγραφο).

Στο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς:

- ❖ Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
- ❖ Το αντικείμενο της προσφοράς.
- ❖ Τα στοιχεία του προσφέροντος.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 σχετικά με μη επιβολή προστίμων για παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων και αγορανομικών διατάξεων. Η μη υποβολή της εν λόγω δήλωσης και η διαπίστωση τέτοιων παραβάσεων θα αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο.

2. Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί:

- ❖ Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
- ❖ Ποσοστό του αναλογούντος Φ.Π.Α.

❖ Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

3. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες.
4. Χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών ορίζονται οι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών τα ακόλουθα αποδεικτικά μέσα, **πρίν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης** τα οποία γίνονται αποδεκτά ως εξής:
 - α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου σε ισχύ, με ημερομηνία έκδοσης και έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 29 του ν. 4782/2021.
 - β) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής Αρχής, ή Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερης της κοινοποίησης της πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 4, του άρθρου 73 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 29 του ν. 4782/2021.
 - γ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.
 - δ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ή να έχει εκδοθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 73 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 29 του ν. 4782/2021, δηλαδή οι υποχρεώσεις της περίπτωσης α' θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Το αποδεικτικό θα αναφέρει αιτιολογία έκδοσης «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτου».
 - ε) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ή να έχει εκδοθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 73 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 29 του ν. 4782/2021, δηλαδή οι υποχρεώσεις της περίπτωσης α' (υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση) θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό.
 - στ) Πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου (όπως πχ. ΓΕΜΗ) που να πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα, ήτοι η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων και πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών. Μετά τον έλεγχο των αποδεικτικών μέσων ο Ανάδοχος καλείται για υπογραφή σύμβασης.
6. Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών από επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό.
7. Οι κρατήσεις επί του καθαρού ποσού, που παρακρατούνται (προς απόδοση) κατά την πληρωμή από το Νοσοκομείο, είναι οι εξής:
 - 2,00% Ν. 3580/07 & Ν. 3846/2010

- Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του ν. 4912/22 (ΦΕΚ 59/17.03.2022 τεύχος Α')

- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος άρθρο 24 του Ν 2198/94.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ όπως ο Νόμος ορίζει.

Τα τιμολόγια θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόφλησής τους.

8. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
9. Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
10. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
11. Ως προς την τήρηση των όρων της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως καταθέσετε εντός πέντε (5) ημερών στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, την προσφορά σας για την ανάθεση των υπηρεσιών για τη συντήρηση ενός (1) αναισθησιολογικού μηχανήματος DAMECA, S/N:AM5085006, μοντέλο SIESTA I WHISPA του οίκου DAMECA, του Αναισθησιολογικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τους Γενικούς Όρους της παρούσης.

Η ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΚΗΣ – ΟΙΚ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΩΖΟΥ