

M465/2026



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., στη Διαύγεια και
στο Site της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Ταχ. Διεύθυνση : Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Θ. 1425
Ταχ. Κώδικας : 41110
Πληροφορίες : Νταρή Δήμητρα
Τηλέφωνο : 2413501156
Ηλ. Διεύθυνση : dari@uhl.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μ465/2026 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 36.362,66€ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

ΣΧΕΤ :

1. Το υπ' αριθ. ΘΕΜΑ 9/14/06-08-2026 (ΑΔΑ: Ρ6Ι3469060-ΧΔΔ) Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ. με το οποίο εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, η διενέργεια, το σχέδιο της παρούσας πρόσκλησης και των όρων αυτής.
2. Τη με αριθ. δέσμευσης 3787/0 (ΑΔΑ: Ψ80Μ469060-ΛΩΚ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν.Λ. στον ΑΛΕ 32302030001001.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	<u>Έως την 22/09/2026 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:30 στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.</u>
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	Π.Γ.Ν. Λάρισα, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Μεζούρλο Τ. Κ.41110, Λάρισα
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΠΕΜΠΤΗ 24/09/2026
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ:	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΑΔΕ:	32302030001001
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:	33140000-3 «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:	29.975,50€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 36.362,66€ με το Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της πρόσκλησης για να καλύψει ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ είναι η προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης **36.362,66€** με τον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις για τα κάτωθι υλικά:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ
1	519222	*ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΣΕΤ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕ GEL ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ 1000ml	TEM	21	80,0000	24%	1.680,00	403,20	2.083,20	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ
2	557691	*ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ SMALL 10x8x3cm , ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ , ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΑΣΩΝ	TEM	8	129,5000	13%	1.036,00	134,68	1.170,68	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3	592426	Αιμοστατική διπολική λαβίδα μήκους 23cm και διαμέτρου 5mm ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λεμφαγγείων διαμέτρου έως και 7mm	TEM	10	820,0000	24%	8.200,00	1.968,00	10.168,00	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4	592425	Αιμοστατική διπολική λαβίδα μήκους 37cm και διαμέτρου 5mm ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λεμφαγγείων διαμέτρου έως και 7mm	TEM	10	820,0000	24%	8.200,00	1.968,00	10.168,00	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
5	592469	Ασφάλειες για κυτία Αποστείρωσης (Container)	TEM	5.000	0,1800	24%	900,00	216,00	1.116,00	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6	592463	Βούρτσες 15,0 X 50 mm X 600 mm με πλαστική λαβή, για καθαρισμό αυλωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό	TEM	15	2,9500	24%	44,25	10,62	54,87	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
7	592464	Βούρτσες 20,0 X 100 mm X 500 mm με σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, προστατευτικό κάλυμμα, για καθαρισμό αυλωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό	TEM	15	6,8500	24%	102,75	24,66	127,41	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
8	592458	Βούρτσες 3,0 X 100 mm X 300 mm με σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, για καθαρισμό αυλωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για	TEM	15	6,8500	24%	102,75	24,66	127,41	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ
		χειρωνακτικό καθαρισμό								
9	592456	Βούρτσες 3,0 X 20 mm X 600 mm με πλαστική λαβή, για καθαρισμό αυλωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό	TEM	15	2,9500	24%	44,25	10,62	54,87	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
10	592459	Βούρτσες 3,5 X 35 mm X 500 mm με σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, για καθαρισμό αυλωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό	TEM	15	6,8500	24%	102,75	24,66	127,41	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
11	592457	Βούρτσες 5,0 X 50 mm X 600 mm με πλαστική λαβή, για καθαρισμό αυλωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό	TEM	15	2,9500	24%	44,25	10,62	54,87	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12	592462	Βούρτσες 5,0 X 75 mm X 750 mm με άκαμπτο στέλεχος από ανοξείδωτο χάλυβα και δακτύλιο για σταθερό χειρισμό, για καθαρισμό αυλωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό	TEM	12	32,5000	24%	390,00	93,60	483,60	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
13	592460	Βούρτσες 5,0 X 80 mm X 405 mm με σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, προστατευτικό κάλυμμα, για καθαρισμό αυλωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό	TEM	15	6,8500	24%	102,75	24,66	127,41	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
14	592461	Βούρτσες 7,0 X 80 mm X 350 mm με σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, προστατευτικό κάλυμμα, για καθαρισμό αυλωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό	TEM	15	6,8500	24%	102,75	24,66	127,41	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ
15	592465	Βούρτσες 80 X 18 X 15 mm συνολικό μήκος 220 mm με σκληρές πλαστικές τρίχες και λαβή, για καθαρισμό αυλωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό	TEM	15	25,0000	24%	375,00	90,00	465,00	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
16	558766	Τζέλ Λιδοκαΐνης 2% σε προγεμισμένη σύριγγα 12ml.	TEM	3.500	1,8000	13%	6.300,00	819,00	7.119,00	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
17	592466	βούρτσα καθαρισμού διπλού άκρου τύπου οδοντόβουρτσας, με στιβαρή πλαστική λαβή μήκους 17,5 cm περίπου	TEM	16	8,5000	24%	136,00	32,64	168,64	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
18	592467	βούρτσα καθαρισμού με πλαστική λαβή και τρίχες ορείχαλκου. Μήκος κεφαλής βούρτσας 40 mm	TEM	12	5,5000	24%	66,00	15,84	81,84	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
19	592468	βούρτσα κωνοειδούς σχήματος με διαστάσεις 4 mm- 11 mm συνολικού μήκους 50 cm	TEM	12	8,0000	24%	96,00	23,04	119,04	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
20	592423	λαπαροσκοπικά τροκάρ Διαμέτρου 5-11mm μήκους 100mm με την μέγιστη σταθεροποίηση αποτελούμενα από μπαλονάκι για μηδενική απώλεια CO2 από το κοιλιακό τοίχωμα	TEM	10	65,0000	24%	650,00	156,00	806,00	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
21	592424	λαπαροσκοπικά τροκάρ Διαμέτρου 5-12mm μήκους 100mm με την μέγιστη σταθεροποίηση αποτελούμενα από μπαλονάκι για μηδενική απώλεια CO2 από το κοιλιακό τοίχωμα	TEM	10	72,0000	24%	720,00	172,80	892,80	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
22	592422	λαπαροσκοπικά τροκάρ Διαμέτρου 5mm μήκους 100mm με την μέγιστη σταθεροποίηση αποτελούμενα από μπαλονάκι για μηδενική απώλεια CO2 από το κοιλιακό τοίχωμα	TEM	10	58,0000	24%	580,00	139,20	719,20	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.ΣΥΓΚΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
		ΣΥΝΟΛΟ		21,00			29.975,50	6.387,16	36.362,66	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

***ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΣΕΤ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕ GEL ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ 1000ml**

Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων τουλάχιστον 1000 ml με αποσπώμενο σάκο συλλογής εκκρίσεων από το κάνιστρο. Με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο/βολβίδα αντεπιστροφής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 2: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

***ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ SMALL 10x8x3cm, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ NANOTΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΑΣΩΝ.** Η αντλία να είναι φορητή και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά -Συνεχή και διαλειπόμενη λειτουργία αρνητικής πίεσης.

-Προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ 20-200mmHg

-Προσαρμογή διαλείπουσας λειτουργίας σε διάστημα 0,5-10 min.

-Δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των συναγερμών.

-Ενδειξη ελέγχου του εγκλεισμού.

-Ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού.

Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 24ωρών)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 3: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ: Το νέο υλικό κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής μας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Συγκεκριμένα : Μείωση της διάρκειας της χειρουργικής επέμβασης. Ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μη παραμονή ξένων σωμάτων στον ασθενή (όπως κλιπ ή ράμματα). Εξασφάλιση οικονομίας κλίμακας μέσω της χρήσης ενός και μόνο εργαλείου για πολλαπλές λειτουργίες. Μείωση της παραγωγής καπνού στο κλειστό λαπαροσκοπικό πεδίο. Διατήρηση καθαρού και ευκρινούς οπτικού πεδίου, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Μικρή θερμική διασπορά στους παρακείμενους ιστούς (περίπου 1,6 mm), με αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου ακούσιας θερμικής βλάβης στους παρακείμενους ιστούς.

Αιμοστατική διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λεμφαγγείων διαμέτρου έως και 7mm. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυνατότητα περιστροφής. Στην χειρολαβή να υπάρχει διακόπτης ενεργοποίησης - απενεργοποίησης του μηχανισμού κλειδώματος και σκανδάλη ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο και κομβίο για δυνατότητα ενεργοποίησης της ενέργειας από την χειρολαβή. Να λειτουργεί χωρίς την απαίτηση πλήρους κλεισίματος των σιαγόνων για αποτελεσματικότερη αιμόσταση σε παχύ ιστό και τοπική αιμόσταση επιφανειών που αιμορραγούν. Να διαθέτει κυρτές σιαγόνες διπλής ενέργειας με μέγιστο άνοιγμα τουλάχιστον 19,0mm για καλύτερο διαχωρισμό των ιστών. Να έχουν επικάλυψη από τιτάνιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Να διαθέτει μήκος σιαγόνας τουλάχιστον 22,5mm και μήκος κοπής τουλάχιστον 19,0mm. Να έχει μικρή θερμική διασπορά και ο χρόνος συγκόλλησης αγγείων να είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η απολίνωση του ιστού. Να είναι μίας χρήσης μήκους 23cm και διαμέτρου 5mm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό απολύτως συμβατό με τις λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 4: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ: Το νέο υλικό κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής μας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Συγκεκριμένα : Μείωση της διάρκειας της χειρουργικής επέμβασης. Ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μη παραμονή ξένων σωμάτων στον ασθενή (όπως κλιπ ή ράμματα). Εξασφάλιση οικονομίας κλίμακας μέσω της χρήσης ενός και μόνο εργαλείου για πολλαπλές λειτουργίες. Μείωση της παραγωγής καπνού στο κλειστό λαπαροσκοπικό πεδίο. Διατήρηση καθαρού και ευκρινούς οπτικού πεδίου, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Μικρή θερμική διασπορά στους παρακείμενους ιστούς (περίπου 1,6 mm), με αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου ακούσιας θερμικής βλάβης στους παρακείμενους ιστούς.

Αιμοστατική διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λεμφαγγείων διαμέτρου έως και 7mm. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυνατότητα περιστροφής. Στην χειρολαβή να υπάρχει διακόπτης ενεργοποίησης - απενεργοποίησης του μηχανισμού κλειδώματος και σκανδάλη ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο και κομβίο για δυνατότητα ενεργοποίησης της ενέργειας από την χειρολαβή. Να λειτουργεί χωρίς την απαίτηση πλήρους κλεισίματος των σιαγόνων για αποτελεσματικότερη αιμόσταση σε παχύ ιστό και τοπική αιμόσταση επιφανειών που αιμορραγούν. Να διαθέτει κυρτές σιαγόνες διπλής ενέργειας με μέγιστο άνοιγμα τουλάχιστον 19,0mm για καλύτερο διαχωρισμό των ιστών. Να έχουν επικάλυψη από τιτάνιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Να διαθέτει μήκος σιαγόνας τουλάχιστον 22,5mm και μήκος κοπής τουλάχιστον 19,0mm. Να έχει μικρή θερμική διασπορά και ο χρόνος συγκόλλησης αγγείων να είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η απολίνωση του ιστού. Να είναι μίας χρήσης μήκους 37cm και διαμέτρου 5mm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό απολύτως συμβατό με τις λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 5: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Το υλικό είναι απαραίτητο για το ασφαλές κλείσιμο των κυτίων που περιέχουν χειρουργικά εργαλεία προς αποστείρωση. Ασφάλειες για κυτία Αποστείρωσης (Container)

Είναι υλικό απαραίτητο για το κλείσιμο των κυτίων, ώστε να διασφαλίζεται η αποστείρωση των εργαλείων. Να έχουν στρογγυλό μάρτυρα αποστείρωσης.

Το προσφερόμενο υλικό να είναι από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο με τα κυτία Aescular που προμηθεύτηκε το νοσοκομείο"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 6: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Το είδος κρίνεται απαραίτητο για το σωστό καθαρισμό των χειρουργικών αυλοφόρων εργαλείων. Βούρτσες 15,0 X 50 mm X 600 mm με πλαστική λαβή, για καθαρισμό αυλωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό. Οι βούρτσες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλής ποιότητας νάιλον τρίχες για πολλές χρήσεις.

Να έχουν τη δυνατότητα για πλύσιμο στο πλυντήριο και να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**A/A 7: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**

Το είδος κρίνεται απαραίτητο για το σωστό καθαρισμό των χειρουργικών αεροφόρων εργαλείων. Βούρτσες 20,0 X 100 mm X 500 mm με σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, προστατευτικό κάλυμμα, για καθαρισμό αερωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό. Οι βούρτσες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλής ποιότητας νάilon τρίχες για πολλές χρήσεις.

Να έχουν τη δυνατότητα για πλύσιμο στο πλυντήριο και να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**A/A 8: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**

Το είδος κρίνεται απαραίτητο για το σωστό καθαρισμό των χειρουργικών αεροφόρων εργαλείων. Βούρτσες 3,0 X 100 mm X 300 mm με σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, για καθαρισμό αερωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό. Οι βούρτσες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλής ποιότητας νάilon τρίχες για πολλές χρήσεις.

Να έχουν τη δυνατότητα για πλύσιμο στο πλυντήριο και να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**A/A 9: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**

Το είδος κρίνεται απαραίτητο για το σωστό καθαρισμό των χειρουργικών αεροφόρων εργαλείων.

Βούρτσες 3,0 X 20 mmX600 mm με πλαστική λαβή, για καθαρισμό αερωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό. Οι βούρτσες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλής ποιότητας νάilon τρίχες για πολλές χρήσεις.

Να έχουν τη δυνατότητα για πλύσιμο στο πλυντήριο και να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 10: "Το είδος κρίνεται απαραίτητο για το σωστό καθαρισμό των χειρουργικών αεροφόρων εργαλείων. Βούρτσες 3,5 X 35 mm X 500 mm με σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, για καθαρισμό αερωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό.

Οι βούρτσες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλής ποιότητας νάilon τρίχες για πολλές χρήσεις.

Να έχουν τη δυνατότητα για πλύσιμο στο πλυντήριο και να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**A/A 11: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**

Το είδος κρίνεται απαραίτητο για το σωστό καθαρισμό των αερωτών χειρουργικών εργαλείων.

Βούρτσες 5,0 X 50 mm X 600 mm με πλαστική λαβή, για καθαρισμό αερωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό.

Οι βούρτσες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλής ποιότητας νάilon τρίχες για πολλές χρήσεις.

Να έχουν τη δυνατότητα για πλύσιμο στο πλυντήριο και να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**A/A 12: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**

Το είδος κρίνεται απαραίτητο για το σωστό καθαρισμό των χειρουργικών αεροφόρων εργαλείων. Βούρτσες 5,0 X 75 mm X 750 mm με άκαμπτο στέλεχος από ανοξείδωτο χάλυβα και δακτύλιο για σταθερό χειρισμό, για καθαρισμό αερωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό. Οι βούρτσες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλής ποιότητας νάilon τρίχες για πολλές χρήσεις.

Να έχουν τη δυνατότητα για πλύσιμο στο πλυντήριο και να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**A/A 13: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**

Το είδος κρίνεται απαραίτητο για το σωστό καθαρισμό των χειρουργικών αεροφόρων εργαλείων. Βούρτσες 5,0 X 80 mm X 405 mm με σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, προστατευτικό κάλυμμα, για καθαρισμό αερωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό. Οι βούρτσες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλής ποιότητας νάilon τρίχες για πολλές χρήσεις.

Να έχουν τη δυνατότητα για πλύσιμο στο πλυντήριο και να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**A/A 14: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**

Το είδος κρίνεται απαραίτητο για το σωστό καθαρισμό των χειρουργικών αεροφόρων εργαλείων. Βούρτσες 7,0 X 80 mm X 350 mm με σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, προστατευτικό κάλυμμα, για καθαρισμό αερωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό. Οι βούρτσες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλής ποιότητας νάilon τρίχες για πολλές χρήσεις.

Να έχουν τη δυνατότητα για πλύσιμο στο πλυντήριο και να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**A/A 15: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**

Το είδος κρίνεται απαραίτητο για το σωστό καθαρισμό των χειρουργικών αεροφόρων εργαλείων. Βούρτσες 80 X 18 X 15 mm συνολικό μήκος 220 mm με σκληρές πλαστικές τρίχες και πλαστική λαβή, για καθαρισμό αερωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό.

Οι βούρτσες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλής ποιότητας νάilon τρίχες για πολλές χρήσεις.

Να έχουν τη δυνατότητα για πλύσιμο στο πλυντήριο και να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**A/A 16: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΠ**

Τζέλ Λιδοκαΐνης 2% σε προγεμισμένη σύριγγα 12ml.

Για τη λίπανση και προστασία της ουρήθρας και την μείωση της ενόχλησης του κινδύνου τραυματισμού κατά την εισαγωγή του καθετήρα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**A/A 17: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**

Το είδος κρίνεται απαραίτητο για το σωστό καθαρισμό των χειρουργικών εργαλείων. βούρτσα καθαρισμού διπλού άκρου τύπου οδοντόβουρτσας, με στιβαρή πλαστική λαβή μήκους 17,5 cm περίπου.

Βούρτσες για καθαρισμό αυλωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό. Οι βούρτσες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλής ποιότητας νάilon τρίχες για πολλές χρήσεις.

Να έχουν τη δυνατότητα για πλύσιμο στο πλυντήριο και να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμο "

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 18: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Το είδος κρίνεται απαραίτητο για το σωστό καθαρισμό των χειρουργικών αυλοφόρων εργαλείων. βούρτσα καθαρισμού με πλαστική λαβή και τρίχες ορείχαλκου. Μήκος κεφαλής βούρτσας 40 mm. Βούρτσες για καθαρισμό αυλωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό. Οι βούρτσες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλής ποιότητας νάilon τρίχες για πολλές χρήσεις.

Να έχουν τη δυνατότητα για πλύσιμο στο πλυντήριο και να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 19: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Το είδος κρίνεται απαραίτητο για το σωστό καθαρισμό των χειρουργικών αυλοφόρων εργαλείων. βούρτσα κανονικού σχήματος με διαστάσεις 4 mm-11 mm συνολικού μήκους 50 cm Βούρτσες για καθαρισμό αυλωτών εργαλείων και επιφανειών εργαλείων για χειρωνακτικό καθαρισμό. Οι βούρτσες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλής ποιότητας νάilon τρίχες για πολλές χρήσεις.

Να έχουν τη δυνατότητα για πλύσιμο στο πλυντήριο και να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 20: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Το υλικό κρίνεται απαραίτητο και φέρει τη μέγιστη στεγανοποίηση από τις οπές εισόδου, για τη μη πιθανή εξάπλωση κορονοϊού μέσα στο χειρουργείο. Για το λόγο αυτό θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο να προβεί το νοσοκομείο μας στην προμήθεια των ανωτέρω υλικών.

Ατραυματικά οπτικά τροκάρ διήνησης με μηχανισμό καθήλωσης διαμέσου ράμματος και με μηχανισμό σταθεροποίησης ? στεγανότητας αποτελούμενο από μπαλόνι χωρίς latex στο κάτω κοιλιακό τοίχωμα και δακτύλιο καθήλωσης στο άνω, με ενσωματωμένο και πλήρως αποσπώμενο χαμηλού προφίλ μετατροπέα με μηχανισμό διατήρησης της οπτικής στον στείλει και με δυνατότητα αμφίπλευρου κλειδώματος του στείλει στην κάνουλα. Με οπή δημιουργίας πνευμοπεριτοναίου στην μύτη του τροκάρ χωρίς την ανάγκη βελόνης verres. Διαμέτρου: 5-11mm μήκους 100mm

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 21: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Το υλικό κρίνεται απαραίτητο και φέρει τη μέγιστη στεγανοποίηση από τις οπές εισόδου, για τη μη πιθανή εξάπλωση κορονοϊού μέσα στο χειρουργείο. Για το λόγο αυτό θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο να προβεί το νοσοκομείο μας στην προμήθεια των ανωτέρω υλικών.

Ατραυματικά οπτικά τροκάρ διήνησης με μηχανισμό καθήλωσης διαμέσου ράμματος και με μηχανισμό σταθεροποίησης ? στεγανότητας αποτελούμενο από μπαλόνι χωρίς latex στο κάτω κοιλιακό τοίχωμα και δακτύλιο καθήλωσης στο άνω, με ενσωματωμένο και πλήρως αποσπώμενο χαμηλού προφίλ μετατροπέα με μηχανισμό διατήρησης της οπτικής στον στείλει και με δυνατότητα αμφίπλευρου κλειδώματος του στείλει στην κάνουλα. Με οπή δημιουργίας πνευμοπεριτοναίου στην μύτη του τροκάρ χωρίς την ανάγκη βελόνης verres. Διαμέτρου: 5-12mm μήκους 100MM"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 22: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Το υλικό κρίνεται απαραίτητο και φέρει τη μέγιστη στεγανοποίηση από τις οπές εισόδου, για τη μη πιθανή εξάπλωση κορονοϊού μέσα στο χειρουργείο. Για το λόγο αυτό θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο να προβεί το νοσοκομείο μας στην προμήθεια των ανωτέρω υλικών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: λαπαροσκοπικών τροκάρ με την μέγιστη σταθεροποίηση αποτελούμενα από μπαλονάκι για μηδενική απώλεια CO2 από το κοιλιακό τοίχωμα. Ατραυματικά οπτικά τροκάρ διήνησης με μηχανισμό καθήλωσης διαμέσου ράμματος και με μηχανισμό σταθεροποίησης ? στεγανότητας αποτελούμενο από μπαλόνι χωρίς latex στο κάτω κοιλιακό τοίχωμα και δακτύλιο καθήλωσης στο άνω, με ενσωματωμένο και πλήρως αποσπώμενο χαμηλού προφίλ μετατροπέα με μηχανισμό διατήρησης της οπτικής στον στείλει και με δυνατότητα αμφίπλευρου κλειδώματος του στείλει στην κάνουλα. Με οπή δημιουργίας πνευμοπεριτοναίου στην μύτη του τροκάρ χωρίς την ανάγκη βελόνης verres. Διαμέτρου: 5mm μήκους 100mm "

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών
- Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, **σε πρωτότυπη μορφή** τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ**».
- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**».
- Τα οικονομικά στοιχεία, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**».

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

- ❖ **Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνονται:**

- 1) **Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 13 του Ν. 4497/2017, όπου να δηλώνεται ότι:**
 - Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - Η ισχύς της προσφοράς τους είναι έξι (6) μήνες.
 - Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16
 - Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
 - Σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος θα προβώ σε άμεση αντικατάστασή του με νέο που να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση.
- 2) Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, (ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας) **κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ'εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/2024 [βλ. και υπ' αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΠΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων»]**
- 3) **Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά**
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

❖ **Στον υποφάκελο της Τεχνικής σας προσφοράς να περιλαμβάνεται:**

- Α) Πλήρης τεχνική περιγραφή και παραπομπή σε αντίστοιχα prospectus των προσφερόμενων ειδών.
Β) Σήμανση CE για όλα τα προσφερόμενα είδη.

Σημείωση: Για διευκόλυνση του έργου των επιτροπών αξιολόγησης αλλά και του τμήματος προμηθειών κατά την υπογραφή των συμβάσεων **το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (USB ή CD προαιρετικά) σε word ή excel**, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού/λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν εντύπως.

❖ **Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:**

- Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών. Στην προσφορά να αναγράφεται η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή, καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών, αν υπάρχει..
- Προαιρετικά τυχόν προηγούμενες συμβάσεις των υλικών με τον Φορέα του Π.Γ.Ν.Α. ως συγκριτικά στοιχεία για τα υλικά που δεν αντιστοιχούν στο Π.Τ. της Ε.Π.Υ. (Ν. 4272/2014 άρθρο 47): «σε περίπτωση που για τα είδη δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 24 του ν.3846/2010 καταχωρημένες τιμές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ εφόσον οι τιμές τους ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη». Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη σύμβαση τότε να περιέχονται αντίγραφα τιμολογίων.
- **Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 24/09/2026 και ώρα 10:00 π.μ..**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Α.. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

- ❖ **Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραδίδεται στο Οικονομικό Τμήμα.**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 1015.E00273.0001**ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:**

Μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων των συμβατικών ειδών, η οποία πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο που προκύπτει από το αίτημα προμήθειας. Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους μέσα στο ως άνω χρονικό περιθώριο, η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί ΜΟΝΟ με μονομερή απόφασή της, να παρατείνει το χρόνο παράδοσης για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για την εξάντλησή τους. Η παράταση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό χρόνο παράδοσης.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο χώρο της διαχείρισης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σε κάθε περίπτωση με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή είτε έπειτα από σχετικό αίτημα του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου.

Σας επισημαίνουμε ότι η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου παράδοσης των υλικών όπου απαιτείται.

Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία σε περίπτωση που υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

ΜΑΙΡΗ Χ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ