



Περιφερειακή Οδός Θεσ/νίκης
564 03 Νέα Ευκαρπία
www.papageorgiou-hospital.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύντρια: Ευαγγελία Σταυροπούλου

T 2313 323122

E finance@papageorgiou-hospital.gr

papeconomic@papageorgiou-hospital.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ: κα Π. Χατζοπούλου

Τηλ: 2313323119

Ηλεκτρ.Δ/νση:pr@papageorgiou-hospital.gr

Θεσ/νίκη, 03.09.2026

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση Π.36/2026

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια τριών (3) Φορτίων αναζωογόνησης, μεταφοράς και διαχείρισης βαρέως πάσχοντα και τραυματία για την κάλυψη των αναγκών της Αίθουσας Αναζωογόνησης του Κέντρου Τραύματος του Νοσοκομείου, προϋπολογιστικής δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV:33141620-2).

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιημένες ισχύουν.

Β) Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 της από 24-05-1991 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «Ίδρυμα Παπαγεωργίου», που κυρώθηκε με το Ν. 1964/1991 (ΦΕΚ 146 / τεύχος Α' / 26-09-1991), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Γ) Την υπ' αριθ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 711) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Δ) Την υπ' αριθ. Γ4β/οικ. 16781/09-04-2026 (ΦΕΚ 521/21-04-2026, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.), ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Υγείας περί συγκρότησης και ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 577/28-04-2026/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ..

Ε) Την υπ' αρ. 727/21-01-2026 (Θέμα 13^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΡΦ79469ΗΑΞ-Ω93), με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών του Νοσοκομείου για το διαχειριστικό έτος 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το ίδιο έτος, στον οποίο περιλαμβάνεται ο ανωτέρω εξοπλισμός με CPV: 33141620-2.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πραγματοποιεί **πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τριών (3) Φορτίων αναζωογόνησης, μεταφοράς και διαχείρισης βαρέως πάσχοντα και τραυματία για την κάλυψη των αναγκών της Αίθουσας Αναζωογόνησης του Κέντρου Τραύματος του Νοσοκομείου**. Ως εκ τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν την τεχνική και την οικονομική τους προσφορά, μέσω της εφαρμογής CompareONE της εταιρίας «CosmoONE Hellas Market Site S.A.», το αργότερο έως 18/09/2026, στις 10.00π.μ.

- Η Συλλογή προσφορών θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο.
- Η τεchnοοικονομική προσφορά του εξοπλισμού, θα πρέπει να κατατεθεί ως επισυναπτόμενο αρχείο μέσω της εφαρμογής στο ζητούμενο αίτημα και θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές του είδους. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισυναφθούν τεχνικά φυλλάδια, prospectus και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας (π.χ. ISO, CE, βεβαίωση συμμόρφωσης στη ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004).
- Στην προφορά θα πρέπει να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού μετά την υπογραφή της σύμβασης.
- Το Νοσοκομείο θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του μειοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του, θα προχωρήσει σε τεχνική αξιολόγηση του 2^{ου} μειοδότη κ.ο.κ.
- Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δοθεί σε ευρώ €, χωρίς Φ.Π.Α., για παράδοση του εξοπλισμού στο Νοσοκομείο, στην οποία θα περιλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη που βαρύνει τον προμηθευτή (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης και εγκατάστασης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα, κρατήσεις).
- Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ύστερα από πρόσκληση του Νοσοκομείου.
- Για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας.
- Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με βάση νόμιμα παραστατικά, εντός 3 μηνών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Σε κάθε πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου:
 - **2,00%** υπέρ Κεφαλαίου Κοινωνικής & Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υπουργείου Υγείας (Ν.3580/2007 – άρθρο 3 – εδ. ε' - περ. εε').
 - **0,10%** υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011&Ν.4605/2019).

Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την Τεχνική και Οικονομική σας προσφορά ψηφιακά στην πλατφόρμα COSMOONE έως την ώρα 10.00π.μ. της 18^{ης} Σεπτεμβρίου 2026 (ημέρα Παρασκευή). Η αποσφράγιση του θα γίνει την ίδια ημέρα στις 11:00π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των προσφορών μέσω της εφαρμογής CompareONE, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ανακοίνωση που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο πεδίο Διαγωνισμοί, με τίτλο: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ COMPAREONE (2)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Π.36/2026

ΦΟΡΕΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΠ

Φορείο μεταφοράς ασθενούς κατασκευασμένο από ειδικό κράμα μετάλλων και πολυμερές ABS, ακτινοδιαπερατό με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Το φορείο να έχει τέτοια κατασκευή ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες μεταφοράς και αντιμετώπισης των ασθενών στα Τμήματα Αναζωογόνησης και Επειγόντων Περιστατικών.
2. Ο σκελετός του φορείου να είναι κατασκευασμένος από ειδικό κράμα μετάλλων βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή για μεγάλη αντοχή στις κακουχίες και οξείδωση.
3. Όλα τα καλύμματα να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό καλουπωτό πολυμερές ABS ή πολυπροπυλένιο PP υλικό μεγάλης αντοχής με δυνατότητα εκμετάλλευσης ως αποθηκευτικού χώρου.
4. Το μήκος του φορείου να είναι 215cm και το πλάτος 77,0cm περίπου. Η επιφάνεια κατάκλισης του ασθενούς να είναι τουλάχιστον 190cm X 76cm για να είναι ικανή να φιλοξενήσει ασθενείς σε βαριά κατάσταση και να διευκολύνεται η διαδικασία αναζωογόνησης. Να υπάρχει δυνατότητα, προς επιλογή, επέκτασης του φορείου για ψηλούς ασθενείς.
5. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι κατασκευασμένη από ακτινδιαπερατό συμπαγές υλικό το οποίο μπορεί να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα ακόμα και με την χρήση πιεστικού, να είναι IPX06 τουλάχιστον. Να αποτελείται από δύο κινητά μέρη για να καθαρίζεται εύκολα.
6. Το ερεισίνωτο να ανυψώνεται με πνευματική υποβοήθηση από 0°—90° και να κλειδώνει σε οποιαδήποτε θέση. Το μέρος των ποδιών να ανυψώνεται επίσης με πνευματική υποβοήθηση από 0°—40°.
8. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι ακτινοδιαπερατή σε όλο το μήκος της. Να μπορεί να δέχεται τις κασέτες ακτινοσκόπησης από οποιοδήποτε σημείο του φορείου και στις 360°. Να δέχεται όλων των ειδών κασέτες ακτινοσκόπησης, όσο και τις κλασικές (CR cassettes) τόσο και τις ψηφιακές (DR cassettes).
9. Η ακτινοδιαπερατή επιφάνεια να είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να προσομοιώνει την επιφάνεια ενός σταθερού ακτινοσκοπικού συγκροτήματος, να περιγραφεί αναλυτικά και να κατατεθούν σχετικά έγγραφα και μελέτες.
10. Να διαθέτει πλευρικά διαβάθμιση για καλύτερο προσδιορισμό θέσης ακτινοσκοπικής κασέτας. Η κασέτα να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση χωρίς να περιορίζεται από οδηγούς και υποδοχής.
11. Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης όρθιας ακτινογραφικής κασέτας στην πλάτη του ερεισίνωτου. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα τοποθέτησης πλευρικής ακτινοσκοπικής κασέτας.
12. Να κινείται σε τέσσερις (4) διπλούς περιστρεφόμενους τροχούς μεγάλου διαμέτρου τουλάχιστον 20cm για την διευκόλυνση μετακίνησης. Οι τροχοί να είναι αντιστατικοί και να μην αφήνουν ίχνη. Να είναι κλειστού τύπου προς αποφυγή να περισυλλογής τριχών και σκόνης στα κινητά μέρη.
13. Να διαθέτει και πέμπτο τηλεσκοπικό συστατικό τροχό στο μέσο, ώστε να μπορούν να γίνονται απρόσκοπτα οι απαιτούμενοι ελιγμοί στις στροφές και να επιτρέπεται η περιστροφή του κατά 360° γύρο από τον άξονα του.
14. Ο πέμπτος τροχός σε ανάκληση να είναι ψιλά από το έδαφος, τουλάχιστον 4cm ώστε να μην εμποδίζει ακούσια την κίνηση του φορείου όπως παραδείγματος χάριν στα περάσματα στα ασανσέρ.
15. Να διαθέτει κεντρικό σύστημα φρένου το οποίο να ενεργοποιείται από ποδομοχλό και στα τέσσερα άκρα του φορείου.
16. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των υδραυλικών μερών του φορείου (ανύψωση/κατάβαση, Trendelenburg/Anti—Trendelenburg) από τουλάχιστον τρεις πλευρές του.

18. Να διαθέτει κάλυμμα από ειδικό πολυμερές των κινητών μερών στην βάση του φορείου για την αποφυγή ακούσιων τραυματισμών. Στη βάση να δύναται να τοποθετηθεί μεγάλη φιάλη O₂ διαστάσεων Ø 14cm και μήκους 93cm τουλάχιστον και να έχει αντοχή τουλάχιστον 27Kg.
19. Τα φρένο να ενεργεί και στους τέσσερις τροχούς ταυτόχρονα για μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερο έλεγχο. Να μπορεί να ασφαλίζει το φρένο από οποιαδήποτε από τις τέσσερις πλευρές του φορείου και να το ακινητοποιεί πλήρως.
20. Να φέρει δύο πτυσσόμενες χειρολαβές ώθησης στο κεφαλικό άκρο του.
21. Να έχει τη δυνατότητα κλίσεων Trendelenburg/Anti—Trendelenburg τουλάχιστον $\pm 17\%$ από ποδομοχλούς και στις τρεις πλευρές του φορείου.
22. Να είναι μεταβλητού ύψους με χαμηλότερο τουλάχιστον 61cm για υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης από αρρώστους που περπατάνε και το ψιλότερο να είναι τουλάχιστον 94cm (χωρίς το στρώμα) ώστε να μπορεί να έρχεται «πρόσωπο» με μαγνητικό τομογράφο, αξονικό, αγγειογράφο, χειρουργική τράπεζα κλπ. για εύκολη και ασφαλή μεταφόρτωση του αρρώστου.
23. Η ανύψωση να γίνεται μέσω υδραυλικού συστήματος με ποδομοχλούς στις τρεις πλευρές του φορείου.
24. Τα υδραυλικά μέρη να είναι καλυμμένα με πλαστικά τηλεσκοπικά καλύμματα για την αποφυγή ακούσιων τραυματισμών.
25. Το φορείο να κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα ανεξάρτητα από το βάρος που φέρει ώστε να μην κινδυνεύει ο άρρωστος από ακούσιο κραδασμό.
26. Να φέρει αμφοτερόπλευρα προστατευτικά ανοξείδωτα κάγκελα με πλαστικά καλύμματα στο πάνω μέρος τους. Τα κάγκελα να αναδιπλώνουν εύκολα κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης (όχι στο πλάι) ώστε να διευκολύνεται η προσέγγιση του φορείου για περίπτωση μεταφόρτωσης του αρρώστου. Τα κάγκελα να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του μήκους φορείου, να είναι τουλάχιστον 145cm σε μήκος και ικανού ύψους τουλάχιστον 35cm.
27. Να διαθέτει πλαστικούς προσκρουστήρες στις γωνίες.
28. Να διαθέτει υποδοχής και στις τέσσερις γωνίες του φορείου για στατώ ορού. Να διαθέτει ενσωματωμένο τηλεσκοπικό στατώ ορού στο κεφαλικό μέρος του φορείου.
29. Να διαθέτει βάση μικρής φορητής φιάλης οξυγόνου στο κάτω μέρος της επιφάνειας κατάκλισης.
30. Να διαθέτει ειδική βάση για τοποθέτηση και στήριξη απινιδωτή. Η βάση να είναι προσθαφαιρούμενη για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλειες. Να είναι ικανή να φιλοξενήσει με ασφάλεια βάρος τουλάχιστον 13Kg και να διαθέτει μίαντα ασφάλισης του απινιδωτή.
31. Το φορείο πρέπει να δέχεται και βαριατρικούς ασθενείς με βάρος τουλάχιστον 315Kg.
32. Να συνοδεύεται από το κατάλληλο στρώμα για τη μεταφορά βαριά πασχόντων πάχους τουλάχιστον 10cm ικανό να φιλοξενήσει και βαριατρικά περιστατικά. Το κάλυμμα του να είναι από ειδικό αδιάβροχο υλικό, να είναι βραδύκαυστο, αποσπώμενο για εύκολο καθαρισμό. Να μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.
33. Να συμμορφώνεται με IEC 60601—1—2.
34. Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικό EN ISO 13485 και συμμορφώνεται με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
35. Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει οργανωμένο και πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια τμήμα τεχνικής υποστήριξης και προσωπικό στην Ελλάδα για να είναι σε θέση να παρέχει υποστήριξη εντός 24 ωρών το αργότερο από την κλίση.
36. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών και ανταλλακτικά για 10 χρόνια.
37. Απαραίτητος δειγματισμός φορείου, εντός 10 ημερών από την κλίση της επιτροπής αξιολόγησης, με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαρτήματα, όπως αναφέρονται στο φύλλο τεχνικής συμμόρφωσης.
38. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 ή/και ISO 13485:2016 ή ισοδύναμες και να διατίθεται από αντιπρόσωπο με πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 ή/και ISO 13485:2016 ή ισοδύναμες.