



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Εξοχή **27- 12 -2022**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2192 /2022

Ο Διοικητής του ενοποιημένου Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης» ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ που διορίστηκε με την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 43274/25-07-2022 Κοινή Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, (ΦΕΚ διορισμού 659/27.07.2022 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)

Αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 3329/2005 «Αρμοδιότητες Διοικητή», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 καθώς και του άρθρου 8 του Ν. 4316/14.
2. Την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 123893/31-12-2012 (ΦΕΚ 3515/31-12-2012 τεύχος Β') Υπουργική Απόφαση περί Ενοποιημένου Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολάου» και του «Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης».
3. Την αριθμ. Υ4α/οικ.123770/31-12-2012 (ΦΕΚ 3485/31-12-2012 τεύχος Β') Υπουργική Απόφαση περί Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας Ανάθεσης» του Ν.4412/2016.
5. Την αριθμ. πρωτ. ΤΥ01ΑΠΟΣΤ/1628 επιστολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου με την οποία ενημερώνει για την αναγκαιότητα προμήθειας από την συντηρήτρια εταιρεία Ιατρική Μέριμνα & Υγεία Α.Ε. ενός ανταλλακτικού (I/O CONTOR BOARD ASS' Y) για την επισκευή βλάβης που παρουσιάστηκε, λόγω διακοπής παροχής ρεύματος, στον κλίβανο πλάσματος model HMTS-80E κατασκευαστικού οίκου HUMANMEDITEK/KOREA με s/n H200901002 που είναι εγκατεστημένος στο Τμήμα Αποστείρωσης του Νοσοκομείου.
6. Το κόστος προμήθειας του αιτούμενου ανταλλακτικού σύμφωνα με την από 21-12-2022 προσφορά της εταιρείας Ιατρική Μέριμνα & Υγεία Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (3.150,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Αποφασίζει:

Την έγκριση προμήθειας έναντι δαπάνης τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (3.150,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. ενός τεχνικού ανταλλακτικού (I/O CONTOR BOARD ASS'Y) από την εταιρεία Ιατρική Μέριμνα & Υγεία Α.Ε. απαιτούμενο για την επισκευή βλάβης που παρουσιάστηκε στον κλίβανο πλάσματος model HMTS-80E κατασκευαστικού οίκου HUMANMEDITEK/KOREA με s/n H200901002, που είναι εγκατεστημένος στο Τμήμα Αποστείρωσης του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ