

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ. Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)

Άγιος Νικόλαος 5-12-2023
Αρ. Πρωτ. 949

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Κοινός Διοικητής των Διασυνδεδεμένων Γ.Ν.Λασιθίου- Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως “Διαλυνάκειο”
έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ.πρωτ. 7043/5-12-2023 εισήγηση του Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως “Διαλυνάκειο” .
2. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 6678/22-11-2023 έγγραφο της 7^η ΥΠΕ Κρήτης
3. Την με αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.1107/9-1-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 12/ΥΟΔΔ/13-1-2020) «Διορισμός κοινού Διοικητή των διασυνδεδεμένων Γ.Ν. Λασιθίου και Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεάπολης “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”» αρμοδιότητας 7^{ης} Υ.Πε. Κρήτης του Υπουργείου Υγείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- A. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 9549.
B. Εγκρίνει τις τεχνικές προγραφές του μηχανήματος όπως αναφέρονται παρακάτω.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (MIC/BP) ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

1. Να ταυτοποιεί τα Gram (-) και τα Gram (+) μικρόβια καθώς και τους μύκητες, τα αναερόβια και τα απαιτητικά (νεϊσσέρια, αιμόφιλος κλπ).
2. Να προσδιορίζει το τεστ ευαισθησίας σε μεγάλη γκάμα αντιβιοτικών για τα Gram (-) και Gram (+) μικρόβια.
3. Να αναφερθεί ο ακριβής αριθμός, το είδος των αντιβιοτικών καθώς και οι αραιώσεις αυτών, που εξετάζονται ανά πλάκα.
4. Να υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης και τεστ ευαισθησίας στην ίδια πλάκα αλλά και χωριστά, καθώς και η δυνατότητα ανάγνωσης αυτών και δια γυμνού οφθαλμού.
5. Η δημιουργία του εναιωρήματος καθώς και ο εμβολιασμός των πλακών να γίνεται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο χωρίς να είναι υποχρεωτική η μέτρηση της κατά Mc Farland θολερότητας του μικροβίου τουλάχιστον για τη πλειονοψηφία των μικροοργανισμών.
6. Να παρέχει αποτελέσματα ταυτοποίησης και τεστ ευαισθησίας με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια εντός 24 ωρών.
7. Να διαθέτει υψηλά ανεπτυγμένο software για την διαχείριση και επιδημιολογική επεξεργασία των αποτελεσμάτων καθώς και συμπληρωματικό Expert system για την προειδοποίηση σε περιπτώσεις δύσκολων αντοχών ή μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων αντοχής.
8. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό υπολογιστή καθώς και σύνδεση με το σύστημα LIS που διαθέτει το εργαστήριο.

Γ. Εγκρίνει την σκοπιμότητας διενέργειας προμήθειας μηχανήματος ταυτοποίησης και ευαισθησίας μικροβίων για το Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως “Διαλυνάκειο” (προϋπ/σμου 18.000€ συμπερ. Φ.Π.Α)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών , επισυνάπτουμε πίνακα στον οποίο αναφέρουμε τα είδη προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού (CPV: 38434540) :

A/A	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α	Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α
1	Μηχάνημα ταυτοποίησης και ευαισθησίας μικροβίων	Τεμάχιο	1,00000	14.516,13€	18.000€
ΣΥΝΟΛΟ:				14.516,13€	18.000€

Ο Κοινός Διοικητής

Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ