

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ**

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 169/23

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : 7.428,00 € πλέον ΦΠΑ)

Για την προμήθεια Διατάξεων Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής (Αναλώσιμο Υλικό Ενδοσκοπικού Τμήματος)
Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης-έναρξης : 01-06-2023

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου-Πατησίων Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας

Ημερομηνία λήξης : 31-05-2024

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν.ΠΡΙΦΤΗΣ Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου-Πατησίων Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής “Νοσοκομείο” και

2.Η εταιρεία ΥΓΕΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Λ.ΠΗΓΗΣ 19 Τηλ: 2108037950 Α.Φ.Μ.: (998940383tenders@igiasi.gr) νόμιμα εκπροσωπούμενη από καλούμενη στο εξής “Προμηθευτής”

Β΄ ΟΡΟΙ

Το “Νοσοκομείο” έχοντας υπόψη :

- 1.Την αριθμ 07/22 διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Διατάξεων Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής (Αναλώσιμο Υλικό Ενδοσκοπικού Τμήματος) του Νοσοκομείου
- 2.Την από 7-11-2022 (13η Συν Θέμα Α3) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
3. Την από 12-01-2023 (1η Συν Θέμα Α22) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των μειοδοτριών εταιρειών
- 4.Την από 17-02-2023 (13η Εκτ Συν Θέμα Α7) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε η απόφαση κατακύρωσης
- 4.Την αρ 12/2023 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

α ν α θ έ τ ε ι

στον “Προμηθευτή” την προμήθεια των προϊόντων που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο “Προμηθευτής” οφείλει να παραδίδει τα συμβατικά είδη με μέριμνα και δαπάνες του, μέχρι και μέσα την αποθήκη του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση των ειδών πραγματοποιείται το αργότερο σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά την έγγραφη παραγγελία.

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (π.χ ανωτέρας βίας κ.τ.λ) εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αυτής , οφείλει να ενημερώνει αμέσως το Νοσοκομείο και να δικαιολογεί την αδυναμία του

Αν ο Προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία μέσα στην παραπάνω προθεσμία για οποιοδήποτε λόγο και το Νοσοκομείο λόγω ανάγκης δεν ανεχθεί την καθυστέρηση, τότε το τελευταίο δικαιούται να αγοράσει το είδος από άλλη πηγή και ο “Προμηθευτής” υποχρεούται να καταβάλλει την τυχόν διαφορά τιμής και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση ρητή ή σιωπηρής άρνησης του προμηθευτή να εκτελέσει την παραγγελία

Η παραγγελία των ειδών της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου το οποίο δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ποσότητες των ειδών της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του ν. 2955/01

Για την εξόφληση ο “Προμηθευτής” θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον “Προμηθευτή” θα βαρύνουν

α) 0,02% υπέρ Δημοσίου (αρθ. 36 παρ 6 ν. 4412/16)

β) 2% επί της καθαρής αξίας (ν. 3580/07)

γ) 0,01% υπέρ Ενιαίς Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).

δ) Φόρος εισοδήματος που αναλογεί ν. 2198/94 επί του καθαρού ποσού της αξίας

ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο “Προμηθευτής” για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατέθεσε την αρ.
εγγυητική επιστολή / γραμμάτιο

Ποσού ευρώ η οποία θα επιστραφεί στον δικαιούχο μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθμ. 07/22

Διακήρυξης του “Νοσοκομείου” και η κείμενη σχετική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90.

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου.

2. Ο "Προμηθευτής" δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκόλυνσης, παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης.

3. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από τη 1^η ΥΠΕ Αττικής ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

A/A	Περιγραφή είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές	Κωδικός	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερικό Σύνολο	ΦΠΑ	Γενικό Σύνολο	Κωδικός Αποθήκης
10	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ	Καθετήρες έγχυσης χρωστικής για χρωμοενδοκόπηση-		5			13%		0086836
10		Καθετήρες ψεκασμού σκιαγραφικών και άλλων ουσιών. Είναι κατάλληλοι για ψεκασμό με τους εξής τρόπους: ευθύ, 360ο, και 90ο. Για χρήση με κανάλι διαμέτρου 2,0mm και 2,8mm. Ο φέρων καθετήρας έχει διαμέτρους 1,8mm και 2,4mm και μήκη 100cm, 120cm, 150cm, 160cm, 180cm, 210cm και 230cm. Οίκου: Alton Medical Instruments Κίνα	AF-D2423PA Straight Spray catheter AF-D2423PB 2.4mm*230cm Spray catheter AF-D2416PB 2.4mm*160cm Spray catheter		32,00	160,00		180,80	
45		Καθετήρας με προφορτωμένο αιμοστατικό κλιπ μιας χρήσεως. Να είναι περιστρεφόμενος με δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος σιαγώνων χωρίς περιορισμό. Να διαθέτει άνοιγμα σιαγώνων 11-13 και 16mm. Το clip να είναι προφορτωμένο σε καθετήρα διαμέτρου 2,5mm και μήκος 230cm. Να διαθέτει σύστημα απελευθέρωσης 2 κινήσεων. Να δύναται να πραγματοποιηθεί μαγνητική τομογραφία στον ασθενή, μέχρι 3 tesla.		20			13%		0087167

45		Αιμοστατικό προτοποθετημένο κλιπ μίας χρήσης , περιστρεφόμενο 1:1 κατά 360ο. Με δυνατότητα ανοίγματος κλεισίματος σιαγόνων έως και 5 φορές προ της τοποθέτησης. Διαθέτει εύκαμπτο άπω άκρο εξασφαλίζοντας την εύκολη προσέγγιση και αποδέσμευση ακόμα και σε δύσκολες ανατομικά περιοχές. Διατίθεται με σιαγώνες μήκους 8,7mm και άνοιγμα 13mm, ενώ τα άκρα του παρουσιάζουν γωνία 135°, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή αιμόσταση και τοποθέτηση του κλιπ. Φέρει στην λαβή χειρισμού θύρα ένδειξης ασφαλούς αποδέσμευσης του clip για την αποφυγή έκθεσης του σύρματος εκτός του σπιράλ. Διατίθεται με μήκος 230cm και διάμετρο καθετήρα 2,3mm, συμβατό για χρήση με ενδοσκόπια με ελάχιστο κανάλι 2,8mm. Συμβατό με μαγνητικό τομογράφο μέχρι 3 Tesla . Διατίθεται αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία. Οίκου: G-Flex Europe SPRL Βελγίου	U2525-230		63,00	1.260,00		1.423,80	
46		Ενδοσκοπικό κλιπ αιμόστασης, μιας χρήσεως προφορτωμένα σε καθετήρα τοποθετησης. Να διαθέτουν άνοιγμα σιαγόνων 13 και 16 mm και να περιστρέφονται (1:1) από τον χρήστη ή τον βοηθό του με ειδικό στροφείο. Να έχουν δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος έως και πέντε φορές πριν από την τελική απελευθέρωσή τους και να είναι συμβατά με κανάλι εργασίας 2,8mm. Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο		20			13%		7041335
46		Αιμοστατικό προτοποθετημένο κλιπ μίας χρήσης , περιστρεφόμενο 1:1 κατά 360ο. Με δυνατότητα ανοίγματος κλεισίματος σιαγόνων έως και 5 φορές προ της τοποθέτησης. Διαθέτει εύκαμπτο άπω άκρο εξασφαλίζοντας την εύκολη προσέγγιση και αποδέσμευση ακόμα και σε δύσκολες ανατομικά περιοχές. Διατίθεται με σιαγώνες μήκους 8,7mm και άνοιγμα 13mm, ενώ τα άκρα του παρουσιάζουν γωνία 135°, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή αιμόσταση και τοποθέτηση του κλιπ. Φέρει στην λαβή χειρισμού θύρα ένδειξης ασφαλούς αποδέσμευσης του clip για την αποφυγή έκθεσης του σύρματος εκτός του σπιράλ. Διατίθεται με μήκος 230cm και διάμετρο καθετήρα 2,3mm, συμβατό για χρήση με ενδοσκόπια με ελάχιστο κανάλι 2,8mm. Συμβατό με μαγνητικό τομογράφο μέχρι 3 Tesla . Διατίθεται αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία. Οίκου: G-Flex Europe SPRL Βελγίου	U2525-230		63,00	1.260,00		1.423,80	

51	ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	Βελόνες έγχυσης μιας χρήσεως 23 και 25 G, με δυνατότητα επιλογής του καθετήρα (διαφανές ή σκιερό) και διαμέτρου 1,8 ή 2,3 mm. Να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό κλειδώματος της βελόνας για χρήση σε δύσκολες ανατομίες. Μήκος έκτασης βελόνας 4mm, 6mm, μήκος καθετήρα 200cm και 240cm. Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό προστασίας κατά την εισαγωγή της βελόνας στο ενδοσκόπιο για την αποφυγή βλαβών στο κανάλι εργασίας		200			13%		0087180
51		Βελόνες σκληροθεραπείας - έγχυσης μιας χρήσης, με βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι με λοξή τομή στο άκρο της και καθετήρα από Teflon . Διατίθενται με 4, 5 & 6mm μήκος και 21, 23 & 25G διάμετρο βελόνας έγχυσης. Ο φέρων καθετήρας έχει διάμετρο 1,8mm και 2,4mm και μήκος 165cm και 230cm. Οίκου: Alton (Shanghai) Medical Instruments Κίνας	AF-D1816PN2304 1.8mm*160cm, Injection Needle AF-D2423PN2304 2.4mm*230cm, Injection Needle AF-D2423PN2305 2.4mm*230cm, Injection Needle AF-D2423PN2306 2.4mm*230cm, Injection Needle AF-D2423PN2104 2.4mm*230cm, Injection Needle AF-D1816PN2305 1.8mm*160cm, Injection Needle AF-D1816PN2504 1.8mm*165cm, 25G, Injection Needle AF-D2416PN2104 2.4mm*165cm, 21G, Injection Needle AF-D2416PN2304 2.4mm*165cm, 23G, Injection Needle AF-D1816PN2505 1.8mm*165cm, 25G, Injection Needle AF-D2423PN2504 2.4mm*230cm, 25G, Injection Needle AF-D2423PN2505 2.4mm*230cm, 25G, Injection Needle AF-D2423PN2506 2.4mm*230cm, 25G, Injection Needle AF-D1825PN2304 1.8mm*250cm, Injection Needle		7,21	1.442,00	1.629,46		
67	ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ	Μπαλόνι ενδοσκοπικής διαδοχικής διαστολής χοληδόχου πόρου. Να έχει δυνατότητα πλήρωσης σε 3 διαφορετικές διαστάσεις και να είναι πιστοποιημένα latex free. Να είναι προ-φορτωμένο με οδηγό σύρμα με εύκαμπτο υδρόφιλο άκρο 5 cm και δυνατότητα κλειδώματός του. Το άκρο του καθετήρα να είναι διαστολικό και ατραυματικό.		4			13%		0085318, 0085319

67		Μπαλόνια προοδευτικής διαστολής, τριών διαστάσεων, για στενώσεις βρόγχων, οισοφάγου, πυλωρού, χοληφόρων, παχέος εντέρου, και Φύμα του Vater, μέσω ενδοσκοπίου. Διαθέτουν 3 (τρεις) ακτινοσκοπικούς δείκτες για να διευκολύνουν την ακριβή τοποθέτηση του μπαλονιού σε σχέση με την στένωση. Διαθέτουν συνδέτικο Υ που επιτρέπει το κλείδωμα του οδηγού σύρματος, και ταυτόχρονη έγχυση σκιαγραφικού. Διαθέτουν προφορτωμένο αφαιρούμενο στυλεό. Διατίθενται σε διαμέτρους 6-7-8mm, 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13,5-15mm, 15-16,5-18mm και 18-19-20mm και σε μήκη μπαλονιού 20mm, 30mm και 55mm. Ο φέρων καθετήρας έχει διάμετρο 2,3mm, μήκος 240cm και είναι συμβατός με ενδοσκόπια με κανάλι εργασίας διαμέτρου 2,8mm κατ' ελάχιστο, καθώς και με οδηγά σύρματα διαμέτρου 0,035". Οίκου: G-Flex Europe SPRL, Βελγίου	EZM0855 8-10mm, 55mm EZM1055 10-12mm, 55mm EZM1255 12-15mm, 55mm EZM1555 15-18mm, 55mm EZM1855 18-20mm, 55mm EZM1030P 10-12mm, 30mm EZM1230P 12-15mm, 30mm EZM0655 6-8mm, 55mm EZM1030P-120 10-12mm, 30mm, L120cm EZM1230P-120 12-15mm, 30mm, L120cm EZM1055-120 10-12mm, 55mm, L120cm EZM1255-120 12-15mm, 55mm, L120cm EZM1555-120 15-18mm, 55mm, L120cm EZM1855-120 18-20mm, 55mm, L120cm EZM0430 4mm, 30mm EZM0630P 6-7-8mm, 30mm EZM0830P 8-9-10mm, 30mm		159,00	636,00		718,68	
83	ΠΑΓΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΠΩΔΩΝ	Να παραδίδεται σε ατομική συσκευασία. Να είναι ιδανικό για γρήγορη και αποτελεσματική αναρρόφηση/συλλογή πολυπόδων. Να προστατεύει το προσωπικό από την άσκοπη έκθεση σε βιολογικά υλικά. Να συνδέεται με τους σωλήνες των αναρροφήσεων και τα ακροφύσια αναρρόφησης των ενδοσκοπίων, όλων των τύπων και οίκων κατασκευής. Να περιλαμβάνει από τα παρακάτω μέρη:1) ένα διαφανή θάλαμο συλλογής υγρών, για άριστη οπτική εντόπιση των πολυπόδων 2) 4 δίσκους συλλογής πολυπόδων. Οι δίσκοι να φέρουν διάτρητη βάση, να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο και υδρόφιλο υλικό, με εργονομική σχεδίαση, που να επιτρέπει γρήγορη εφαρμογή και αντικατάσταση. Μέσω της διάτρητης βάσης, τα υγρά να περνούν στο δοχείο της συσκευής, διευκολύνοντας την σύλληψη των πολυπόδων, 3) μία προέκταση για σύνδεση με την αναρρόφηση του ενδοσκοπίου και 4) μια υποδοχή για σύνδεση με το σωλήνα της φιάλης αναρρόφησης		30			24%		
83		Παγίδα σύλληψης - συλλογής πολυπόδων τεσσάρων θέσεων, μιας χρήσης. Συμβατή με όλα τα ενδοσκόπια. Οίκου: Alton Shanghai Medical Instruments Κίνας	AF-DPT		8,00	240,00		297,60	

111	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Επιστόμια μ.Χ. με λουράκι και όλων των τύπων. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ταινία περιδέσης Latex free και μεγάλα πλαϊνά ανοίγματα για την ευκολία στην αναρρόφηση. Να διατίθεται και με dental rim για την προστασία δοντιών, ούλων και χειλιών σε διαμέτρους 54fr και 60fr. Να προηγηθεί αξιολογηση κατοπιν προσκόμισης δειγμάτων.		500			24%		0051447
111		Επιστόμια μιας χρήσης, κατάλληλα για ενήλικες και για παιδιατρική χρήση, latex free. Διατίθενται με σταθερή ελαστική περιδέση (latex free) και με επίμηκες γλωσσοπίεστρο για περιπτώσεις έλλειψης οδοντοστοιχίας. Διαθέτουν κεντρική οπή με μεγάλο εύρος για εύκολη προώθηση του ενδοσκοπίου, καθώς και μεγάλες πλευρικές οπές για την αναρρόφηση σιέλων. Οίκου: Alton (Shanghai) Medical Instruments Κίνας	AF-GBW Bite Block For Adults with Elastic Band AF-GB Bite Block For Adults AF-GBW-C Bite Block For Children with Elastic Band AF-GBW-N Bite Block For No teeth with Elastic Band AF-GB-N Bite Block For No teeth		0,70	350,00	24%	434,00	
143	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ	Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό και ειδική ανοιγόμενη οπή με Velcro, στη πίσω πλευρά του. Να είναι κατασκευασμένο από elastic fleece, non-woven υλικό. Να διατίθεται σε μεγέθη XL 70x60cm και XXL 85x70cm. Η εφαρμογή του να εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια του ασθενή, κατά την εξέταση. Η χρήση του να διευκολύνει το έργο του νοσηλευτικού/ ιατρικού προσωπικού της ενδοσκοπικής μονάδας.		2000			24%		0052128
143		Παντελόνι κολονοσκόπησης μιας χρήσης. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό non-woven υλικό. Εργονομικά σχεδιασμένο, κοντό, με ανοιγοκλεινόμενο παράθυρο εργασίας, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ VELCRO, στην οπίσθια πλευρά και καλά εφαρμοζόμενο λάστιχο μέσης. Διατίθεται σε μπλέ ή πράσινο χρώμα. Διατίθεται σε μεγέθη L και XL. ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ. Οίκου: KeySurgical GmbH, Γερμανίας (εργοστ. Hubei Wanli Protective Products Co.,Ltd)	EN10117L Colo-Pant, Large, w/flap & velcro, 50* 70 cm, Blue NON-MEDICALY EN10117XL Colo-Pant, X-Large, w/flap & velcro, 68* 80 cm, Green NON-MEDICAL		0,69	1.380,00		1.711,20	
147	ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΕΓΧΥΣΗ	Ενέσιμο υποβλεννογόνιο διάλυμα, για χρήση σε όλες τις ενδοσκοπικές επεμβατικές πράξεις (αφαίρεση πολυπόδων κι αδενωμάτων, EMR, ESD). Να διατίθεται σε προγεμισμένες σύριγγες των 5 ml, αποστειρωμένες, έτοιμες προς χρήση να περιέχει 0,4% sodium hyaluronate. Να περιέχει Methylene blue, προσφέροντας καλύτερη παρατήρηση των ορίων. Να παρέχει άμεσο και μακράς διάρκειας υποβλεννογόνιο υπόστρωμα, για προστασία από θερμική βλάβη ή διάτρηση.		20			24%		

147		"Ενέσιμος παράγοντας με μπλε του μεθυλενίου Blue Eye™. Blue Eye™ ενέσιμη συσκευή τύπου σύριγγας μιας χρήσης με υγρή σύνθεση 0.4% Sodium Hyaluronate. Βιοσυμβατό, κατάλληλο για χρήση σε ενδοσκοπικές επεμβάσεις όπως υποβλεννογονική ανύψωση πολυπόδων, αδενωμάτων, πρώιμων σταδίων καρκίνου ή άλλων βλαβών του γαστρεντερικού βλεννογόνου, πριν από την αφαίρεση τους. Διατίθεται προφορτωμένο, έτοιμο προς χρήση σε σύριγγα ορθογώνιας σχεδίασης 5mL, ενώ διαθέτει συνδετικό τύπου Luer-lock εξασφαλίζοντας την απευθείας σύνδεση με την βελόνα έγχυσης εξαλείφοντας κατά αυτόν τον τρόπο, τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης. Διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία τύπου blister." Οίκου: The Standard Co. Ltd. (N. Κορέας)	TS-905 5mL Syringe, 0.4% Sodium Hyaluronate		35,00	700,00		868,00	
-----	--	---	---	--	-------	--------	--	--------	--

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΠΡΙΦΤΗΣ