

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της με αρ. 9^{ης}/03-05-2017 Έκτακτης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

.....

Στη Σπάρτη, σήμερα την 3^η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του (γραφείο Διοικητή, ισόγειο), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, με την υπ' αριθ. 4797/03-05-2017 πρόσκληση της Αναπληρώτριας Διοικήτριας της Ν. Μ. Μολάων και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κάτωθι κ.κ :

- κ. Μανωλάκου Αικατερίνη του Αριστείδη, Αντιπρόεδρος
- κ. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα, Μέλος
- κ. Μαγγαλούση Σταματική του Νίκωνα , Μέλος
- κ. Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα του Χρήστου, Μέλος
- κ. Χανιά Μαρία του Δημητρίου, Μέλος
- κ. Ντοροβίτσα Χρυσούλα του Νικολάου, Μέλος
- κ. Τρουγκάκος Ευάγγελος του Γεωργίου, Μέλος

Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Τσερπέ Σταυρούλα, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Εισηγήτρια είναι η κ. Μανωλάκου Αικατερίνη Αναπληρώτρια Διοικήτρια της Ν. Μ. Μολάων.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Μπότσιος Σωτήριος Διοικητής του Γ. Ν. Λακωνίας, ο κ. Μωραΐτης Χαράλαμπος Νομικός Σύμβουλος του Νοσοκομείου, κ. Τζουγανάτου Ανδριάντα Προϊσταμένη και Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μ. Τ.Ν με βαθμό Διευθύντριας Νεφρολογίας ο κ. Πρέσβελος Δημήτριος Συντονιστής Δ/ντής Μ.Τ.Ν. της Ν. Μ. Μολάων οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της συζήτησης και της λήψης της απόφασης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστη ο κ. Σωτηριανάκος Σωτήριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο

Προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού.

Εισάγεται προς συζήτηση από την κ. Μανωλάκου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Διοικήτρια της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, το υπ' αριθ. Φ/Λ/17/4796/03-05-2017 εισηγητικό κείμενο, το οποίο έχει ως εξής:

Σχετ.: α) Η υπ' αρ. 3^{ης}/24-02-2017 (θέμα 14^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

- β) Το υπ' αρ. 2869/09-03-2017 έγγραφο της επιτροπής εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών.
- γ) Το υπ' αρ. Φ/Λ/17/3035/13-03-2017 περί Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών.
- δ) Το υπ' αρ. Φ/Λ/17/3713/29/03/2017 έγγραφό μας.
- ε) Τα υπ' αρ. 3854/31-03-2017 & 4448/21-04-2017 έγγραφα της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών.
- στ) Την υπ' αρ. Ν 30/2016 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

Σας γνωρίζουμε ότι,

1. Με την ανωτέρω σχετική (α) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε εκ νέου επιτροπή εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού, ενώ με το σχετικό (β) η επιτροπή κατέθεσε τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της υπηρεσίας (<http://www.hosplak.gr/?q=node/add/diavouleyseis>).
2. Στις κατατεθείσες προδιαγραφές αναρτήθηκαν σχόλια – παρατηρήσεις οι εταιρείες ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ & BAXTER, όπου στη συνέχεια διαβιβάστηκαν στην επιτροπή με το σχετικό (δ).

Η επιτροπή με τα ανωτέρω (ε) σχετικά μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι, οι τεχνικές προδιαγραφές που ετέθησαν δεν είναι καθόλου «φωτογραφικές» και είναι σύμφωνες με τις οδηγίες της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας. Αναφέρονται στην επιστημονική ονομασία της μεμβράνης του φίλτρου και όχι στη μάρκα του φίλτρου ή στην εταιρεία που την αντιπροσωπεύει. Επίσης ετέθησαν προδιαγραφές που αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά και ορισμένους συντελεστές και παραμέτρους των μεμβρανών, από τα οποία καθορίζεται η αποτελεσματικότητα και οι επιδόσεις των φίλτρων. Τέθηκαν προδιαγραφές με κριτήριο την ποιότητα των υλικών, την προέλευσή τους, τις ανάγκες και την ασφάλεια των ασθενών. Οι συγκεκριμένες μεμβράνες έχουν χρησιμοποιηθεί επί σειρά ετών τόσο στο Νοσοκομείο μας όσο και στα σημαντικότερα κρατικά και ιδιωτικά κέντρα αιμοκάθαρσης στην χώρα μας, χωρίς ουδέποτε να έχουν παρουσιάσει παρενέργειες και εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα αιμοκάθαρσης στους ασθενείς.

Η επιτροπή προδιαγραφών επισήμανε ότι για την τελική επιλογή της προμήθειας των προς χρήση φίλτρων μεταξύ φίλτρων της ίδιας μεμβράνης και επιφάνειας θα πρέπει να λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη τρία άλλα διεθνώς αποδεκτά χαρακτηριστικά των φίλτρων, δηλαδή ο KoA (είναι ο συντελεστής επιφάνειας μεταφοράς μάζας του φίλτρου και είναι αυτός που καθορίζει την αποτελεσματικότητα του φίλτρου), ο συντελεστής διαβατότητας (SC) της B2 μικροσφαιρίνης (είναι αυτός που καθορίζει την απομάκρυνση με την αιμοκάθαρση, πλην των μικρομοριακών

ουσιών και του μέσου μοριακού βάρους ουσιών και κυρίως της Β2 μικροσφαιρίνης) και ο αποδεκτός τρόπος αποστείρωσης.

3. Η προμήθεια των φίλτρων μέχρι της παρούσης, γίνεται από τις συμβάσεις που προέκυψαν κατόπιν ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με δημοσίευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (υπ. αρ. 17/2016 διακήρυξη), από τις εταιρείες DEMO A.B.E.E., MEDIPRIME A.E, ARITI A., NTIAL A.E , VERMA DRUGS , BAXTER HELLAS ΕΠΕ και ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕ, οι ποσότητες των οποίων εξαντλούνται άμεσα και στις δύο (2) Νοσηλευτικές μας μονάδες.

4. Η απαιτούμενη μηνιαία δαπάνη για κάλυψη των αναγκών των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών είναι της τάξεως των 21.215,00 ευρώ για την Ν.Μ. Σπάρτης και 15.500 ευρώ για την Ν.Μ. Μολάων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, επιβαρύνοντας τον ΚΑΕ 1311 από τον Π/Υ του 2017.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του αυτά που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση και:

- Την υπ' αρ. Ν 30/2016 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
- Την περίπτωση (β) παράγραφο 3 του άρθρου 54 του Ν.4412/2016 περί τεχνικών προδιαγραφών όπου αναφέρει ότι ένας από τους τρόπους που διατυπώνονται οι τεχνικές προδιαγραφές είναι: με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή – όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον όρο ή “ισοδύναμο”.
- Την απρόσκοπτη λειτουργία των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού της Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων, με πλήρη ιατρική περίθαλψη των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει:

1. Τις κατατεθείσες τεχνικές προδιαγραφές της επιτροπής (υπ' αρ. 2869/09-03-2017 έγγραφο), προσθέτοντας στην περιγραφή της κάθε συνθετικής μεμβράνης τον όρο « ή ισοδύναμο» (η λοιπή περιγραφή παραμένει ως έχει).
2. Τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ετήσια βάση ενταγμένο στο ΠΠΥΥ2015.
3. Τον ορισμό επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους κάτωθι:
 - κ. Ανδρικάκου Καλλιόπη, Δ/ντρια ΕΣΥ Νεφρολογίας.
 - κ. Μενεμτσιάδη Γαλήνη, Δ/ντρια ΕΣΥ Νεφρολογίας.
 - κ. Κούκου- Κοκκίνη Ιωάννα, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.
 - κ. Αναστασάκη Αικατερίνη, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.
 - κ. Καστρή Βασιλική υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας.
4. Την απευθείας ανάθεση προμήθειας φίλτρων τεχνητού νεφρού από τις εταιρείες DEMO A.B.E.E., MEDIPRIME A.E, ARITI A.E, NTIAL A.E, VERMA DRUGS, BAXTER HELLAS ΕΠΕ και ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕ ΚΟΣΜΙΔΗΣ για κάλυψη των αναγκών μας για διάστημα έξι (6) μηνών ή μέχρι ολοκλήρωσης του διαγωνισμού με το ίδιο συμβατικό τίμημα.
5. Την ανάληψη δαπάνης των 127.290,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% σε βάρος του ΚΑΕ 1311 Π/Υ 2017 της Ν. Μ. Σπάρτης.
6. Την ανάληψη δαπάνης των 93.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% σε βάρος του ΚΑΕ 1311 Π/Υ 2017 της Ν. Μ. Μολάων.
7. Εξουσιοδοτεί τον Διοικητή για την υπογραφή των συμβάσεων και όλων των σχετικών εγγράφων.
8. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στον ιστότοπο της υπηρεσίας (<http://www.hosplak.gr/?q=node/add/diavouleyseis>).

.....

εγκρίνει την εκτέλεση του πρακτικού προ της επικυρώσεώς του

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Α. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤ. ΤΣΕΡΠΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σ. ΜΑΓΓΑΛΟΥΣΗ
Π. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μ. ΧΑΝΙΑ
Χ. ΝΤΟΡΟΒΙΤΣΑ
Ε. ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΕΡΠΕ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΕΡΠΕ