



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
ΓΝ-Κ.Υ Καρύστου _ ΓΝ-Κ.Υ Κύμης

Ημερομηνία: 04/09/2026
Αρ. Πρωτ.: 18011

Ταχ. Δ/ση: Θέση Βαθροβουνίου (όπισθεν ΚΤΕΛ), Χαλκίδα
Διεύθυνση: Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: ΜΠΟΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2221355882
E-mail: sup2@chalkidahospital.gr

Προς:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ MEDI-GRIP LATEX STANDARD PF Νο 6,5» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.

Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ.: 17616/01-09-2026, αίτημα της Διαχείρισης Υλικού.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email:sup2@chalkidahospital.gr](mailto:sup2@chalkidahospital.gr) (με σφραγίδα και υπογραφή), για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΛΑΤΕΞ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Νο: 6,5 Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό καουτσούκ (λάτεξ), με εσωτερική επίστρωση από ειδικό πολυμερές υλικό για εύκολη τοποθέτηση. Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία Γάμα (Gamma). Να έχουν πιστοποιηθεί και να έχουν σήμανση CE ως Ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλάσης IIa (Medical Device) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΟΚ, και να έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση συμμόρφωσης, ώστε να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της ως άνω οδηγίας. Να έχουν πιστοποιηθεί και να έχουν σήμανση CE ως προϊόντα ατομικής προστασίας κλάσης III (Personal protective Equipment) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EU 2016/425, και να έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση συμμόρφωσης, ώστε να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της ως άνω οδηγίας. Να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN 455 1-4, EN 374 1-3. Να έχουν πιστοποιητικό για AQL 0,65.	500 τμχ. Νο: 6,5

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την **Τετάρτη 09-09-2026**.

Να κατατεθούν δείγματα προς αξιολόγηση.

Η τιμή να δίδεται ανά Τεμάχιο και ο ΦΠΑ να αναγράφεται χωριστά.

Να διατίθεται το είδος ετοιμοπαράδοτο.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σήμανση CE, το οποίο θα αναγράφεται στην προσφορά σας.

Οι τιμές των υλικών στις προσφορές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν αυτές που υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ.

Στην προσφορά να αναγράφεται τον α/α του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ αν υπάρχει.

Σε περίπτωση που στην προσφορά σας αναγράφεται ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ θα καταθέσετε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες, το οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς όπως και ο χρόνος παράδοσης αυτών.

**Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΑΡΑΚΗ