



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Βηλάκη Δήμητρα
Δ/ση: Λακκί-Λέρος
Τ.Κ. 85400
Τηλ. 22470-22131

ΑΔΑ:

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ -7-

ΣΥΜΒΑΣΗ € 8.880,30**Για την προμήθεια δύο κλιβάνων υγρής αποστείρωσης**

Στη Λέρο σήμερα 21/1 / του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα μεταξύ του Κρατικού Θεραπευτηρίου Γ. Ν. – Κέντρου Υγείας Λέρου με ΑΦΜ 099591588 Δ.Ο.Υ Κω, εκπροσωπημένου κατά τις κείμενες διατάξεις από την ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ κα ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΛΗΔΑ αυτού και της εταιρείας «HELLENIC LABWARE A.E.» με ΑΦΜ: 094212309 (νόμιμος εκπρόσωπος Βασιλική Μπάρμπα) έγιναν τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ανατίθεται σύμφωνα με

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147 8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α' /2000).
3. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/17.8.2010 (ΦΕΚ 141/2010) περί "Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης".
4. Την 35130/739 /11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί "αυξήσεως των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων".
5. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
6. Την υπ'αρ. Γ.Π.οικ.13444/2008 (ΦΕΚ 199Β') απόφαση μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Την αριθμ. 41/5-10-18(ΘΕΜΑ 8) (ΑΔΑ: 6ΥΘΩ46904Ρ-9ΔΡ) Απόφαση Διοικητικού Σ/λίου περί έγκρισης ανάληψης πίστωσης και διενέργειας διαγωνισμού.
8. Την αριθμ. 47/16-11-2018 (θέμα 23) ΑΔΑ: Ψ76946904Ρ-6Σ4 Απόφαση κατακύρωσης Διοικητικού Σ/λίου.
9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 116/ 2018, ΑΔΑ: ΩΗΠ946904Ρ-ΖΛΦ
10. Η υπ' αριθ. 977/9-10-18 (ΑΔΑ:7ΧΛΑ46904Ρ-1Φ6) και η 76/3-1-19 (ΑΔΑ: Ω6ΙΒ46904Ρ-ΗΘΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28/2/2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

Κατόπιν τούτου η **κα ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΛΗΔΑ Διοικήτρια** του Θεραπευτηρίου, με την εκτεθείσα ως άνω ιδιότητά της, αναθέτει **στην εταιρεία «HELLENIC LABWARE Α.Ε»** ονομαζόμενη στο εξής, χάριν συντομίας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» και αναλαμβάνει την προμήθεια των κατωτέρω ειδών με τους κατωτέρους όρους και συμφωνίες τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ, του οίκου Nuve Τουρκίας, τύπος NC 23B	2	3.795,00 €	7.590,00 €
			ΚΑΘ. ΑΞΙΑ	7.590,00 €
			ΦΠΑ 17%	1.290,30 €
			Γ. ΣΥΝΟΛΟ	8.880,30 €

Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνια από την παραλαβή. Μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα η εταιρεία αναλαμβάνει (χωρίς κανένα κόστος) την επισκευή ή αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος ή μέρους αυτού λόγω βλάβης ή φθοράς που προέρχεται από κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελαττώματα χρησιμοποιηθέντων υλικών. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή φθορές που προέρχονται από κακή μεταχείριση του οργάνου ή χρήση αντίθετη από τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εγγύηση ύπαρξης ανταλλακτικών για 10 χρόνια. Άμεση παράδοση εντός 48ώρου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: σύμφωνα με την προσφορά σας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση με τον προμηθευτή αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της δηλαδή στις **21/1/2018** και λήγει στις **20/2/2019** με δικαίωμα παράτασης ένα (1) μήνα.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί μέσα στο χρόνο που ορίζεται, βάση δελτίου παραγγελίας τμηματικά ανάλογα τις ανάγκες μας.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται από το Θερ/ριο με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί στο όνομα του προμηθευτή και μετά την θεώρηση αυτού.

Για την εντολή πληρωμής της δαπάνης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

- Τιμολόγιο Πώλησης Αγαθών
- Φορολογική ενημερότητα
- Αποδεικτικό μη οφειλής στο ΙΚΑ
- Πρωτόκολλο παραλαβής του Κρατικού Θερ/ρίου Λέρου

Η δαπάνη υπόκειται στις εξής κρατήσεις:

ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% (άνω των € 2.500,00)

Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%

2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ

ΦΟΡΟΣ 4%

ΓΙΑ ΑΕΠΠ 0,06%

Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΑΕΠΠ

ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

ΑΡΘΡΟ 4^ο**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ**

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του θεραπευτηρίου σε εργάσιμες ημέρες και ώρες , έπειτα από έγγραφη παραγγελία (Δελτίο Παραγγελίας) από τον αρμόδιο αποθηκάριο, **σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα**, με δικαίωμα παράτασης 1 μήνα, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 5^ο:
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής κατατέθηκε σαν εγγύηση η **αριθμ. 771677 του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων αξίας 379,50€** η οποία θα επιστραφεί ύστερα από την λήξη της σύμβασης και την εκπλήρωση των όρων αυτής. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας , ποσοστού 5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (άρθρο 72 του Ν.4412/16)

Η εγγυητική καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά την παρέλευση της περιόδου εγγύησης και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 6^ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη αποστολή του είδους, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Προμηθευτή. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προμηθευτής.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 7^ο: ΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο χορηγητής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε άλλο δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 191, 206 και 209 , Ν. 4412/16

Ο χορηγητής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν:

α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (ως τέτοιοι δεν θεωρούνται για τον χορηγητή όσοι ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του χορηγητή)

γ) ύστερα από κρίση της επιτροπής παραλαβής, συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση
Σε περίπτωση που ο χορηγητής κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά σε βάρος αυτού οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Κατάπτωση όλης ή μέρους της εγγύησης που έχει κατατεθεί για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

β) Προμήθεια των ειδών απ' ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο, κάθε ζημιά δε του Δημοσίου θα καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου χορηγητή.

γ) Προσωρινός ή παντοτινός αποκλεισμός του από προμήθειες του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 8^ο **ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία όμοια αντίγραφα τα οποία υπεγράφησαν και από τους 2(δύο) ενδιαφερόμενους, τα δύο πρώτα για το Θερ/ριο και το τρίτο για την εταιρεία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΕΡΟΥ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
(νόμιμος εκπρόσωπος)

ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ – ΛΗΔΑ

HELLENIC LABWARE A.E

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

HELLENIC LABWARE A.E.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ)

ΟΙΚΟΥ ΝΥΝΕ, ΤΥΠΟΣ ΝC 23B

Ο κλίβανος είναι υγρής αποστείρωσης (Autoclave), επιτραπέζιος, class B, χωρητικότητας 23 λίτρων, ειδικός για αποστείρωση τυλιγμένων ή ατύλιχτων εργαλείων, εργαλείων με αυλούς και κοιλότητες (όπως λαπαροσκοπικά) καθώς και μικρά set ιματισμού και γενικά υλικών με κοιλότητες τύπου A.

Το υλικό κατασκευής του είναι ανοξείδωτος χάλυβας. Οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 570x730x525 mm (ΠxΒxΥ) ενώ οι διαστάσεις του θαλάμου είναι Ø260x420mm.

Έχει θύρα με εσωτερικό τοίχωμα (επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα) με διπλό σύστημα ασφαλίσεως που αφενός δεν επιτρέπει το άνοιγμα όταν ο θάλαμος βρίσκεται υπό πίεση και αφετέρου δεν επιτρέπει την έναρξη κύκλου λειτουργίας σε περίπτωση ανασφάλιστης θύρας.

Ο τρόπος ανοίγματος της θύρας είναι ηλεκτρομαγνητικός με εργονομικό σχεδιασμό χωρίς να χρειάζεται δύναμη για το άνοιγμα.

Η θύρα φέρει ικανό υλικό θερμομόνωσης και το καπάκι του θαλάμου δεν έχει άμεση επαφή με το εξωτερικό της θύρας, ώστε η θερμοκρασία η οποία αναπτύσσεται εσωτερικά, να μην επηρεάζει την εξωτερική, εμπρόσθια επιφάνεια ώστε να προστατεύεται ο χρήστης.

Διαθέτει τέσσερα ανοξείδωτα και διάτρητα ράφια και έχει δυνατότητα να δεχτεί έως 6 ράφια ή 3 κασέτες αποστείρωσης.

Ο κλίβανος διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη άμεσης παραγωγής ατμού (ατμογεννήτρια).

Διαθέτει βακτηριακό φίλτρο για τον εισερχόμενο αέρα και ενσωματωμένη αντλία για δημιουργία κενού πριν την αποστείρωση και κατά τη φάση στεγνώματος, ώστε καθιστά τον κλίβανο ιδανικό για αποστείρωση εργαλείων τα οποία φέρουν αυλούς και κοιλότητες, ή είναι πορώδη, καθώς επίσης και ειδών από ύφασμα, τα οποία συνήθως αποστειρώνονται τυλιγμένα σε ειδικά χαρτιά αποστείρωσης.

Η λειτουργία του κλιβάνου προγραμματίζεται και ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή (με μνήμη των 500 τελευταίων προγραμμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί, ώστε να ελέγχεται η ολοκλήρωση ή μη αυτών) για τελείως αυτόματη λειτουργία, με δυνατότητα επιλογής μεταξύ πέντε προγραμμάτων λειτουργίας:

- Universal 134°C 4 λεπτά
- Quick, unwrapped 134°C 4 λεπτά
- Sensitive material 121°C 20 λεπτά
- Prion 134°C 20 λεπτά
- Flash 134°C 4 λεπτά

Επίσης, υπάρχουν τα εξής προγράμματα ελέγχου:

- Vacuum Test
- Bowie & Dick Test / Helix Test

Όλες οι παράμετροι των προγραμμάτων είναι εισηγμένες στην μνήμη, όμως διατίθενται 2 ελεύθερα προγράμματα στα οποία ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να επέμβει στις παραμέτρους του κάθε προγράμματος, δηλαδή να επιλέξει θερμοκρασία, διάρκεια και φάση στεγνώματος.

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων 7 συν 2 ελέγχου.

Διαθέτει μεγάλη μνήμη με λεπτομερή μνήμη των 500 τελευταίων κύκλων και περιληπτική των τελευταίων 29.500 κύκλων.

Μνήμη των τελευταίων 100 προβλημάτων.

1) 
2) 
3) 



HELLENIC LABWARE A.E.

Θύρα USB για την καταγραφή των κύκλων που υπάρχουν στη μνήμη σε USB stick.

Σύνδεση με PC μέσω θύρας USB / RS 232.

Θύρα Ethernet για απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω internet χρησιμοποιώντας το προαιρετικό λογισμικό Nuvencloser™ το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση σε παραμέτρους, μνήμη, ιστορικό σφαλμάτων και άλλες τεχνικές παραμέτρους.

Μπορεί να δεχτεί εκτυπωτή για εκτύπωση των κύκλων και αρχειοθέτηση.

Οι παράμετροι λειτουργίας επιλέγονται εύκολα και παρουσιάζονται μέσω έγχρωμης ψηφιακής οθόνης 4.3 ιντσών, με όλες τις δυνατές πληροφορίες που αφορούν την διαδικασία της αποστείρωσης (διάρκεια, χρόνος, θερμοκρασία, πίεση, πρόγραμμα κ.λπ.)

Όλα τα ηλεκτρονικά μέρη (χειρισμού, ένδειξης και καταγραφής) είναι εγκατεστημένα στο πλάι και σε κατάλληλο και ευκρινές σημείο και είναι απολύτως στεγανά από την διαφυγή του ατμού.

Υπάρχουν ενδείξεις στην ψηφιακή οθόνη για όλους τους κύκλους της αποστείρωσης και διαγνωστικά π.χ. θέρμανση, αποστείρωση, εκτόνωση, στέγνωμα, σφάλμα λειτουργίας, ανάγκη προσθήκης νερού, κλείσιμο πόρτας.

Σε περίπτωση προβλήματος υπάρχει οπτική (αλλαγή χρώματος όλης της οθόνης σε κόκκινο) και ηχητική ενημέρωση.

Λειτουργεί με τροφοδοσία δικτύου Δ.Ε.Η. (230V / 50HZ) και διαθέτει γενικό διακόπτη λειτουργίας (ON-OFF).

Έχει δοχείο αποθήκευσης του απεσταγμένου νερού και ξεχωριστό δοχείο, στο οποίο επιστρέφουν τα συμπυκνώματα, μετά το τέλος της αποστείρωσης.

Διαθέτει θερμοστατικό κύκλωμα ασφαλείας στο θάλαμο και στη γεννήτρια ατμού και βαλβίδα ασφαλείας, με αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του κλιβάνου, με οπτική και ακουστική ένδειξη.

Είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή standard και πιστοποιήσεις.

Χωρητικότητα Θαλάμου	23lt
Θερμοκρασία Αποστείρωσης	121°C and 134°C
Αριθμός προρυθμισμένων προγραμμάτων	5
Αριθμός ελεύθερων προγραμμάτων	2
Προγράμματα Ελέγχου	Vacuum Leakage, Bowie & Dick/Helix
Ελάχιστο επίπεδο κενού	100 mbar
Σύστημα Ελέγχου	N-Smart™ Control System
Οθόνη	4,3" Έγχρωμη LCD
Υλικό Θαλάμου	Ανοξείδωτος Χάλυβας
Αριθμός ραφιών (Std/Max.) τεμ.	3/6
Χωρητικότητα Κασετών Αποστείρωσης, τεμ.	3
Τάση λειτουργίας	220 V 50/60 Hz.
Κατανάλωση ενέργειας	2.500 W
Διαστάσεις Θαλάμου (Διαμ. x Βάθος) mm.	Ø 260x420
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxBxY) mm.	570x730x525
Καθαρό / Μικτό Βάρος kg	55 / 69