



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Δ/ση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 – 115 22 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 64 09 000 , Fax: 210 64 20 146

Διεύθυνση Διοικητικού
Υποδ/ση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ.: Μακράκη Ζωή
Τηλ.: 210.64.09.147

Αθήνα , 24-12-19
Αρ. πρωτ. 31749 /909,120

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς συσκευών προμήθειας παροχέτευσης θώρακος CPV 33157000-5 προυπολογιζομένης δαπάνης 1.078,80€

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

- (α) Του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
- (β) Την υπ αριθμ 498/29-11-17 Απόφαση ΔΣ με την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος ΔΣ-Διοικητής του Νοσοκομείου για τον ορισμό επιτροπών
- (γ) Τις διατάξεις του αρθρ. 118 «Διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης», του Ν.4412 (ΦΕΚ 147/Α/2016) μέχρι 20.000€ πλέον ΦΠΑ.
- (δ) Το γεγονός ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος επιβάλλεται η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας σε υλικά /υπηρεσίες.
- (ε) Την υπ αριθμ 516/13-7-18 απόφαση ΔΣ με την οποία εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος ΔΣ – Διοικητής για την έγκριση σκοπιμότητας και τη διαδικασία εκτέλεση μέχρι 15.000€ με ΦΠΑ.
- (στ) Το υπ αριθμ 106 /20-12-19 σημείωμα αναγκαιούντων του Χειρουργείου
- (ζ) Τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την άμεση πραγματοποίηση έρευνας αγοράς από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ:

Δ. Α. (Δ/ντής Ιατρός) ΘΧ Πρόεδρος
Χ. Σ. (Επιμ Α Ιατρός) ΘΧ
Κ. Δ. (ΤΕ Νοσηλευτικής) χειρ/γείο
και χρέη γραμματέως η κα Δ. Ζ. (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων) για το Θωρακοχειρουργικό τμήμα (με ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ) αναλυτικά ως εξής:

**ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2500ML**

1. Δυνατότητα λειτουργίας με χαμηλή ροή αέρα της τάξης των 16 L/min
2. Να προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής της αναρρόφησης χωρ'σι νερό και χωρίς ηχητική λειτουργία (αθόρυβο)

3. Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου της απόδοσης αναρρόφησης και να φέρει ρυθμιστή που να διατηρεί ένα συνεχές επίπεδο αναρρόφησης ανάμεσα στα μείον δέκα(-10) και μείον σαράντα (-40) εκατοστά στήλης ύδατος (cm H2O). Να συνοδεύεται από ηχητική επιβεβαίωση για κάθε αλλαγή
4. Ο θάλαμος συλλογής να έχει μέγιστη χωρητικότητα 2.500ml και να χωρίζεται σε 4 στήλες καταμέτρησης. Η πρώτη στήλη να φθάνει μέχρι τα 200ml για τον ακριβέστερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο της κατάστασης του ασθενούς
5. Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου της αναρρόφησης με ειδικό δείκτη που να εμφανίζεται σε παράθυρο όταν έχει επιτευχθεί επίπεδο αναρρόφησης
6. Να έχει τη δυνατότητα διάγνωσης της διαφυγής αέρα μέσω προαιρετικής πλήρωσης του μετρητή διαφυγής
7. Να έχει τη δυνατότητα λήψης δείγματος (χωρίς βελόνα) και προσθήκης ασκού αυτομετάγγισης μέσω ειδικών συνδετικών για τον ασκό αυτομετάγγισης με αυτοσφραγιζόμενη θύρα
8. Να αντισταθμίζει οποιαδήποτε μεγάλη διαρροή αέρα και διακύμανση στην αρνητική πίεση
9. Στη συσκευασία να εσωκλείονται αναλυτικές οδηγίες χρήσης
10. Το υλικό κατασκευής να είναι από ανθεκτικό και άθραυστο PCV χωρίς μεταλλικά μέρη ώστε να καθίσταται πλήρως συμβατό με την μαγνητική τομογραφία

**Κωδ Νοσοκ 44915 Τεμάχια 30 X ΠΙΘΑΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΧ 29€= 870,00€=1.078,80€
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ**

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει προσφορά επίσης να αναφέρει

- α) τον κωδικό τιμολόγησης του είδους και του κωδικού ΕΚΑΠΤΥ (με ποινή απόρριψης)
- β) έντυπο με κωδικό και τιμή Παρατηρητηρίου τιμών του είδους κατά την ημερομηνία προσφοράς (με ποινή απόρριψης) και
- γ) το ποσοστό ΦΠΑ ανά είδος στο fax 213-2021146 ή σε κλειστό φάκελο πρωτοκολλημένο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου , εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από της αναρτήσεως στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο Πρόεδρος ΔΣ - Διοικητής

Γεώργιος Δενδραμής

Εσωτερική διανομή

Τμήμα Προμηθειών

Μέλη της Επιτροπής

- Δ.Α. (Δ/ντής Ιατρός) ΘΧ Πρόεδρος
- Χ. Σ. (Επιμ Α Ιατρός) ΘΧ
- Κ. Δ. (ΤΕ Νοσηλευτικής) χειρ/γείο

Γραμματέας της Επιτροπής

- Δ. Ζ. (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)