



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της 18^{ης} /15-11-2018 Τακτικής Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Στη Λάρισα σήμερα **15 Νοεμβρίου 2018**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **13:30 μ.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μετά την αριθμ. πρωτ. 57925/13-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της αριθμ. Γ4β/Γ.Π.:74161/16-10-2018 απόφασης του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 623/26-10-2018 τ.Υ.Ο.Δ.Δ., για να συζητήσει επί θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Νάνος Παναγιώτης | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Χαλιβέρα Ανθή | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Καριπίδης Ιωάννης | Τακτικό μέλος |
| 4. Μητρούλας Σπυρίδων | Τακτικό μέλος |
| 5. Λιόλιος Δημήτριος | Τακτικό μέλος |
| 6. Νέγκα Χαριτίνη | Αιρετή εκπρόσωπος των ιατρών - Αναπληρωματικό μέλος του
Σκουλάκη Χαράλαμπου |
| 7. Ζήση Βασιλική | Αιρετή εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού -
Τακτικό μέλος |
| 8. Βασιλόπουλος Γεώργιος | Τακτικό μέλος |
| 9. Αμπατζή Συρματένια | Τακτικό μέλος |

Απουσίαζε το Τακτικό μέλος Σκουλάκης Χαράλαμπος λόγω αδείας.

Με το αριθ. πρωτ. 57932/13-11-2018 έγγραφο κλήθηκε ο Διοικητικός Διευθυντής κος Ντόκος Ιωάννης προκειμένου να παρέχει τυχόν διευκρινήσεις για τα θέματα του Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ».

Στη συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου η Σερέτη Ανδρομάχη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:

.....
ΘΕΜΑ 121^ο: Έγκριση πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τρεις (3) βιοχημικούς αναλυτές για τις ανάγκες του Βιοχημικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου μας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.796,28€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.»

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 22788/09-11-2018 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Σας θέτουμε υπόψη :

Α.

1. Τις διατάξεις του νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2. Τις διατάξεις του νόμου 2889/2001 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»

- 3.Τις διατάξεις του νόμου 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α' /02.11.2001)
- 4.Τις διατάξεις του νόμου 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 3527/2007 (κεφάλαιο Β', τρίτο άρθρο)
- 5.Τις διατάξεις του νόμου 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α' /18.06.2007).
- 6.Την Αριθμ. Π1/3305 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010)
7. Τις διατάξεις του νόμου 3918/2011 και του Ν.4052/2012(Άρθρο 14 παρ.7).
8. Τις διατάξεις του νόμου 3867/2010.
9. Έγγραφο της Ε.Π.Υ. με αριθμ.πρωτοκ. 6881/3-10-2012.ΘΕΜΑ:<<Διαβίβαση εγκυκλίου με οδηγίες εκτέλεσης & εφαρμογής του ΠΠΥΥ έτους 2012,πιστώσεις 2012 & 2013.>>
- 10.Τις διατάξεις του Ν. 4013(ΦΕΚ 204/15-09-2011 ΤΕΥΧΟΣ Α'), Ν. 4146 άρθρο 61.
- 11.Το Ν. 4281/ΦΕΚ 160/τ.Α' /08-07-2014«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
- 12.Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29/ τ.Α' /19-03-2015« Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
13. Το Ν. 4354/ΦΕΚ τ.Α' 176/16-12-2015«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων", το άρθρο 5 του οποίου αντικαθιστά το άρθρο 37 του ν. 4320/2015 (Α' 29), καθώς και διατάξεις του ν. 4281/2014 (Α' 160)».
14. Το Ν. 4368/ΦΕΚ τ.Α' 21/21-02-2016 « Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
15. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1999/21-04-2016 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Έκδοση ν. 4380/2016(ΦΕΚ 66/Α/15.04.2016)σχετικά με την αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β' του ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/Α).
16. Το ν. 4392/2016 (Α' 100)
17. Το ν. 4412/2016 ΘΕΜΑ: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
18. Το ν. 4413/2016 ΘΕΜΑ: «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^{ης} Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28-3-2014) και άλλες διατάξεις»
19. Το υπ' αριθμ. 4662/14-9-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με ΘΕΜΑ: «Αναφορικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016»
20. Το υπ' αριθμ. 4747/20-9-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με ΘΕΜΑ: « Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2017 κατ' εφαρμογήν του ν. 4412/2016- Κατ' εξαίρεση προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»
21. Την υπ' αριθμ. 11^η /19-09-2016 ΕΗΔ Θ: 7^ο απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας- Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΑΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» σχετικά με το κριτήριο κατακύρωσης στους συνοπτικούς διαγωνισμούς.
22. Την αίτηση της Διευθύντριας του Βιοχημικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Λάρισας, με την οποία ζητείται η προμήθεια για: : ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ)

Σημειώνουμε ότι το εργαστήριο διαθέτει ένα (1) βιοχημικό αναλυτή AU-600 ιδιοκτησίας του και δύο (2) που έχουν παραχωρηθεί ως συνοδός εξοπλισμός ιδιοκτησίας της εταιρείας MEDICON. Ως εκ τούτου οι συμμετέχουσες στην διαδικασία πρόσκλησης εταιρείες, εφόσον δεν καλύπτονται από τον υφιστάμενο εξοπλισμό, οφείλουν να εγκαταστήσουν ως συνοδό εξοπλισμό βιοχημικούς αναλυτές τουλάχιστον ιδίων δυνατοτήτων με τους ήδη υπάρχοντες. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι κατάλληλα για τους προσφερόμενους αναλυτές και η ακρίβεια και η επαναληψιμότητά τους να αποδεικνύονται από τα επίσημα φυλλάδια του κατασκευστή. Η Γραμμικότητα για τα αιτούμενα αντιδραστήρια να είναι τουλάχιστον: Σάκχαρο =600 mg/dl, Κρεατινίνη=30 mg/dl, SGOT=800 U/L, SGPT=800 U/L, Ολική Χολερυθρίνη=25 mg/dl, Άμεση Χολερυθρίνη=20 mg/dl, CPK=2000 U/L, LDH=2000 U/L, Ασβέστιο=15 mg/dl.

Τα αντιδραστήρια προορίζονται να εφαρμοστούν και στους τρεις (3) όμοιους βιοχημικούς αναλυτές ταυτόχρονα.

Ο μειοδότης που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οφείλει, εφόσον αυτό απαιτείται, να εγκαταστήσει άμεσα τους βιοχημικούς αναλυτές (και σύνδεση με το σύστημα LIS) για την κάλυψη των αναγκών του βιοχημικού τμήματος, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα κηρύσσεται έκπτωτος και η προσφορά του θα απορρίπτεται.

Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης παράδοσης των αντιδραστηρίων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

1. Να είναι προηγμένης τεχνολογίας με τυχαία επιλογή δειγμάτων τύπου RANDOM ACCESS.
2. Να είναι μεγάλης παραγωγικότητας , 800 τουλάχιστον φωτομετρικών εξετάσεων ανά ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι εξετάσεις που εκτελούνται με ηλεκτρόδια.
3. Να έχει ενσωματωμένο ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων.
4. Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου αριθμού εξετάσεων ταυτόχρονα (πάνω από 45).
5. Να δέχεται τοποθέτηση μεγάλου αριθμού δειγμάτων στον δειγματολήπτη του, (πάνω από 80) και να έχει ειδικές επιπλέον θέσεις επειγόντων δειγμάτων, που θα αναλύονται χωρίς αφαίρεση δειγμάτων ρουτίνας από το δειγματολήπτη,
6. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης θρόμβων, αρκετά ευαίσθητο ώστε να ανιχνεύει θρόμβους που δεν φράσσουν το ρύγχος δείγματος.
7. Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι φιλικό προς τον χρήστη, με οθόνες βοήθειας.
8. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων.
9. Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά, με εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας και να υπάρχει σύστημα διαχείρισεως και καταγραφής των στοιχείων ,του αριθμού και του είδους των εξετάσεων. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με on line σύστημα διαχείρισης ασθενών στην Ελληνική γλώσσα. Το κόστος σύνδεσης θα αναλάβει ο προμηθευτής.
10. Να υπάρχει σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών (ISE) με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια, ενσωματωμένο στον αναλυτή παραγωγικότητας τουλάχιστον 400 εξετάσεων ανά ώρα.
11. Τα δείγματα και τα αντιδραστήρια να αναγνωρίζονται αυτόματα από ενσωματωμένο σύστημα barcode.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

07-10-18

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΑΚΧΑΡΟ	11
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ	8
SGOT	7
SGPT	8
ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ	8
ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ	10
CPK	13
LDH	8
ΑΣΒΕΣΤΙΟ	6
MASTER WETTING	20
PROBE CLEANER	4
CLEAN 1A	1
CLEAN 1 B	1
ISE HIGH	1
ISE LOW	1

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ
ΣΑΚΧΑΡΟ	11	117	1287
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ	8	122	976
SGOT	7	244	1708
SGPT	8	244	1952
ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ	8	235	1880
ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ	10	248	2480
CPK	13	194	2522
LDH	8	314	2512
ΑΣΒΕΣΤΙΟ	6	80	480
MASTER WETTING	20	161	3220
PROBE CLEANER	4	150	600
CLEAN 1A	1	88	88
CLEAN 1B	1	88	88
ISE HIGH	1	102	102
ISE LOW	1	102	102
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			19997

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ)

Σημειώνουμε ότι το εργαστήριο διαθέτει ένα (1) βιοχημικό αναλυτή AU-600 ιδιοκτησίας του και δύο (2) που έχουν παραχωρηθεί ως συνοδός εξοπλισμός ιδιοκτησίας της εταιρείας MEDICON. Ως εκ τούτου οι συμμετέχουσες στην διαδικασία πρόσκλησης εταιρείες, εφόσον δεν καλύπτονται από τον υφιστάμενο εξοπλισμό, οφείλουν να εγκαταστήσουν ως συνοδό εξοπλισμό βιοχημικούς αναλυτές τουλάχιστον ιδίων δυνατοτήτων με τους ήδη υπάρχοντες. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι κατάλληλα για τους προσφερόμενους αναλυτές και η ακρίβεια και η

επαναληψιμότητά τους να αποδεικνύονται από τα επίσημα φυλλάδια του κατασκευστή. Η Γραμμικότητα για τα αιτούμενα αντιδραστήρια να είναι τουλάχιστον: Σάκχαρο =600 mg/dl, Κρεατινίνη=30 mg/dl, SGOT=800 U/L, SGPT=800 U/L, Ολική Χολερυθρίνη=25 mg/dl, Άμεση Χολερυθρίνη=20 mg/dl, CPK=2000 U/L, LDH=2000 U/L, Ασβέστιο=15 mg/dl. Τα αντιδραστήρια προορίζονται να εφαρμοστούν και στους τρεις (3) όμοιους βιοχημικούς αναλυτές ταυτόχρονα.

Ο μειοδότης που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οφείλει, εφόσον αυτό απαιτείται, να εγκαταστήσει άμεσα τους βιοχημικούς αναλυτές (και σύνδεση με το σύστημα LIS) για την κάλυψη των αναγκών του βιοχημικού τμήματος, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα κηρύσσεται έκπτωτος και η προσφορά του θα απορρίπτεται.

Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης παράδοσης των αντιδραστηρίων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

1. Να είναι προηγμένης τεχνολογίας με τυχαία επιλογή δειγμάτων τύπου RANDOM ACCESS.
 2. Να είναι μεγάλης παραγωγικότητας , 800 τουλάχιστον φωτομετρικών εξετάσεων ανά ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι εξετάσεις που εκτελούνται με ηλεκτρόδια.
 3. Να έχει ενσωματωμένο ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων.
 4. Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου αριθμού εξετάσεων ταυτόχρονα (πάνω από 45).
 5. Να δέχεται τοποθέτηση μεγάλου αριθμού δειγμάτων στον δειγματολήπτη του, (πάνω από 80) και να έχει ειδικές επιπλέον θέσεις επειγόντων δειγμάτων, που θα αναλύονται χωρίς αφαίρεση δειγμάτων ρουτίνας από το δειγματολήπτη,
 6. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης θρόμβων, αρκετά ευαίσθητο ώστε να ανιχνεύει θρόμβους που δεν φράσσουν το ρύγχος δείγματος.
 7. Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι φιλικό προς τον χρήστη, με οθόνες βοήθειας.
 8. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων.
 9. Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά, με εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας και να υπάρχει σύστημα διαχείρισης και καταγραφής των στοιχείων ,του αριθμού και του είδους των εξετάσεων. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με on line σύστημα διαχείρισης ασθενών στην Ελληνική γλώσσα. Το κόστος σύνδεσης θα αναλάβει ο προμηθευτής.
 10. Να υπάρχει σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών (ISE) με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια, ενσωματωμένο στον αναλυτή παραγωγικότητας τουλάχιστον 400 εξετάσεων ανά ώρα.
 11. Τα δείγματα και τα αντιδραστήρια να αναγνωρίζονται αυτόματα από ενσωματωμένο σύστημα barcode.
- Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 19.997,00€ ήτοι 24.796,28€ με Φ.Π.Α.

B.

1. Τα είδη συμπεριλαμβάνονται στον Άνοιχτο Διεθνή Πανθεσσαλικό Διαγωνισμό ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΠΥΥ 2015 ο οποίος διενεργείται από το Γ.Ν. Λάρισας που διεξάγεται για όλα τα νοσοκομεία της 5^{ης} ΥΠΕ και βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, λαμβάνοντας υπόψη: το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αποθέματα στην αποθήκη, , αναγκάζομαστε να προβούμε στην προμήθεια του ανωτέρω είδους, με την διαδικασία ανάρτησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3. Τέλος, η εν λόγω προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας για διάστημα τριών μηνών περίπου. Συνήλθαμε στο Γραφείο Προμηθειών και συντάξαμε το εξής πρακτικό:

«Στις 07/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ κηρύξαμε τη λήξη της παράδοσης των φακέλων των προσφορών των προμηθευτών, που προσκλήθηκαν με την υπ. αριθμ. πρωτ.20673/22-10-2018 πρόσκληση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου – Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Η πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 5^{ης} ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας www.dypethessaly.gr (Προμήθειες, Προμήθειες εκτός ΠΠΥΥ) και με ΑΔΑ ανάρτησης : Ψ8Ω2469066-ΩΚΥ & ΑΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :6Ι85469066-Τ1Ν

Ανταποκρίθηκε και υπέβαλε προσφορά ως μοναδική η εταιρεία

1.MEDICON HELLAS AE. Μελίτωνα 5-7 153 44 Γέρακας Τηλ. 2106606000 Φαξ 210 6612666 ΑΦΜ 094240321 , με αρ.πρωτ. προσφορά 21979/ 31-10-2018.

Κατόπιν προβήκαμε στη μονογραφή και αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς της ανωτέρω εταιρείας όπου διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν δύο υποφάκελοι «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» όπως όριζε η υπ' αριθμ. πρωτ. 20673/07-11-2018 πρόσκληση του Γ. Ν. Λάρισας. Στη συνέχεια μονογράψαμε και αποσφράγισαμε την τεχνική προσφορά της εταιρείας **1. MEDICON HELLAS AE** κατά φύλλο. Έπειτα, προβήκαμε στη μονογραφή και αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας η οποία έχει ως εξής:

a/a	Κωδικός Medicon	Περιγραφή είδους	συσκευασία	Τιμή ανά Συσκευασία σε €	ποσό τητες	ΦΠΑ %	Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ	Συνολικό κόστος με ΦΠΑ
1.	1418-0017	Σάκχαρο 4x45 ML +4X15 ML	4x500 τεστ	117,00€	11	24%	1.287,00€	1.595,88€
2.	1418-0037	Κρεατινίνη 4x38 ML+4x25 ML	4x500 τεστ	122,00€	8	24%	976,00€	1.210,24€
3.	1418-0077	SCOT/AST 4X50	4x500 τεστ	244,00€	7	24%	1.708,00€	2.117,92€

		ML+4X12,5 ML						
4.	1418-0087	SGPT/ALT 4X50 ML+4X12,5 ML	4χ500 τεστ	244,00€	8	24%	1.952,00€	2.420,48
5.	1418-0149	ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΙΝ Η 2X4X52,5 ML	4χ350 τεστ	235,00€	8	24%	1.880,00€	2.331,20€
6.	1418-0159	ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΙΝ Η 2X4X52,5 ML	4χ350 τεστ	248,00€	10	24%	2.480,00€	3.075,20€
7.	1418-0097	CK 4X24 ML+ 4X6 ML	4χ200 τεστ	194,00€	13	24%	2522,00€	3.127,28€
8.	1418-0117	LDH 4X50 ML+4X12,5 ML	4X500 τεστ	314,00€	8	24%	2.512,00, €	3.114,88€
9.	1418-0207	ΑΣΒΕΣΤΙΟ 4X 30 ML	4X500 τεστ	80,00€	6	24%	480,00€	595,20€
10.	1418-0205	MASTER WETTING 205	2LT	161,00€	20	24%	3.220,00€	3.992,80€
11.	1418-0325	PROBE CLEANER	1X2 LT	150,00€	4	24%	600,00€	744,00€
12.	1418-0315	CLEAN 1A 4X60 ML	4X60ML	88,00	1	24%	88,00€	109,12€
13.	1418-0320	CLEAN 1B 4X60 ML	4X60ML	88,00	1	24%	88,00€	109,12€
14.	4418-0919	ISE STD HIGH AU 100 ML	100ML	102,00€	1	24%	102,00€	126,48€
15.	4418-0921	ISE STD LOW AU 100 ML	100ML	102,00€	1	24%	102,00€	126,48€

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 7 του Ν. 4052/2012, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3918/11 και «Στο στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισμών του προγράμματος προμηθειών υπηρεσιών υγείας (ΠΠΥΥ) του 2011 και εφεξής γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό, εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία έπεται της έναρξης ισχύος του άρθρου 24 του ν. 3846/2010». Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται(ν. 3918/2011, άρθρο 13).

Σε εφαρμογή του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α /145/11-07-2014) όπου αναφέρει ότι «Σε περίπτωση που για είδη των προηγούμενων εδαφίων δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 καταχωρημένες τιμές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές θεωρούνται νόμιμες εφόσον οι τιμές τους δεν υπερβαίνουν τις συμβατικές τιμές που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη.»

Ως επιτροπή αξιολόγησης διαπιστώσαμε ότι για όλα τα είδη της πρόσκλησης τα είδη δεν υπάρχει ακριβής αντιστοίχιση με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. Συγκριτικά για τα είδη α.α.1- α.α.11 σας επισυνάπτουμε την υπ'αρ. 511/28-12-2018 Σύμβαση.& με ΑΔΑ: 6ΦΠΘ469066-ΝΔ5, όπου το Νοσοκομείο μας προμηθεύτηκε τα συγκεκριμένα είδη στην ίδια τιμή με αυτή που μας τα προσφέρει η μειοδότη εταιρεία Για τα είδη α.α. 12—α.α.15 σας επισυνάπτουμε συγκριτικά τιμολόγια , με τιμή ίση με την προσφερόμενη τιμή της μειοδότης εταιρείας

Ως εκ τούτου προτείνουμε προς κατακύρωση ως μοναδική για την προμήθεια του είδους α.α.1 (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ) την εταιρεία 1.MEDICON HELLAS AE. Μελίτωνα 5-7 153 44 Γέρακας Τηλ. 2106606000, Φαξ 210 6612666 ΑΦΜ 094240321 :

α/α	Κωδικός Medicon	Περιγραφή είδους	συσκευασία	Τιμή ανά Συσκευασία σε €	ποσό τητες	ΦΠΑ %	Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ	Συνολικό κόστος με ΦΠΑ
1.	1418-0017	Σάκχαρο 4x45 ML +4X15 ML	4χ500 τεστ	117,00€	11	24%	1.287,00€	1.595,88€
2.	1418-0037	Κρεατινίνη 4χ38 ML+4χ25 ML	4χ500 τεστ	122,00€	8	24%	976,00€	1.210,24€
3.	1418-0077	SCOT/AST 4X50 ML+4X12,5 ML	4χ500 τεστ	244,00€	7	24%	1.708,00€	2.117,92€
4.	1418-0087	SGPT/ALT 4X50	4χ500 τεστ	244,00€	8	24%	1.952,00€	2.420,48

		ML+4X12,5 ML						
5.	1418-0149	ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΙΝΗ 2X4X52,5 ML	4χ350 τεστ	235,00€	8	24%	1.880,00€	2.331,20€
6.	1418-0159	ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΙΝΗ 2X4X52,5 ML	4χ350 τεστ	248,00€	10	24%	2.480,00€	3.075,20€
7.	1418-0097	CK 4X24 ML+ 4X6 ML	4χ200 τεστ	194,00€	13	24%	2.522,00€	3.127,28€
8.	1418-0117	LDH 4X50 ML+4X12,5 ML	4X500 τεστ	314,00€	8	24%	2.512,00, €	3.114,88€
9.	1418-0207	ΑΣΒΕΣΤΙΟ 4X 30 ML	4X500 τεστ	80,00€	6	24%	480,00€	595,20€
10.	1418-0205	MASTER WETTING 205	2LT	161,00€	20	24%	3.220,00€	3.992,80€
11.	1418-0325	PROBE CLEANER	1X2 LT	150,00€	4	24%	600,00€	744,00€
12.	1418-0315	CLEAN 1A 4X60 ML	4X60ML	88,00	1	24%	88,00€	109,12€
13.	1418-0320	CLEAN 1B 4X60 ML	4X60ML	88,00	1	24%	88,00€	109,12€
14.	4418-0919	ISE STD HIGH AU 100 ML	100ML	102,00€	1	24%	102,00€	126,48€
15.	4418-0921	ISE STD LOW AU 100 ML	100ML	102,00€	1	24%	102,00€	126,48€
Συνολική δαπάνη πλέον Φ.Π.Α							19.997,00€	
ΦΠΑ 24 %							4.799,28€	
Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α							24.796,28€	

Συνολική δαπάνη πλέον Φ.Π.Α.: 1.287,00€ +976,00€ +1.708,00€ +1.952,00€ +1.880,00€ + 2.480,00€ +2.522,00€ +2.512,00, €+480,00€ +3.220,00€ +600,00€+ 88,00€+88,00€ +102,00€ +102,00€=19.997,00€

Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. 1.595,88€ +1.210,24€ +2.117,92€ +2.420,48 +2.331,20€ +3.075,20€ + 3.127,28€ + 3.114,88€+ 595,20€ +3.992,80€ +744,00€ +109,12€ +109,12€+126,48€+126,48€= **24.796,28€**

Σας θέτουμε υπόψη ότι :

Α)Οι συνολικές εγκρίσεις για τον κωδικό CPV 38434500-1 (Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Βιοχημικούς Αναλυτές) στο ΚΑΕ 1359(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) είναι 162.589,92κατά συνέπεια χρειάζεται έγκριση από το Δ. Συμβούλιο .Η δαπάνη που θα βαρύνει το CPV 38434500-1 (Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Βιοχημικούς Αναλυτές) 38434500-1 είναι 24.796,28€

Β) Σας γνωρίζουμε επίσης ότι στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου Φ.100, 1359(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) η δαπάνη έχει ενταχθεί στην Β τροποποίηση για το έτος 2018.

Επίσης:

1. Το Ν. 2469/14-03-1997 άρθρο 18 παρ. 8 όπου αναφέρονται τα εξής: «από της ισχύος του παρόντος ουδείς διαγωνισμός θα προκηρύσσεται και ουδεμία προμήθεια θα πραγματοποιείται, χωρίς αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας ότι υπάρχει εγγεγραμμένη η απαιτούμενη πίστωση και η ταμειακή ευχέρεια για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης».

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του Άρθρου Πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/19-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) και μετά από έγκριση σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση προμήθειας των ανωτέρω ειδών, συνολικής δαπάνης 24.796,28€.

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και α) για λόγους προστασίας των ασθενών και μη έκθεσης της ζωής αυτών σε κίνδυνο από την αναστολή ιατρικών και άλλων δραστηριοτήτων και β) για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και συνεχούς λειτουργίας του Νοσοκομείου, μετά από διαλογική συζήτηση, μειοψηφούσης της Ζήση Βασιλικής που διαφωνεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται διότι δεν πρόκειται για ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό ή σύμβαση πλαίσιο,

αποφασίζουν κατά πλειοψηφία

1. την έγκριση:
 - του πρακτικού της επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τρεις (3) βιοχημικούς αναλυτές για τις ανάγκες του Βιοχημικού Εργαστηρίου του Π.Γ.Ν.Α. – Γ.Ν.Α. «ΚΟΥΤΑΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΑΙΜΠΑΝΕΙΟ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαπραγμάτευση, με την προϋπόθεση ότι η τιμή των ειδών που αναφέρονται σε αυτό είναι εντός προϋπολογιζόμενης δαπάνης
 - της συνολικής δαπάνης ποσού 24.796,28 με το Φ.Π.Α.
 - έκδοσης αντίστοιχων αναλήψεων υποχρέωσης.
2. σε περίπτωση που τα ανωτέρω είδη - υπηρεσίες περιλαμβάνονται σε κάποιο ετήσιο ανοικτό διαγωνισμό, την επίτευξη της διαδικασίας για την ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.

.....
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Νάνος

Τα Μέλη

**Ανθή Χαλιβέρα, Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Καριπίδης
Σπυρίδων Μητρούλας
Δημήτριος Λιόλιος
Χαριτίνη Νέγκα
Βασιλική Ζήση
Γεώργιος Βασιλόπουλος
Συρματένια Αμπατζή**

**Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού
της 18^{ης} /15-11-2018
Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.**

**Λάρισα, 26/11/2018
Η Γραμματέας του Δ.Σ.**

Σερέτη Ανδρομάχη