

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011

Α.Π. 92

Πληροφορίες: Π. Βρακατσέλης  
Τηλέφωνο: 210 659 7618  
Φαξ: 210 659 7545  
E-mail: pvrakatsel@bioacademy.gr

**ΘΕΜΑ: Προμήθεια καθετήρα μέτρησης ενδαυλικών πιέσεων για αιμοδυναμικές μελέτες**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 420/1991 (Α'153/11-10-1991), όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 3 του Π.Δ. 239/2004 (Α'222/16-11-2004) και ισχύουν.
2. Την υπ' αριθ. Φ.111/45/52433/Β2/06-09-2006 (ΦΕΚ 42/ΥΟΔΔ/18-10-2006) απόφαση της Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.» και το πρακτικό (08-11-2006) της 117<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Δ. Σ. του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα.
3. Το πρακτικό της 136<sup>ης</sup> συνεδρίασης (22-03-2010) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. σχετικά με την «ανάθεση καθηκόντων στον ασκούντα χρέη Γενικού Διευθυντή».
4. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α'95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ειδικότερα του άρθρου 1, παρ.5, εδ.ΙΙ (στ) καθώς και του άρθρου 2, παρ.13, περίπτωση ΙΙ.
5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β'1999).
6. Την από 12-08-2003 σύμβαση προμήθειας καθετήρων του οίκου Millar Instruments, Inc. και του απαραίτητου εξοπλισμού (σύστημα καταγραφής), συνολικής αξίας 55.264,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ' αριθ. 353/17-07-2003 απόφαση και το υπ' αριθ. 94 (1. η') πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
7. Την από 09-11-2010 (α.π.1030) εισήγηση του Διευθυντή του Κέντρου Πειραματικής Χειρουργικής σχετικά με την ανάγκη προμήθειας καθετήρα μέτρησης ενδαυλικών πιέσεων για χρήση σε υπό εξέλιξη ερευνητικά πρωτόκολλα του Κέντρου που περιλαμβάνουν την εκτέλεση αιμοδυναμικών μελετών σε μικρά ζωικά πρότυπα.
8. Το γεγονός ότι ο νέος καθετήρας θα αντικαταστήσει παλαιότερο τύπου Millar SPR-612 (s/n 205590), ο οποίος μετά από συνεχή χρήση τριών ετών έχει υποστεί σημαντική φθορά και δεν είναι πλέον δυνατή η επισκευή του.
9. Τις προσφορές που ελήφθησαν αρχικά από τον Έλληνα αντιπρόσωπο, Intertronics Hellas A.E., ύψους 4.445,00 πλέον του Φ.Π.Α. και εν συνεχεία από τον Βρετανό αντιπρόσωπο, AD INSTRUMENTS, ύψους 2.755,00 για ένα καθετήρα τύπου SPR-1000, ισοδύναμο του SPR-612, σύμφωνα με την εισήγηση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

1. Αναθέτουμε στην εταιρεία AD INSTRUMENTS του Ηνωμένου Βασιλείου την προμήθεια ενός καθετήρα τύπου Millar SPR-1000, σύμφωνα με την από 11-01-2011 προσφορά της, έναντι συνολικής δαπάνης **δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (2.755,00€).**

Ανήκει στην απόφαση 92/2011

2. Εγκρίνουμε την ως άνω δαπάνη και την προκαταβολή του ποσού με την παραγγελία, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή.
3. Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με το υπ' αριθ. 00001617/11-01-2011 τιμολόγιο.
4. Εγκρίνουμε, πλέον του ως άνω ποσού, την δαπάνη για την προμήθεια της εμπορικής τράπεζας προκειμένου να αποσταλεί το έμβασμα. Η πληρωμή της τράπεζας θα γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα και νόμιμα κατά περίπτωση τιμολόγια ή συντελεστές υπολογισμού.
5. Η δαπάνη για την προμήθεια καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. ( ν.2860/2000).
6. Συγκροτούμε επιτροπή για την παραλαβή του καθετήρα αποτελούμενη από τους:
  - α) **Κωνσταντίνο Δημητρίου**, ΕΛΕ Δ' του Κέντρου Πειραματικής Χειρουργικής του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. ως πρόεδρο της επιτροπής και τους
  - β) **Γεώργιο Τζανούκο**, Μηχανικό Βιοϊατρικού Εξοπλισμού του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.,
  - γ) **Κυριακή Λεβέντη**, προϊσταμένη των Πειραματικών Χειρουργείων του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. ως μέλη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΗΡΑΙΟΣ

Συνημμένα: 1. Προσφορά AD INSTRUMENTS 11-01-2011  
2. Προσφορά Intertronics Hellas A.E. 31-07-2009

Κοινοποίηση: 1. Μέλη της επιτροπής παραλαβής

Εσωτ. Διανομή: 1. Κέντρο Πειραματικής Χειρουργικής  
2. Τμήμα Προϋπολογισμού Δαπανών  
3. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης / Γραφείο βιοϊατρικού εξοπλισμού  
4. Τμήμα Προμηθειών