



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
« Η ΕΛΠΙΣ »**

**Αθήνα: 05-10-2022
Αρ. Πρωτ: 13936**

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ: 213-2039 112
ΦΑΞ: 213-2039242
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7
Τ.Κ.: 11522

**ΑΕ 1323
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.651,80 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ.**

Στην Αθήνα σήμερα την 05/10/2022, αφενός το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», εκπροσωπούμενο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον κ. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗ Πρόεδρο** του Νοσοκομείου και αφετέρου η εταιρεία «**ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε.**» ονομαζόμενη για λόγους συντομίας **προμηθεύτρια**, εκπροσωπούμενη από τον κ. συμφώνησαν και απεδέχθησαν τα εξής:

Το Γ.Ν.Α. <<Η ΕΛΠΙΣ>> αναθέτει, βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. **2732** δέσμευσης, στην εταιρεία και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια **τροχήλατου φορείου ασθενών**, όπως αποτυπώνεται στο αίτημα του Νοσοκομείου και στην προσφορά της προμηθεύτριας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος & συνοπτικά :

Προμήθεια ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ

Συνολικής δαπάνης 3.651,80 € συμπερ. ΦΠΑ

Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για υλικά.

Α/Α	Σειρά	Αριθμός	Τμήμα	Κωδικός	Ονομασία Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα
1	Λ	1568	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ	850035	ΦΟΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ	ΤΕΜ	1

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ.**

1. Να είναι εργονομικής σχεδίασης, άριστης ποιότητας κατασκευής και υψηλής αισθητικής.
2. Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από χάλυβα βαμμένο με εποξική βαφή RAL 9006 (λευκό αλουμίνιο), να διαθέτει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης μέσω δύο ποδομοχλών που βρίσκονται στις δύο πλευρές του φορείου και το κάτω μέρος του να καλύπτεται από συνθετικό κάλυμμα ιδίου χρώματος.

3. Να έχει δυνατότητα να λάβει θέσεις Trendelenburg και reverse Trendelenburg περίπου $\pm 12^\circ$.
4. Να διαθέτει ανακλινόμενες χειρολαβές για την μετακίνησή του και στο τμήμα κεφαλής και στο τμήμα ποδιών.
5. Να διαθέτει στη βάση του τέσσερις τροχούς διαμέτρου περίπου $\varnothing 150$ χιλ. . Επιπλέον να διαθέτει κεντρικό σύστημα πέδησης ενεργοποιούμενο από δύο ποδοχειριστήρια.
6. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι δύο τμημάτων κατασκευασμένη από ακτινοδιαπερατό solid laminate πάχους περίπου 6 χιλιοστών. Επιπλέον να διαθέτει συγκρατητή ακτινολογικής κασέτας.
7. Το τμήμα πλάτης να ανασηκώνεται έως 90° μέσω gas-spring.
8. Στις τέσσερις γωνίες της επιφάνειας κατάκλισης να υπάρχουν ενσωματωμένοι ελαστικοί προσκρουστήρες. Η επιφάνεια κατάκλισης να διαθέτει οπές για να περνούν οι ιμάντες πρόσδεσης του ασθενούς.
9. Να διαθέτει θήκη για φιάλη οξυγόνου επικαλυμμένη με εποξική βαφή.
10. Να διαθέτει στο τμήμα κεφαλής στατώ ορού πτυσσόμενο (και να κλείνει πάνω από το τμήμα κεφαλής) και βάσεις για τοποθέτηση στατώ και στις υπόλοιπες 3 γωνίες.
11. Να διαθέτει βάση στήριξης ρόλου χαρτιού στο τμήμα της κεφαλής.
12. Να διαθέτει και στις δύο πλευρές χαλύβδινα προστατευτικά κάγκελα, εύκολα ανακλινόμενα (κατακορύφως), που να καλύπτουν τα $\frac{3}{4}$ της επιφάνειας κατάκλισης, βαμμένα με εποξική βαφή. Για την διασφάλιση της ασφάλειας του ασθενούς, τα προστατευτικά κάγκελα να είναι εντός των ορίων που ορίζουν οι ελαστικοί προσκρουστήρες έκαστης πλευράς.
13. Όλες οι επιφάνειες να είναι ανθεκτικές στα συνήθη καθαριστικά και απολυμαντικά.
14. Να διαθέτει στρώμα πάχους περίπου 7 εκατοστών πλενόμενο και βραδύκαυστο.
15. Το μήκος του στρώματος να είναι 2000mm και το πλάτος 710mm τουλάχιστον.
16. Οι διαστάσεις του φορείου να είναι:
 - Μήκος 217 εκατοστά περίπου.
 - Πλάτος όχι μεγαλύτερο από 80 εκατοστά.
 - Ρύθμιση ύψους περίπου 46-86 εκ για την εξασφάλιση της τοποθέτησης και ασθενών χαμηλότερου ύψους.
 - Μέγιστο βάρος ανύψωσης ασθενούς τουλάχιστον 250kg.

1.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 1.1.1.** Σε όλον τον προσφερόμενο εξοπλισμό να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- 1.1.2.** Να υπάρχει κάλυψη σε ανταλλακτικά, αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
- 1.1.3.** Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο του εξοπλισμού.

1.1.3.1. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό εξουσιοδότησης της από τον κατασκευαστικό οίκο του προσφερόμενου εξοπλισμού.

1.1.3.2. Να κατατεθούν οι βεβαιώσεις εκπαίδευσης των μηχανικών της από τον κατασκευαστικό οίκο του προσφερόμενου εξοπλισμού.

1.1.4. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει εγκατεστημένο, στον χώρο του Νοσοκομείου που θα της υποδειχτεί, τον προσφερόμενο εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστικού οίκου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

1.1.5. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει με την εγκατάσταση του εξοπλισμού τα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου μεταφρασμένα και στα ελληνικά.

1.1.6. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να εκπαιδεύσει το Ιατρικό και τεχνικό προσωπικό αντίστοιχα στην χρήση και συντήρηση του μηχανήματος χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

1.1.7. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας - ασφάλειας του τεχνικού προσωπικού που απασχολεί. Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ατυχήματος του προσωπικού του ή οποιοδήποτε άλλου ατόμου, που οφείλεται σε αμέλεια, λάθος πρακτική ή λάθος ενέργεια του προσωπικού του.

1.1.8. Όλα τα προσφερόμενα είδη συμπεριλαμβανομένου του τροχήλατου και του πολύσπαστου βραχίονα θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE με Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και κανονισμούς καθώς και να πληρούν όλα τα διεθνή Standard ασφαλείας.

1.1.9. Η προσφορά να συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

1.1.9.1. Το πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστικού οίκου.

1.1.9.2. Το πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της προμηθεύτριας εταιρείας.

1.1.9.3. Το πιστοποιητικό ISO 13485:2012 ή μεταγενέστερο της προμηθεύτριας εταιρείας για εμπορία και τεχνική υποστήριξη της κατηγορίας του προσφερόμενου εξοπλισμού.

1.1.9.4. Την βεβαίωση ότι πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004, (διακίνηση, και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων).

1.1.9.5. Όλα τα φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου του προσφερόμενου εξοπλισμού.

1.1.9.6. Το Φύλλο Συμμόρφωσης στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης μόνο στα αντίστοιχα σημεία στα επίσημα φυλλάδια και εγχειρίδια

(prospectus και manuals) του κατασκευαστή και όχι σε βεβαιώσεις που θα αποδεικνύουν την κάλυψη της κάθε μίας των προδιαγραφών.

Η παράδοση των ειδών από την προμηθεύτρια εταιρεία θα γίνει στην Διαχείριση Υλικού του Νοσοκομείου. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών γίνεται από τριμελή επιτροπή του Νοσοκομείου με παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του και αμέσως συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ποιότητας προϊόντων.

Εφόσον πρόκειται για ανταλλακτικό συσκευής / μηχανήματος, θα παρέχεται ελάχιστη εγγύηση ανταλλακτικού έξι (6) μηνών και η οποία θα παραδίδεται εγγράφως κατά την παράδοση του ανταλλακτικού ή του επισκευασμένου εξοπλισμού. Επίσης, θα παραδίδεται έγγραφη βεβαίωση πλήρους συμβατότητας του ανταλλακτικού με τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται.

Τα παραπάνω αφού διαβάστηκαν από τους συμβαλλόμενους και έγιναν αποδεκτά υπογράφονται .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΤΜΗΜ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Π. ΡΕΠΠΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΙΑΤΛΗ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ / ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ