

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ.ΑΛΛΗΛ.
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ληξούρι, 01/04 /2015
Αρ.Πρωτ

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Ταχ. Δνση : Οδός Στυλιανού Τυπάλδου 91
Ληξούρι TK28200
Τηλέφωνο :26710 360334
fax : 26710-91975

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ>>
ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν-Κ.Υ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ <<ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ>>Το Γ.Ν-Κ.Υ.Ληξουρίου Μαντζαβινάτειο
διενεργεί συλλογή προσφορών«ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ» όπως περιγράφονται στο
Παρακάτω και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον
ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ εφόσον υπάρχουν. Επίσης τα είδη να είναι
ετοιμοπαράδοτα άμεσα από τον ανάδοχο προς την υπηρεσία μας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απλό εύχρηστο μενού με δυο πλήκτρα
Μικρό βάρος 0-250 γραμμάρια
Ισχυρό 72 ώρες αποθήκευσης δεδομένων
Αποδοτικό 2500 – 80 ώρες διάρκεια μπαταριών 40 ώρες από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
Δείκτης χαμηλής μπαταρίας
Φιλικό προς τον χρήστη μεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων LED
Δείκτης χαμηλής μπαταρίας στην οθόνη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κορεσμός οξυγόνου 0%-100%
Διαβάθμιση ΚΟΡ οξυγονου1% Καρδιακός παλμός 18-300 bpm
Η συσκευασία θα περιλαμβάνει
Οξύμετρο
Αισθητήρα της επιλογή σας
Αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ
Οδηγίες χρήσεως σε CD

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΟΞΥΜΕΤΡΟ -ΠΑΛΜΙΚΟ	1 ΤΕΜΑΧΙΟ

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι την Τετάρτη 04/04/2015και ώρα 14:00 στο fax:
26710-91975

Ο ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Δ.ΜΑΡΚΑΤΟΣ