

-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ

ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ

Φ. : 608.6/295/18

Σ. : 591

Τηλ. : 28210-85526

Σούδα : 13 Νοε 2018

Συνημμένα: Όπως το κείμενο

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

ΣΧΕΤ: TAS 261409 Ζ ΙΑΝ 18/ΓΕΝ

Σε συνέχεια σχετικών υποβάλλονται συνημμένα (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τα σχετικά παραρτήματα, που αφορούν στην πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αυτόματης συσκευής μέτρησης σημείου ανάφλεξης ανοικτού δοχείου (CLEVELAND), για κάλυψη αναγκών του Χημείου της Διεύθυνσης Καυσίμων (ΝΑΤΟ) του Ναυστάθμου Κρήτης (CPV:29241230-1).

Πλοίαρχος (Μ) Κ. Μουσώνης Π.Ν.

Διευθυντής ΝΚ/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α»: Πίνακας Προγραμματισμού

«Β»: Τεχνική Προδιαγραφή Συσκευής

«Γ»: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

στο έγγραφο ΑΔ Φ.608.6/295/18/Σ.591/13 ΝΟΕ 18/ΝΚ/ΔΚ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

ΑΡ. ΕΝ ΤΟ ΛΗ Σ	ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	TAS 261409 Ζ ΙΑΝ 18/ΓΕΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ (CLEVELAND) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΝΑΤΟ) ΤΟΥ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΣΥΝΝΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (Β).	ΜΙΑ (1) ΣΥΣΚΕΥΗ	1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΔΗ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. 2. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΧΤΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να αποστείλουν προσφορά ταχυδρομικά εντός σφραγισμένου φακέλου στην υπηρεσία μας (ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΔΑ, Τ.Κ. 73200, Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Προμηθειών Σούδα-Χανίων, Τηλ. 28210 82360, 28210 85528, 28210 85544) μέχρι την 20 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που θα παραληφθούν από τον πρόεδρο της επιτροπής μετά της παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας.

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οικονομικής Φύσεως: Μ.Π.Υ. Γιάννης Καρπουζάς - Τηλ. 28210 85528, 28210 85526
Τεχνικής Φύσεως: Μ.Π.Υ. Δημήτριος Παπαδόπουλος – Τηλ. 28210 82360

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Το τίμημα της υποβαλλόμενης προσφοράς για την ανωτέρω προμήθεια θα καταβληθεί εφάπαξ για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και **δεν θα περιλαμβάνει ΦΠΑ** ενώ η ισχύς της προσφοράς θα είναι για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες.

2. Τα έξοδα μεταφοράς/εκπαίδευσης/εγκατάστασης της συσκευής στο Χημείο του ΝΚ στο Μαράθι Χανίων βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

3. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται **αριθμός IBAN και τράπεζα, ημερομηνία εκδόσεως, χρόνος ισχύος της προσφοράς, χώρα προέλευσης της συσκευής, όνομα εργοστασίου κατασκευής, μοντέλο συσκευής καθώς και η προσφορά θα πρέπει να είναι σφραγισμένη και ενυπόγραφη**. Επίσης, στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ότι το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την προμήθεια της συσκευής δεν θα υπερβαίνει τους **δύο (2) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης καθώς και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι πιστοποιητικά/δηλώσεις :

α. Πλήρης Τεχνική Περιγραφή των χαρακτηριστικών της συσκευής και σε επίσημα διαφημιστικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή. Έλλειψη ακόμα και ενός εκ των χαρακτηριστικών του Παραρτήματος (β) συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

β. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ότι με την παράδοση του υλικού στη ΝΚ/ΔΚ/NATO θα προσκομιστεί Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Certificate of Conformity), πιστοποιητικό καταγωγής (Certificate of Origin) και πιστοποιητικό CE.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση παροχής «Εγγύησης Καλής Λειτουργίας» των προσφερόμενων υλικών για χρόνο τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημέρα παραλαβής τους. (Η παραπάνω εγγύηση θα καλύπτει κάθε δυσλειτουργία/βλάβη που οφείλεται σε κακή κατασκευή ή πλημμελή λειτουργία και θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες επισκευής και προμήθειας απαραίτητων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για να επανέλθει το σύνολο του εξοπλισμού στην κανονική κατάσταση λειτουργίας).

δ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η συσκευή θα πληροί πλήρως το σύνολο των απαιτήσεων της τεχνικής προδιαγραφής συμφώνως παραρτήματος (β).

ε. Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.

στ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (ημερομηνία έκδοσης το μέγιστο (6) μήνες πριν την προθεσμία υποβολής προσφορών).

ζ. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ του οικονομικού φορέα.

η. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001/2008 ή μεταγενέστερο αυτού. Το πιστοποιητικό πρέπει να ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και αν λήγει κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα πρέπει να ανανεωθεί τουλάχιστον μέχρι την λήξη αυτής.

4. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα αιτούμενα στοιχεία/πιστοποιητικά της ανωτέρω παραγράφου (3) θα απορρίπτεται.

5. Η πίστωση θα είναι αρμοδιότητας ΓΕΝ για έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος / Κύριου Διατάκτη στο όνομα του Προμηθευτή και για την δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

6. Το τιμολόγιο θα κοπεί επί πιστώσει και βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: 4% (για την προμήθεια υλικών).

7. Μέγιστο κόστος δαπάνης δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00). Οποιαδήποτε προσφορά άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) θα απορρίπτεται.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Πλοίαρχος (Μ) Κ. Μουσώνης Π.Ν.

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»**στο έγγραφο ΑΔ Φ.608.6/295/18/Σ.591/13 ΝΟΕ 2018/ΝΚ/ΔΚ****ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ (CLEVELAND OPEN CUP FLASH POINT)
ΚΑΤΑ ASTM D92.****1 . Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο**

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις προμήθειας αυτόματης συσκευής μέτρησης σημείου ανάφλεξης ανοικτού δοχείου για κάλυψη αναγκών του Χημείου της Διεύθυνσης Καυσίμων (ΝΑΤΟ) του Ναυστάθμου Κρήτης.

**2 . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α -
Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ - Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η****2.1 Γενικές Απαιτήσεις**

2.1.1 Η συσκευή θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστη.

2.1.2 Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και ελληνική νομοθεσία και θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά (CE, ISO 9001 του οίκου κατασκευής καθώς και του αντιπροσώπου).

2.1.3 Στην τεχνική προσφορά θα δηλωθούν το εργοστάσιο κατασκευής και θα υποβληθεί προσπέκτους με το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου μοντέλου της προσφερόμενης συσκευής τα οποία θα πρέπει να εντοπίζονται/πιστοποιούνται και από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

2.2 Αυτόματη Συσκευή Μέτρησης Σημείου Ανάφλεξης Ανοικτού Δοχείου

2.2.1 Πλήρως αυτόματη συσκευή ανοικτού δοχείου μέτρησης του σημείου ανάφλεξης πετρελαιοειδών με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 79° C και μικρότερο από 400° C σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D92.

2.2.2 Η συσκευή θα διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα ελέγχου της επιθυμητής θερμοκρασίας. Η θερμαντική πλάκα να επιτρέπει τη θέρμανση του δοχείου υποδοχής του δείγματος μόνο από κάτω και να ελαχιστοποιείται η μεταφορά θερμότητας στο δοχείο από άλλες οδούς.

2.2.3 Να διαθέτει δοχείο υποδοχής του δείγματος κατασκευασμένο από μπρούντζο ή άλλο ανοξείδωτο υλικό παρόμοιας θερμικής αγωγιμότητας. Το δοχείο να έχει χερούλι από θερμομονωτικό υλικό και να έχει χαραγμένη ένδειξη επιπέδου πλήρωσης.

2.2.4 Να είναι εφοδιασμένη με σύστημα εφαρμογής της φλόγας πάνω από το εξεταζόμενο δείγμα. Η αφή και το σβήσιμο της φλόγας να γίνεται αυτόματα.

2.2.5 Να διαθέτει αισθητήρα αναγνώρισης του σημείου ανάφλεξης καθώς και αισθητήρα θερμοκρασίας Pt100 για ανάγνωση του σημείου ανάφλεξης.

2.2.6 Να γίνεται αυτόματη διόρθωση του αποτελέσματος σε σχέση με την βαρομετρική πίεση.

2.2.7 Να μπορεί να διακόπτει την παροχή αερίου στο τέλος της ανάλυσης.

2.2.8 Να αναστέλλεται η λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με χειρισμό κατάλληλου διακόπτη.

2.2.9 Να διαθέτει διαφανές προστατευτικό γύρω από το δοχείο υποδοχής δείγματος.

2.2.10 Να έχει την δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης δειγματολήπτη πολλαπλών θέσεων και η μετατροπή να μπορεί να γίνει επί τόπου στο εργαστήριο χωρίς μεταφορά της συσκευής.

2.2.11 Η συσκευή να μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή ή/ και με εκτυπωτή.

2.2.12 Η συσκευή θα είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο πρόγραμμα εισαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων με το οποίο θα είναι δυνατόν να γίνεται: επιλογή μεθόδου, αποθήκευση και επαναφορά αρχείων, διαγνωστικός έλεγχος, καλιμπράρισμα κ.ά.

2.3 Παρελκόμενα

2.3.1 Η συσκευή να περιλαμβάνει τα απαραίτητα υλικά για την άμεση λειτουργία της.

3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

3.1 Η συσκευή θα παραδοθεί συνοδευόμενη από τα ακόλουθα:

3.1.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας και πιθανών βλαβών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα .

3.1.2 Κατάλογο ανταλλακτικών, με τον αριθμό/ κωδικό αναγνώρισής τους.

4 . Ο Ρ Ο Ι Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

4.1 Έλεγχοι

Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγξει την αρτιότητα και την επιμέλεια της κατασκευής, τα όργανα, τον εξοπλισμό, την πληρότητα και καταλληλότητα των παρελκομένων, καθώς και την πληρότητα των εγχειριδίων και λοιπών εγγράφων ανωτέρω παραγράφου 3.

5. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ - SERVICE

5.1 Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής για δύο (2) χρόνια, από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

5.2 Η παραπάνω εγγύηση θα καλύπτει κάθε ελάττωμα ή προβληματική λειτουργία, που οφείλεται σε λανθασμένο σχεδιασμό, ατέλειες της κατασκευής, ελαττωματικό εξάρτημα κλπ. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα παρέχονται δωρεάν:

5.2.1 Η εργασία επανορθωτικής συντήρησης

5.2.2 Όσα ανταλλακτικά απαιτηθεί να αντικατασταθούν, ακόμη και ολόκληρη η συσκευή.

6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί την παροχή τεχνικής βοήθειας (συμπεριλαμβανομένης της πλήρους υποστήριξης σε ανταλλακτικά), για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια από την παραλαβή της συσκευής. Θα πρέπει είτε να διαθέτει την δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), είτε να διαθέτει τουλάχιστον έναν συνεργάτη δυνάμενο να παράσχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Σε κάθε περίπτωση αιτείται να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία

(κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά εκπαίδευσης κατασκευαστή, κ.λπ.) που να αποδεικνύουν την συνάφεια της απαιτούμενης εκπαίδευσης.

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο αντιπρόσωπος θα εξασφαλίσει την εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου Καυσίμων της ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό του, την ημέρα που θα προσέλθει για να εκτελέσει την εγκατάσταση/ ενεργοποίηση της συσκευής στο εργαστήριο της ΔΚ/ΝΚ στην περιοχή Μαράθι/ Χανίων.

8 . Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Γίνονται δεκτές προσφορές συσκευών με χαρακτηριστικά πλέον της παρούσας προδιαγραφής.

Ο Συντάξας

ΜΠΥ Α' Δημ. Παπαδόπουλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πλοίαρχος (Μ) Κ. Μουσώνης Π.Ν
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
στο έγγραφο ΑΔ Φ.608.6/295/18/Σ.591/13 ΝΟΕ 2018/ΝΚ/ΔΚ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣ ΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓ ΕΙ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						ΑΝΕΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ μέχρι την:(τουλάχιστον 4 μήνες)

Χρόνος που θα απαιτηθεί για την προμήθεια:.....(μέγιστο 2 μήνες)

Χώρα προέλευσης/ όνομα εργοστασίου κατασκευής/μοντέλο συσκευής:.....

ΙΒΑΝ/ΤΡΑΠΕΖΑ.....

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Για την ακρίβεια
 Πλωτάρχης (Ο) Β. Σαρτζετάκη ΠΝ