



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
φας 213.20.86757

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ. 03-12-2015
Α/Α: 137

Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών που παρέχει η εταιρεία Be-Business Exchanges Ανώνυμη Εταιρεία Δικτύων Εταιρικών Συναλλαγών.

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς θα πρέπει πρωτίστως να έχει εγγραφεί στο μητρώο προμηθευτών της ανωτέρω εταιρείας, συμπληρώνοντας μια αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.be24.gr. (τηλέφωνα επικοινωνίας : 211-8809676 και 211-8809709).

Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον του άμεσα (λόγο του κατεπείγοντος) στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση και εντός 3 ημερών από την ανάρτηση.

prom10@kat-hosp.gr (Υγειονομικό υλικό) Καλλιόπη Νταγκαλή, τηλ.213-2086517

Επισημαίνεται ότι το κριτήριο κατακύρωσης για όλα τα ζητούμενα είδη / υπηρεσίες είναι η Χαμηλότερη Τιμή.

Το είδος για τα οποία ενδιαφέρεται το Νοσοκομείο είναι:

ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να συνεργάζεται με τον υπάρχοντα κεντρικό σταθμό INTELLIVUE M3150 του οίκου Philips Medical Systems
2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κυκλοφορίας των τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον, στέρεας και ανθεκτικής κατασκευής.
3. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς.
4. Να λειτουργεί με ρεύμα 220V /50 Hz με ενσωματωμένο τροφοδοτικό.
5. Να διαθέτει έγχρωμη επίπεδη οθόνη TFT υψηλής διακριτικής ικανότητας, ειδική για ιατρικές εφαρμογές (medical grade), μεγέθους τουλάχιστον 10" και έξι καναλιών. Ο χρωματισμός και η θέση των κυματομορφών να διαμορφώνεται κατ' επιλογή του χρήστη.

6. Να είναι πλήρως βυσματούμενου τύπου με δυνατότητα εναλλαγής των μονάδων ανάμεσα στα monitor, έτσι ώστε να υπάρχει ευελιξία στην σύνθεση των παραμέτρων για κάθε ασθενή και καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων σε περίπτωση βλάβης.

7. Να διαθέτει ευέλικτη λύση για την μεταφορά ασθενούς χωρίς να χάνονται τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις.

8. Να διαθέτει βυσματούμενη μονάδα για την παρακολούθηση ΗΚΓγραφήματος, κορεσμού αιμοσφαιρίνης, θερμοκρασίας, αρτηριακής πίεσης αναίμακτα, μίας αιματηρής πίεσης και καρδιακής παροχής.

9. Να έχει δυνατότητα λήψης και άλλων φαινομένων με προσθήκη βυσματούμενων ενισχυτών όπως BIS, καπνογραφίας κλπ.

10. Το ΗΚΓγράφημα να λαμβάνεται με 5πολικό καλώδιο ασθενούς με επιλογή των απαγωγών από το monitor και με 10πολικό καλώδιο για την λήψη πλήρους καρδιογραφήματος δώδεκα απαγωγών. Σε περίπτωση αποκόλλησης ηλεκτροδίου να γυρίζει αυτόματα σε άλλη απαγωγή. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης δύο απαγωγών.

11. Να έχει φίλτρα απόρριψης παρασίτων χειρουργικής διαθερμίας, ρεύματος και απινιδωτή. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας για κάθε κανάλι ξεχωριστά, καθώς και διαφορετική ταχύτητα ίχνους ανάλογα με το υπό παρακολούθηση φαινόμενο.

12. Να δέχεται πρόγραμμα ανάλυσης και αποθήκευσης αρρυθμιών και πρόγραμμα ανάλυσης του ST διαστήματος σε όλες τις λαμβανόμενες απαγωγές ταυτόχρονα.

13. Να δέχεται πρόγραμμα πλήρους ανάλυσης του ΗΚΓφήματος με μετρήσεις και διάγνωση.

14. Να έχει δυνατότητα παρακολούθησης της αναπνοής με την μέθοδο της διαθωρακικής αντίστασης από το ίδιο καλώδιο με το ΗΚΓγράφημα. Να απεικονίζει την καμπύλη της αναπνοής και την συχνότητα αναπνοών. Η ρύθμιση του κατωφλίου ανίχνευσης να γίνεται αυτόματα και χειροκίνητα.

15. Να απεικονίζει την καμπύλη του περιφερικού παλμού και τον κορεσμό αιμοσφαιρίνης ψηφιακά. Η λήψη να γίνεται με αισθητήρα από το δάκτυλο του ασθενούς.

16. Να είναι κατάλληλο για λήψη αναίμακτης πίεσης με την ταλαντωσιμετρική μέθοδο και να απεικονίζει ψηφιακά την συστολική, διαστολική και μέση αρτηριακή πίεση. Η αναίμακτη πίεση να λαμβάνεται χειροκίνητα και αυτόματα σε προκαθορισμένα από τον χειριστή διαστήματα.

Οι αιματηρές πιέσεις να λαμβάνονται μέσω ειδικών μορφομετατροπών πολλαπλών ή μιας χρήσης. Να απεικονίζει τις κυματομορφές πίεσης σε κοινή αλλά και διαφορετικές κλίμακες με ταυτόχρονη ένδειξη της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης. Να είναι δυνατή η ονομασία των διαφόρων πιέσεων.

ΓΝΑ ΚΑΤ
Τμήμα Προμηθειών

17. Η μέτρηση της καρδιακής παροχής να γίνεται με την μέθοδο της θερμοδιάλυσης. Να απομνημονεύει τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς υπολογισμούς με δυνατότητα αποκλεισμού χειροκίνητα από τον χρήστη, αυτών που δεν θεωρούνται αξιόπιστοι.

18. Να διαθέτει πρόγραμμα αιμοδυναμικών υπολογισμών και οξυγόνωσης καθώς και πρόγραμμα για υπολογισμό δοσολογίας φαρμάκων. .

19. Για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς, με ρυθμιζόμενα όρια.

20. Να διαθέτει για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους trend 24ωρών τουλάχιστον υπό μορφή καμπύλης και πίνακα.

21. Να είναι απλό και εύχρηστο με menu που καθοδηγούν τον χρήστη και ο χειρισμός του να γίνεται μέσω περιστροφικού διακόπτη, για μεγαλύτερη ευκολία.

22. Να δέχεται ενσωματωμένο καταγραφικό δύο καναλιών, για καταγραφή κυματομορφών και ψηφιακών τιμών.

23. Να διαθέτει εξόδους για την σύνδεση περιφερικών συσκευών.

24. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Ethernet με standard πρωτόκολο TCP/IP για την μεταξύ τους επικοινωνία καθώς και τον εξ αποστάσεως χειρισμό από κάποιο παρακλίνιο οποιοδήποτε άλλου monitor.

25. Να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και να φέρει απαραίτητα πιστοποιητικό ποιότητας CE.

26. Το εργοστάσιο και ο προμηθευτής να διαθέτουν το αντίστοιχο ISO. Επίσης ο προμηθευτής, α) να διαθέτει πιστοποιητικό 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004 και β) να διαθέτει πιστοποιημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης από το οίκο κατασκευής για το προσφερόμενο είδος.

27. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο χρόνια.

28. Να δίδεται εγγύηση για συντήρηση και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα χρόνια.

29. Απαραίτητα όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του οίκου κατασκευής.

Συνοπτικά, οι ενέργειες των προμηθευτών που θέλουν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω έρευνα αγοράς είναι οι εξής:

1. **Να εγγραφούν ΔΩΡΕΑΝ στην ψηφιακή πλατφόρμα της Be-Business Exchanges (τηλ. 211-8809676, 211-8809709), αν δεν είναι ήδη γραμμένοι.**
2. Να στείλουν στο Νοσοκομείο e-mail για τα συγκεκριμένα υλικά που τους ενδιαφέρουν.

ΓΝΑ ΚΑΤ
Τμήμα Προμηθειών

3. Να υποβάλουν την προσφορά τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της εταιρίας Be-Business Exchanges αφού πρώτα λάβουν επιβεβαιωτικό e-mail από το Νοσοκομείο για την υποβολή αυτή.

Στην προσφορά που θα υποβάλουν οι προμηθευτές στην πλατφόρμα της Be-Business Exchanges πρέπει να αναφέρουν απαραίτητως τον αριθμό Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ.

Αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία:

1. CPV
2. GMDN
3. REF Number
4. Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
5. Κατασκευαστικός οίκος
6. Κατηγορία και περιγραφή υλικού

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ