



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η' Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση: Κρίστιαν Μπάρναρντ 1
Τ.Κ.:85133 - Τ.Θ. 138 – ΡΟΔΟΣ
Πληροφορίες : Καρακώστας Σταύρος
Τηλέφωνο.:2241360231
Email: skarakostas@rhodes-hospital.gr

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
Αριθμ.3652/07-11-2022

Ο Διοικητής αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τον Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 118, σύμφωνα με το οποίο απ' ευθείας προμήθεια διενεργείται όταν η συνολική δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 30.000,00€.
2. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 Κεφάλαιο Β', άρθρο 7 περ.17 σύμφωνα με τις οποίες ο Διοικητής εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ομάδα υλικού προϋπολογισμού μέχρι 15.000,00€.
3. Το άρθρο 116 του Ν.4412/2016 § 2 σχετικά με τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4013/2011, όπου στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), παρ.1, του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.4782/21, Άρθρο 6, παρ.1) κατά το οποίο «Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ... Έχει ως αντικείμενο τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από Αναθέτουσες αρχές εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των δυο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης (άνευ Φ.Π.Α)».
5. Το αριθμ.πρωτ.22612/14-10-2022 αναφορά του Υποδιευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας κ.Καραβοκυρό Σκεύο.
6. Την έγκριση του πιο πάνω αιτήματος από τον Διοικητή.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.24%	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.24%
1	Ολοκληρωμένο κύκλωμα TNY276PN	2	τεμ	17,00	34,00	42,16
2	Σταθεροποιητής τάσης CW7815H	2	τεμ	13,00	26,00	32,24
3	Αντίσταση 33kΩ, 1W	4	τεμ	8,00	32,00	39,68
4	Πυκνωτής 20μF/400V (DC)	2	τεμ	45,00	90,00	111,60
5	Smd chip MCZ33972EW	2	τεμ	35,00	70,00	86,80
				ΣΥΝΟΛΟ	252,00€	312,48€

7. Το γεγονός ότι για τους παραπάνω ζητούμενους κωδικούς νοσοκομείου δεν υπάρχει κάποια σύμβαση από τακτικό διαγωνισμό εν ισχύ.
8. Για το παραπάνω αιτήματα έγινε με το αρ.πρωτ.22612/18-10-2022 έγγραφο ζήτησης οικονομικών προσφορών με ΑΔΑ: ΩΔΦ946907Κ-ΚΡΩ όπου κατατέθηκε μια οικονομική προσφορά όπως φαίνεται στον συνημμένο συγκριτικό πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 24070/01-11-2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Ολοκληρωμένο κύκλωμα TNY276PN	2	τεμ	16,50	ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤΙΜΗ 17,00€
2	Σταθεροποιητής τάσης CW7815H	2	τεμ	12,00	ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤΙΜΗ 13,00€
3	Αντίσταση 33kΩ, 1W	4	τεμ	7,70	ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤΙΜΗ 8,00€
4	Πυκνωτής 20μF/400V (DC)	2	τεμ	43,00	ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤΙΜΗ 45,00€
5	Smd chip MCZ33972EW	2	τεμ	34,00	ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤΙΜΗ 35,00€

9. Ο Προϋπολογισμός στην οικονομική ζήτηση έγινε βάση συγκριτικών στοιχείων παλαιότερων προμηθειών.
10. Την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, από την εταιρεία εντός του προβλεπόμενου χρόνου.
11. Την αριθμ.Β2.α/Γ.Π.58199/20-10-2022 έγκριση 4^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» με ΑΔΑ: 6ΓΠΦ465ΦΥΟ-ΗΩΛ.
12. Το γεγονός ότι η παραπάνω προσφορά για τα είδη με α/α: 1,2,3,4,5 από την εταιρεία δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της ζήτησης.
13. Την ύπαρξη πίστωσης στον ΚΑΕ-1429, του σχετικού αριθμού απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 3407/18-10-2022 με ΑΔΑ: ΩΑ6046907Κ-9ΕΙ.
14. Το αριθμ.πρωτ.24405/03-11-2022 πρακτικό αξιολόγησης δημόσιας ανοικτής διαδικασίας συλλογής προσφορών για την «προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών για inverter συμπιεστή ιατρικών αερίων Νο2 του Γ.Ν. Ρόδου».

Αποφασίζει

1. Την έγκριση του αριθμ.24405/03-11-2022 πρακτικού αξιολόγησης δημόσιας ανοικτής διαδικασίας συλλογής προσφορών για την «προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών για inverter συμπιεστή ιατρικών αερίων Νο2 του Γ.Ν. Ρόδου» στην παρακάτω εταιρεία ως εξής:

- **ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Α.Φ.Μ.: 131003284)**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.24%	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.24%
1	Ολοκληρωμένο κύκλωμα TNY276PN	2	τεμ	16,50	33,00	40,92
2	Σταθεροποιητής τάσης CW7815H	2	τεμ	12,00	24,00	29,76
3	Αντίσταση 33kΩ, 1W	4	τεμ	7,70	30,80	38,19
4	Πυκνωτής 20μF/400V (DC)	2	τεμ	43,00	86,00	106,64
5	Smd chip MCZ33972EW	2	τεμ	34,00	68,00	84,32
				ΣΥΝΟΛΟ	241,80€	299,83€

2. Την επικύρωση της απόφασης σήμερα.
3. Την ανάρτηση της απόφασης στο διαδίκτυο.

Εσωτερική διανομή

- Γραμματεία
- Γρ. Προμηθειών

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΣΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ