



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Εξοχή 24-1-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ 139 /2022

Η Διοικήτρια του ενοποιημένου Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ που διορίσθηκε με την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 28450/12-04-2019 Κοινή Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ διορισμού 247/07.05.2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. και Α.Δ.Α.: ΨΘΧΤ465ΦΥΟ-010)

Αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 3329/2005 «Αρμοδιότητες Διοικήτη», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 καθώς και του άρθρου 8 του Ν. 4316/14.
2. Την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 123893/31-12-2012 (ΦΕΚ 3515/31-12-2012 τ.β) Υπουργική Απόφαση περί Ενοποιημένου Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
4. Την αριθμ.πρωτ.ΤΥ.ΣΤΕΦ/162/18-1-2022 επιστολή της κας Κακδέρη Καλλιόπης Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου με την οποία ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης συναφθείσας σύμβασης με αντικείμενο την αναδιαρρύθμιση χώρων για την εγκατάσταση νέου στεφανιογράφου και προκειμένου να είναι εφικτή από την ανάδοχο εταιρεία η εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης των δομικών στοιχείων του κτιρίου που βρίσκεται σε επαφή με τον υφιστάμενο χώρο των χειριστών του εν λειτουργία στεφανιογράφου model INNOVA 2000 G.E. κρίνεται απαραίτητη η απεγκατάσταση και επαναγκατάσταση των υποστηρικτικών συστημάτων του στεφανιογράφου και η διακοπή λειτουργίας του για διάστημα επτά ημερολογιακών ημερών. Για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών απεγκατάστασης και επαναγκατάστασης των υποστηρικτικών συστημάτων του στεφανιογράφου ζητήθηκε η υποστήριξη της εταιρείας «MediSof» Κ.Πατίχης & ΣΙΑ Ο.Ε. με την οποία το Νοσοκομείο έχει συνάψει σύμβαση τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του στεφανιογράφου. Η εταιρεία «MediSof» Κ.Πατίχης & ΣΙΑ Ο.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών της, αιτείται το συνολικό ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Αποφασίζει:

Την έγκριση ανάθεσης στην εταιρεία «MediSof» Κ.Πατίχης & ΣΙΑ Ο.Ε. της παροχής υπηρεσιών απεγκατάστασης και επαναγκατάστασης των υποστηρικτικών συστημάτων του στεφανιογράφου model INNOVA 2000 G.E. του Νοσοκομείου έναντι δαπάνης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. προκειμένου να είναι εφικτή από την ανάδοχο εταιρεία του έργου «Αναδιαρρύθμιση χώρων για την εγκατάσταση νέου στεφανιογράφου», η εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης των δομικών στοιχείων του κτιρίου 10 που βρίσκεται σε επαφή με τον υφιστάμενο χώρο των χειριστών του εν λειτουργία υφιστάμενου στεφανιογράφου.

