



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
« Η ΕΛΠΙΣ »**

**Αθήνα:09-10-2023
Αρ. Πρωτ:13214**

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ: 213-2039 112
ΦΑΞ: 213-2039242
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7
Τ.Κ.: 11522

ΑΕ 1037

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.931,60 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ.**

Στην Αθήνα σήμερα την 09/10/2023, αφενός το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», εκπροσωπούμενο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον κ. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗ Πρόεδρο** του Νοσοκομείου και αφετέρου η εταιρεία «**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ**» ονομαζόμενη για λόγους συντομίας **προμηθεύτρια**, εκπροσωπούμενη από τον κ. συμφώνησαν και απεδέχθησαν τα εξής:

Το Γ.Ν.Α. <<Η ΕΛΠΙΣ>> αναθέτει, βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. **2047** δέσμευσης, στην εταιρεία και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια **φορείων μεταφοράς ασθενών μεταβλητού ύψους**, όπως αποτυπώνεται στο αίτημα του Νοσοκομείου και στην προσφορά της προμηθεύτριας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος & συνοπτικά :

Προμήθεια ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ

Συνολικής δαπάνης 6.931,60 € συμπερ. ΦΠΑ

Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για υλικά.

Α/Α	Σειρά	Αριθμός	Τμήμα	Κωδικός	Ονομασία Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα
1	Λ	565	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ	850097	ΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ	ΤΕΜ	2

1. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αναδόχου αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του

1.1. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει :

1.1.1. να διαθέτουν υποχρεωτικά οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με μηχανικούς εκπαιδευμένους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού. **Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των Μηχανικών.**

1.1.2. να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 13845 και, εφόσον είναι οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών και έχουν έδρα στην Ελλάδα, να είναι

εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13845 και ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση. Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04(ΦΕΚ 32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. **Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.**

2. Τεχνικές Προδιαγραφές

- 2.1. Να είναι φορείο μεταβλητού ύψους, κατασκευασμένο από χάλυβα βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.
- 2.2. Να είναι βαρέως τύπου, με ικανότητα μεταφοράς βάρους 200 κιλά τουλάχιστον.
- 2.3. Η επιφάνεια κατάκλισης να υποδιαιρείται σε δύο τμήματα. Το επίπεδο πλάτης να κινείται με μηχανισμό αερίου σε γωνία μέχρι 80° τουλάχιστον. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται από χειρολαβές τοποθετημένες αμφίπλευρα της επιφάνειας κατάκλισης.
- 2.4. Να διαθέτει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης με δυνατότητα ρύθμισης ύψους από περίπου 60cm έως τουλάχιστον 90cm. Η ρύθμιση να εκτελείται μέσω αμφίπλευρου ποδομοχλού.
- 2.5. Ο σκελετός του φορείου να συνοδεύεται με δύο περιστρεφόμενες βάσεις στήριξης στατώ ορού που να επιτρέπουν την αυξομείωση ύψους.
- 2.6. Να διαθέτει χειρολαβές μετακίνησης (ενιαίες, όχι ξεχωριστές για κάθε χέρι, στην πλευρά της κεφαλής και στην πλευρά των ποδιών) και προσκρουστήρες στις 4 γωνίες για την αποφυγή των εκδορών.
- 2.7. Να φέρει πτυσσόμενα προστατευτικά πλαϊνά με οριζόντιους ανοξείδωτους ράβδους, σταθεροποιούμενα και κινούμενα μέσω μηχανισμού αερίου, με δυνατότητα αναδίπλωσης και ασφάλισης σε τέτοια θέση ώστε να μην εμποδίζεται η μετακίνηση του ασθενούς. Το ύψος των προστατευτικών πλαϊνών να είναι τουλάχιστον 35cm πάνω από την επιφάνεια του φορείου και το καλυπτόμενο μήκος τους να είναι τουλάχιστον 135cm. Το κατακόρυφο τμήμα του πτυσσόμενου πλαϊνού, να είναι δυνατόν να χρωματιστεί κατά την κατασκευή σε χρώμα έντονο, ώστε να υπάρχει διαχωρισμός από φορεία άλλων τμημάτων.

- 2.8. Να φέρει τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς τουλάχιστον Φ200 με σύστημα ταυτόχρονης πέδησης και σύστημα κατεύθυνσης. Το σύστημα πέδησης να ακινητοποιεί πλήρως το φορείο.
- 2.9. Να φέρει κάλυμμα βάσης-μηχανισμών, για την προστασία των μηχανισμών και τον εύκολο καθαρισμό, από καλουπωτό πλαστικό αντμικροβιακής σύστασης (Να κατατεθεί πιστοποιητικό για την αντμικροβιακή σύσταση από ανεξάρτητο φορέα στο οποίο να αναγράφεται το όνομα του κατασκευαστή του καλύμματος βάσης).
- 2.10. Το πλαστικό κάλυμμα βάσης να είναι ενιαίου τύπου (χωρίς πρόσθετα βιδωμένα ή αλλιώς στερεωμένα εξαρτήματα) και έτσι διαμορφωμένο ώστε να δέχεται φιάλη οξυγόνου με ιμάντα πρόσδεσης και να διαθέτει χώρο τοποθέτησης προσωπικών αντικειμένων του ασθενή.
- 2.11. Να συνοδεύεται με:
- 2.11.1. Στρώμα πάχους 80mm τουλάχιστον με αδιάβροχο κάλυμμα αντοχής.
- 2.11.2. Στατώ ορού με δύο άγκιστρα μεγάλης αντοχής, εύκολα αποσπώμενο, το ύψος του οποίου να είναι ρυθμιζόμενο επί του φορείου.
- 2.12. Οι εξωτερικές διαστάσεις του (συμπεριλαμβανομένων των προεξοχών των προσκρουστήρων) να είναι 180x65 cm ($\pm$ 2cm), για να χωρούν σε στενές πόρτες και να είναι δυνατή η είσοδό και η μετακίνησή τους στους ανελκυστήρες του Β' Κτηρίου.
- 2.13. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι από καλουπωτό πλαστικό ABS αποσπώμενο, για εύκολο καθαρισμό.
- 2.14. Να περιλαμβάνεται εμφανές, ανθεκτικό, μη αποσπώμενο, ταμπελάκι σε σημείο που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, όπου θα αναγράφεται το Νοσοκομείο και το τμήμα όπου ανήκουν τα φορεία.

Η ισχύς του παρόντος συμφωνητικού ορίζεται σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του παρόντος, ήτοι από 09-10-2023 έως 17-11-2023.

3. Γενικοί Όροι

- 3.1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) έτη και, επιβεβαιωμένη με **κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης** από τον κατασκευαστή, επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
- 3.2. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση για την επιτόπια παροχή εργασιών επισκευής εντός 24ώρου από την κλήση κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας.
- 3.3. Να δοθεί η τιμή ετήσιου πλήρους συμβολαίου συντήρησης με ανταλλακτικά, για το διάστημα από την εγγύηση ως την ολοκλήρωση 10ετίας από την οριστική παραλαβή τους.

- 3.4. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει εγκατεστημένο, στον χώρο του Νοσοκομείου που θα της υποδειχτεί, τον προσφερόμενο εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστικού οίκου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου.
- 3.5. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει με την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης (τεχνικά) μεταφρασμένα και στα ελληνικά, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου.
- 3.6. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να εκπαιδεύσει το αρμόδιο προσωπικό του Νοσοκομείου στην χρήση και συντήρηση του μηχανήματος αντίστοιχα χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου.
- 3.7. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας - ασφάλειας του τεχνικού προσωπικού που απασχολεί. Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ατυχήματος του προσωπικού του ή οποιοδήποτε άλλου ατόμου, που οφείλεται σε αμέλεια, λάθος πρακτική ή λάθος ενέργεια του προσωπικού του.
- 3.8. Η προσφορά να συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
 - 3.8.1. Όλα τα φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου του προσφερόμενου εξοπλισμού.
 - 3.8.2. Το Φύλλο Συμμόρφωσης στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης μόνο στα αντίστοιχα σημεία στα επίσημα φυλλάδια και εγχειρίδια (prospectus και manuals) του κατασκευαστή και όχι σε βεβαιώσεις που θα αποδεικνύουν την κάλυψη της κάθε μίας των προδιαγραφών.
- 3.9. Εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο, να κατατεθεί δείγμα του φορείου, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση της εταιρίας.

Η παράδοση των ειδών από την προμηθεύτρια εταιρεία θα γίνει στην Διαχείριση Υλικού του Νοσοκομείου. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών γίνεται από τριμελή επιτροπή του Νοσοκομείου με παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του και αμέσως συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ποιότητας προϊόντων.

Τα παραπάνω αφού διαβάστηκαν από τους συμβαλλόμενους και έγιναν αποδεκτά υπογράφονται .

- 5 -

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΤΜΗΜ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΟΒΕΣΗ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΙΑΤΛΗ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ / ΑΝΑΔΟΧΟΣ