

Απόφαση Αριθμός 152

Πρακτικό 13^ο
Της 11^{ης} Απριλίου 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**Α΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:**

1. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και Ομάδας Εργασίας για τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 8 - Λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρες.
2. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και Ομάδας Εργασίας για τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 14 - Υπερηχοτομογράφος Μαιευτικός/Γυναικολογικός.
3. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και Ομάδας Εργασίας για τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 15 – Υπερηχοτομογράφος Νευρολογικών Εφαρμογών.
4. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 4 - Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής, μεταφερόμενης επιφάνειας.
5. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 9 - Φυγόκεντρος 48 Θέσεων.
6. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 20 - Σύστημα Μεταφοράς Ασθενών.
7. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 22 - Ανακινήτριας Αιμοπεταλίων με θάλαμο συντήρησης.
8. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 24 - Απινιδωτής με μόνιτορ και βηματοδότη.
9. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 33 - Καταψύκτης -80°C.
10. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 37 - Πολυθρόνα Αιμοδοσίας, Ηλεκτρική.
11. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού της 7039/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Β΄ για το είδος με Α/Α 2 - Ενδοσκοπικό σύστημα, Ουρολογικό.

12. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού της 7039/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Β' για το είδος με Α/Α 3 - Λιθοτρίπτης Υπερήχων.
13. Έγκριση προμήθειας Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού.
14. Έγκριση προμήθειας Εργαλείων Χειρουργείου.
15. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης αίματος, παραγώγων αίματος και δειγμάτων μοριακού ελέγχου του αίματος.
16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Σάκων και Τσαντών Αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο (CPV: 19640000-4).
17. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης συντήρησης Ψηφιακού Ακτινολογικού Συγκροτήματος τύπου Β' για τρία (3) έτη CPV-50421000-2.
18. Έγκριση ματαίωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.
19. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Αμιγώς Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων [Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Μολυσματικού Χαρακτήρα (Ε.Α.Α.Μ.)].
20. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την αποκομιδή 3.000kg αποβλήτων χαρακτήρα «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)», για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Ξάνθης.
21. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφών υπηρεσιών Η/Υ και λογισμικού Γ.Ν. Ξάνθης για δώδεκα (12) μήνες.
22. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και Ομάδας Εργασίας για τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α' για το είδος με Α/Α 17 – Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού αιμοδιήθησης και on-line μεθόδων.
23. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και Ομάδας Εργασίας για τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α' για το είδος με Α/Α 2 – Σκιαλτική λυχνία με δορυφόρο, τύπου LED.
24. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για την οικονομική αξιολόγηση του διαγωνισμού της 7038/21-05-2019 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού-Ομάδα Α' για το είδος Α/Α 10-Ενδοσκοπικό Σύστημα, Γαστρεντερολογικό.
25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Νο8, όπως ορίζουν τα άρθρα 200 παρ.5 περ. α' και 219 παρ.4 του Ν.4412/2016.

Β' ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ:

26. Κατανομή εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού πλην ιατρικού για το έτος 2019 στο Γ.Ν. Ξάνθης.
27. Επί αιτήματος Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και δοτών Αιμοπεταλίων Εργαζομένων και φίλων Γ.Ν. Ξάνθης «ΠΡΟΣΦΕΡΩ».
28. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων για την απασχόληση των εγγεγραμμένων στον ονομαστικό πίνακα των αποκλειστικών νοσοκόμων.
29. Ενίσχυση της λειτουργίας του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) αρμοδιότητας Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. (Καλείται Να εισηγηθεί επί του θέματος ο Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας και Επιστημονικά Υπεύθυνος ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.).
30. Έγκριση προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Στην Ξάνθη σήμερα την 11^η Απριλίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00'μ.μ. συνήλθε στο Νοσοκομείο (Γραφείο Διοικητή) σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθ.5135/09-04-2019 πρόσκληση του Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού

Συμβουλίου του Νοσοκομείου κ. Γερόπουλου Αχιλλέα, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίστηκε με την υπ. αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.64758/20-09-2018 απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 696/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-11-2018), αποτελούμενο από τον κ. Μουμίνογλου Μπιρόλ, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., και τα μέλη κ.κ. Μπεζιάτ Βαλεντίνα - Λυγία, αναπληρωματικό μέλος, Μπρίκα Πολυξένη, αναπληρωματικό μέλος- εκπρόσωπο ιατρών και ειδικευομένων ιατρών, και Μητράκου - Γεωργίου Παρασκευή, εκπρόσωπο του λοιπού πλην ιατρών Ε.Σ.Υ. προσωπικού.

Παραβρέθηκε και η Γραμματέας του Συμβουλίου, Αποστολίδου Ελένη, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι: «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και Ομάδας Εργασίας για τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 8 - Λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρες» θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το από 02-04-2019 διαβιβαστικό του Οικονομικού Τμήματος, με το οποίο υποβάλλονται προς έγκριση στο Συμβούλιο το από 02-04-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και το συνημμένο σε αυτό από 31-01-2019 Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας.

- **Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού της ανωτέρω διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 2.053.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση
Και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω πρακτικά

ομόφωνα
αποφασίζει

Εγκρίνει το από 02-04-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη διενέργεια του δημόσιου ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της με αριθμό 7038/21-05-2018 διακήρυξης Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για το είδος με Α/Α 8 - Λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρες, καθώς και το συνημμένο σε αυτό από 31-01-2019 Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Εγκρίνει τη συμμετοχή των προσφορών των εταιρειών με την επωνυμία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε., RONTIS Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Γ. Ε.Ε., ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και KARL STORZ ENDOSKOPE GREECE GMBH Μ.Ε.Π.Ε. στο επόμενο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών του εν θέματι διαγωνισμού για το είδος με Α/Α 8 - Λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρες, επειδή τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους είναι πλήρη και οι τεχνικές προσφορές τους κρίνονται τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, τις ισχύουσες διατάξεις και το από 31-01-2019 Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας.

Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΟΥΜΙΝΟΓΛΟΥ ΜΠΙΡΟΛ
ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΛΥΓΙΑ
ΜΠΡΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΗΤΡΑΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Ξάνθη, 02-04-2019

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Επιτροπής Αξιολόγησης για τη διενέργεια του δημόσιου ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της με αριθμ. 7038/21-05-2018 διακήρυξης του Γ.Ν. Ξάνθης για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α' για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για το είδος με Α/Α 8 - Λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρες.

Στην Ξάνθη **σήμερα την 02-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00**, στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Ξάνθης συνήλθαν τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισμών του Νοσοκομείου για το έτος 2018, η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 1148/26-01-2018 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΕΨΝ46907Ω-Ψ18):

1. Παπαδοπούλου Περιστέρα, υπάλληλος του Γ.Ν. Ξάνθης κλάδου ΤΕ Λογιστικής – Πρόεδρος,
2. Κεσανλή Φωτεινή υπάλληλος του Γ.Ν. Ξάνθης κλάδου ΠΕ Στατιστικής – Μέλος,
3. Εμμανουηλίδου Αναστασία υπάλληλος του Γ.Ν. Ξάνθης του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού – Μέλος,
4. Πλαστήρα Θεοδώρα, Προϊσταμένη της Μ.Τ.Ν. του Γ.Ν. Ξάνθης του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής – Μέλος,
5. Ράπτη Χρυσούλα, Προϊσταμένη της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Ξάνθης κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής – Μέλος.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία και η Επιτροπή συνεδρίασε για τη σύνταξη Πρακτικού σχετικά τη διενέργεια του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της με αριθμ. 7038/21-05-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003160111, ΑΔΑ: ΩΠΡΘ46907Ω-5ΞΗ) διακήρυξης του Γ.Ν. Ξάνθης για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α' για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.053.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 02-07-2018, για το κάτωθι είδος:

Συστημικός αριθμός στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	Α/Α	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Προϋπολογισθείσα δαπάνη
57164	8.	Λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρες CPV 33192340-7	1 τεμάχιο	58.064,52 € χωρίς Φ.Π.Α. 72.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ως Γραμματέας η κα Τσαρδίδου Ελένη, υπάλληλος του Οικονομικού Τμήματος (Γραφείο Διαγωνισμών) του Γ.Ν. Ξάνθης κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Ο διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε διαφορετικούς αριθμούς συστήματος για το κάθε ένα από τα ζητούμενα είδη. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 26-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Κατά την 02-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, τα ως άνω μέλη της Επιτροπής συνήλθαν στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν. Ξάνθης και μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας συνεδρίασαν για την **ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών**.

Στην προαναφερόμενη συνεδρίαση συμμετείχαν ως Γραμματείς οι υπάλληλοι του Οικονομικού Τμήματος (Γραφείο Διαγωνισμών) του Γ.Ν. Ξάνθης κες Γαλαζούδη Ειρήνη, κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων

Υγείας – Πρόνοιας, Τσαρδίδου Ελένη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και Χατζηάστρου Βασιλική, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Η Επιτροπή με διαπιστευτήρια των μελών της (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. διαδοχικά στον αντίστοιχο αριθμό συστήματος για το κάθε ένα από τα ζητούμενα είδη.

Επίσης, τέθηκαν στη διάθεση της Επιτροπής οι φάκελοι των προσφορών με τα στοιχεία που απαιτούνταν βάσει της διακήρυξης να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή, οι οποίοι μονογράφησαν από την Επιτροπή χωρίς να αποσφραγισθούν και παραδόθηκαν στις Γραμματείες της συνεδρίασης.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» για το είδος με Α/Α 8 - *Λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρες* στον αριθμό συστήματος 57164 διενεργήθηκε κατά την ώρα 10:11:25.

Διαπιστώθηκε ότι για το εν λόγω είδος έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα με τη σειρά που αναφέρονται στην συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα Προσφορών:

Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	Α/Α	Είδος	Προσφέροντες	Αριθμός προσφοράς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	Αρ. Πρωτ. φακέλου προσφοράς σε έντυπη μορφή
57164	8.	Λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρες	ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε.	98865	8938/26-06-2018
			RONTIS Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.	99870	9007/26-06-2018
			ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Γ. Ε.Ε.	100702	9152/29-06-2018
			ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	101453	9149/29-06-2018
			KARL STORZ ENDOSKOPE GREECE GMBH Μ.Ε.Π.Ε.	101767	9145/29-06-2018

Εν συνεχεία, κατά την 26-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, τα ως άνω μέλη της Επιτροπής συνήλθαν εκ νέου στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν. Ξάνθης και μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας συνεδρίασαν για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των προαναφερόμενων προσφορών.

Στην ανωτέρω συνεδρίαση συμμετείχε ως Γραμματέας η κα Γαλαζούδη Ειρήνη, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας του Οικονομικού Τμήματος (Γραφείο Προμηθειών) του Γ.Ν. Ξάνθης.

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς με τα στοιχεία που απαιτούνταν βάσει της διακήρυξης να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή και τη μονογραφή του περιεχομένου του κατά φύλο. Διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος της εταιρίας KARL STORZ ENDOSKOPE GREECE GMBH Μ.Ε.Π.Ε. περιείχε σφραγισμένο και φάκελο οικονομικής προσφοράς, ο οποίος μονογράφηκε εξωτερικά από την Επιτροπή χωρίς να αποσφραγισθεί και παραδόθηκε στη Γραμματέα της συνεδρίασης.

Τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής οι με αριθμ. 8561/15-06-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003283440, ΑΔΑ: 6Γ1946907Ω-ΟΑΛ) και 8761/20-06-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003291746, ΑΔΑ: ΨΨ1546907Ω-ΒΣ6) Ανακοινώσεις του Γ.Ν. Ξάνθης σχετικά με διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφορών μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και των δικαιολογητικών συμμετοχής σε έντυπη μορφή και διαπίστωσε ότι αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης για όλες τις προσφορές, με την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 2.1.5. της διακήρυξης.

Τέλος, **κατά την σημερινή συνεδρίαση** τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής:

1. Τα με αριθμ. 10451/24-07-2018, 10552/25-
2. +07-2018, 10466/24-07-2018 και 10462/24-07-2018 έγγραφα του Γ.Ν. Ξάνθης προς τις Τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Πειραιώς σχετικά με την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των προσφορών.
3. Τις από 25-07-2018 (αρ. πρωτ. Γ.Ν. Ξάνθης: 10656/27-07-2018), 30-08-2018 (αρ. πρωτ. Γ.Ν. Ξάνθης: 12247/30-08-2018), 27-08-2018 (αρ. πρωτ. Γ.Ν. Ξάνθης: 12100/28-08-2018) και 28-08-2018 (αρ. πρωτ. Γ.Ν. Ξάνθης: 12104/28-08-2018) απαντήσεις των ανωτέρω Τραπεζών σχετικά με την επιβεβαίωση της ως άνω εγκυρότητας.
4. Το από 31-01-2019 Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 9468/04-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΖ446907Ω-Ε3Θ) απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 14433/09-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΗΜ46907Ω-49Β) και 17498/20-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ5Α46907Ω-ΩΧ3) αποφάσεις σχετικά με την τεχνική αξιολόγηση των κάτωθι τεχνικών προσφορών, το οποίο η Επιτροπή αποδέχεται πλήρως.

Αριθμός προσφοράς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	Προσφέροντες	Τεχνική προσφορά	Τεχνική Αξιολόγηση
98865	ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε.	Λαπαροσκοπικό σύστημα των κατασκευαστικών οίκων RICHARD WOLF GMBH (Γερμανία) και FORESEESON GmbH (Η.Π.Α.)	Τεχνικά αποδεκτή προσφορά. Συνολική Βαθμολογία (B ₁): 101,8
99870	RONTIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	Λαπαροσκοπικό σύστημα του κατασκευαστικού οίκου STRYKER ENDOSCOPY (Η.Π.Α.).	Τεχνικά αποδεκτή προσφορά. Συνολική Βαθμολογία (B ₂): 100,9
100702	ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Γ. Ε.Ε.	Λαπαροσκοπικό σύστημα του κατασκευαστικού οίκου WISAP Medical Technology GmbH (Γερμανία).	Τεχνικά αποδεκτή προσφορά. Συνολική Βαθμολογία (B ₃): 101,15
101453	ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	Λαπαροσκοπικό σύστημα του κατασκευαστικού οίκου AESCULAP AG (Γερμανία).	Τεχνικά αποδεκτή προσφορά. Συνολική Βαθμολογία (B ₄): 102,06
101767	KARL STORZ ENDOSKOPE GREECE GMBH Μ.Ε.Π.Ε.	Λαπαροσκοπικό σύστημα του κατασκευαστικού οίκου KARL STORZ SE & Co KG. (Γερμανία)	Τεχνικά αποδεκτή προσφορά. Συνολική Βαθμολογία (B ₅): 101,5

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται:

- Α. Την έγκριση της συμμετοχής των προσφορών των εταιρειών ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε., RONTIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Γ. Ε.Ε., ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και KARL STORZ ENDOSKOPE GREECE GMBH Μ.Ε.Π.Ε. στο επόμενο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών του εν θέματι διαγωνισμού για το είδος με Α/Α 8 - *Λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρες, επειδή τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους*

είναι πλήρη και οι τεχνικές προσφορές τους κρίνονται τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, τις ισχύουσες διατάξεις και το από 31-01-2019 Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας.

- Β. Την υποβολή του παρόντος και του από 31-01-2019 Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Ξάνθης προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

Η Πρόεδρος

Παπαδοπούλου Περιστέρα

Τα Μέλη

Κεσανλή Φωτεινή

Οι Γραμματείς

Γαλαζούδη Ειρήνη

Εμμανουηλίδου Αναστασία

Τσαρδίδου Ελένη

Πλαστήρα Θεοδώρα

Χατζηάστρου Βασιλική

Ράπτη Χρυσούλα



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθη, 31-01-2019

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**

Ομάδας Εργασίας για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών του δημόσιου ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της με αριθμ. 70398/21-05-2018 διακήρυξης του Γ.Ν. Ξάνθης για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α' για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για το είδος με Α/Α 8 - Λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρες.

Στην Ξάνθη σήμερα την 31-01-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Ξάνθης συνήλθαν τα κάτωθι μέλη της Ομάδας Εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 9468/04-07-2018 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΛΖ446907Ω-Ε3Θ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 14433/09-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΗΜ46907Ω-49Β) και 17498/20-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ5Α46907Ω-ΩΧ3) αποφάσεις:

1. Κωδωνάς Φώτιος, Δ/ντής Χειρουργικής του Γ.Ν. Ξάνθης,
2. Πόπκο Βίκτωρ, Επιμ. Α' Χειρουργικής του Γ.Ν. Ξάνθης και
3. Λίτσος Τριαντάφυλλος, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Μηχανικών του Γ.Ν. Ξάνθης.

Η Ομάδα Εργασίας συνεδρίασε για τη σύνταξη Πρακτικού σχετικά με την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της με αριθμ. 70398-21-05-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003160111, ΑΔΑ: ΩΠΡΘ46907Ω-5ΞΗ) διακήρυξης του Γ.Ν. Ξάνθης για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α' για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.053.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 02-07-2018, για το κάτωθι είδος:

Συστημικός αριθμός στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	Α/Α	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Προϋπολογισθείσα δαπάνη
57164	8.	Λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρες CPV 33192340-7	1 τεμάχιο	58.064,52 € χωρίς Φ.Π.Α. 72.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως Γραμματέας η κα Τσαρδίδου Ελένη, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Οικονομικού Τμήματος (Γραφείο Διαγωνισμών) του Γ.Ν. Ξάνθης.

Η Ομάδας Εργασίας λαμβάνοντας υπόψη:

- α. η με αριθμ. 8761/20-06-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003291746, ΑΔΑ: ΨΨ1546907Ω-ΒΣ6) Ανακοίνωση του Γ.Ν. Ξάνθης σχετικά με διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του διαγωνισμού και
- β. το γεγονός ότι για το ανωτέρω είδος υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές:

Αριθμός προσφοράς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	Συμμετέχουσα εταιρία	Τεχνική προσφορά
98865	ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε.	Λαπαροσκοπικό σύστημα των κατασκευαστικών οίκων RICHARD WOLF GMBH (Γερμανία) και FORESEESON Custom Displays Inc. (Η.Π.Α.)
99870	RONTIS Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.	Λαπαροσκοπικό σύστημα του κατασκευαστικού οίκου STRYKER ENDOSCOPY (Η.Π.Α.).
100702	ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Γ. Ε.Ε.	Λαπαροσκοπικό σύστημα του κατασκευαστικού οίκου WISAP Medical Technology GmbH (Γερμανία).
101453	ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	Λαπαροσκοπικό σύστημα του κατασκευαστικού οίκου AESCULAP AG (Γερμανία).
101767	KARL STORZ ENDOSKOPE GREECE GMBH Μ.Ε.Π.Ε.	Λαπαροσκοπικό σύστημα του κατασκευαστικού οίκου KARL STORZ SE & Co KG. (Γερμανία)

προέβη στον έλεγχο των ανωτέρω τεχνικών προσφορών.

Κατά την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών η Ομάδα Εργασίας διαπίστωσε τα εξής:

1. Η τεχνική προσφορά της εταιρίας **ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε.** [Λαπαροσκοπικό σύστημα των κατασκευαστικών οίκων RICHARD WOLF GMBH (Γερμανία) και FORESEESON FORESEESON Custom Displays Inc. (Η.Π.Α.)] κρίνεται τεχνικά αποδεκτή και σύμφωνη με την παράγραφο 2.4.3.2. της διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Ι.8. και τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης.

Επίσης, η προαναφερόμενη τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης στα κάτωθι σημεία:

Τεχνική Προδιαγραφή	Αιτιολογία βαθμολογίας >100
1. Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδοσκοπικής Κάμερας High Definition (βλ. Β): 4. Να διαθέτει ελάχιστη ευαισθησία κάτω από 1 lux.	Η προσφερόμενη ενδοσκοπική κάμερα (ENDOCAM Logic HD, κωδικός 55251071, του οίκου RICHARD WOLF GMBH, Γερμανίας) έχει ελάχιστη ευαισθησία κάτω από 1 lux, όπως αυτό αποδεικνύεται από την παραπομπή του Φύλλου Συμμόρφωσης στο Prospectus 1 αυτής, σελίδα 7, σημείο 4: <i>"Light sensitivity (max.gain <1 Lux / f= 1,2"</i> .
3. Τεχνικές Προδιαγραφές Πηγής Ψυχρού Φωτισμού και Καλωδίου (βλ. Δ): 3. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ωρών.	Η προσφερόμενη πηγή ψυχρού φωτισμού (ENDOLIGHT LED 1.2., κωδικός 51610011, του οίκου RICHARD WOLF GMBH, Γερμανίας) έχει διάρκεια ζωής 30.000 ωρών, όπως αυτό αποδεικνύεται από την παραπομπή του Φύλλου Συμμόρφωσης στο Prospectus 3 αυτής, σελίδα 4, σημείο 3: <i>"Working life of lamp min. 30,000h"</i> .

Οι λοιποί όροι των τεχνικών προδιαγραφών ικανοποιούνται ακριβώς.

2. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας **ΡONTIS Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.** [Λαπαροσκοπικό σύστημα του κατασκευαστικού οίκου STRYKER ENDOSCOPY (Η.Π.Α.)] κρίνεται τεχνικά αποδεκτή και σύμφωνη με την παράγραφο 2.4.3.2. της διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Ι.8. και τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης.

Επίσης, η προαναφερόμενη τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης στα κάτωθι σημεία:

Τεχνική Προδιαγραφή	Αιτιολογία βαθμολογίας >100
1. Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδοσκοπικής Κάμερας High Definition (βλ. Β): 4. Να διαθέτει ελάχιστη ευαισθησία κάτω από 1 lux.	Η προσφερόμενη ενδοσκοπική κάμερα (1588 AIM Video Camera του οίκου STRYKER ENDOSCOPY, Η.Π.Α.) έχει ελάχιστη ευαισθησία κάτω από 1 lux.
4. Τεχνικές Προδιαγραφές Monitor Υψηλής Ανάλυσης (βλ. Ε): 1. Το μόνιτορ -ειδικό για ιατρικές εφαρμογές (medical grade)-να διαθέτει οθόνη LCD High definition, διαστάσεων τουλάχιστον 24 ιντσών.	Το προσφερόμενο μόνιτορ (VisionPro 26" LED Display, P/N 0240031020 του οίκου STRYKER ENDOSCOPY, Η.Π.Α.) διαθέτει οθόνη διαστάσεων 26 ιντσών, όπως αυτό αποδεικνύεται από την παραπομπή του Φύλλου Συμμόρφωσης στο prospectus (Φυλλάδιο 4) αυτού, σελ. 20-21: <i>"Technical Specifications Display LCD Display Panel 26" (661mm) Diagonal (a-Si TFT active matrix LCD)".</i>

Οι λοιποί όροι των τεχνικών προδιαγραφών ικανοποιούνται ακριβώς.

3. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας **ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Γ. Ε.Ε.** [Λαπαροσκοπικό σύστημα του κατασκευαστικού οίκου WISAP Medical Technology GmbH (Γερμανία)] κρίνεται τεχνικά αποδεκτή και σύμφωνη με την παράγραφο 2.4.3.2. της διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Ι.8. και τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης.

Επίσης, η προαναφερόμενη τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης στα κάτωθι σημεία:

Τεχνική Προδιαγραφή	Αιτιολογία βαθμολογίας >100
1. Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδοσκοπικής Κάμερας High Definition (βλ. Β): 4. Να διαθέτει ελάχιστη ευαισθησία κάτω από 1 lux.	Η προσφερόμενη ενδοσκοπική κάμερα (Endo-Digi-View 3 ccd-HD, τύπος 7736WDHD του οίκου WISAP Medical Technology GmbH, Γερμανίας) έχει ελάχιστη ευαισθησία κάτω από 1 lux, όπως αυτό αποδεικνύεται από την παραπομπή του Φύλλου Συμμόρφωσης στο Τεχνικό Φυλλάδιο 1 (prospectus) αυτής, σελ. 13, σημείο 4: <i>"TECHNICAL DATA Sensitivity: 0,9 lux (Gain +18dB = 13 lux)".</i>
4. Τεχνικές Προδιαγραφές Monitor Υψηλής Ανάλυσης (βλ. Ε): 1. Το μόνιτορ -ειδικό για ιατρικές εφαρμογές (medical grade)-να διαθέτει οθόνη LCD High definition, διαστάσεων τουλάχιστον 24 ιντσών.	Το προσφερόμενο μόνιτορ (26" Full HD – LCD-Display, τύπος 7738-26, του οίκου WISAP Medical Technology GmbH, Γερμανίας) διαθέτει οθόνη διαστάσεων 26 ιντσών, όπως αυτό αποδεικνύεται από την παραπομπή του Φύλλου Συμμόρφωσης στο Τεχνικό Φυλλάδιο 1 (prospectus) αυτού, σελ. 22, σημείο 1: <i>"26" Full HD – LCD-Display".</i>

6. Τεχνικές Προδιαγραφές Αντλίας πλύσης (βλ. Ζ): ... 7. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα θέρμανσης του νερού.	Η προσφερόμενη συσκευή ενδοκοιλιακών πλύσεων (Aqua-Purator Biotherm, τύπος 1608 A, του οίκου WISAP Medical Technology GmbH, Γερμανίας) διαθέτει δυνατότητα θέρμανσης του νερού, όπως αυτό αποδεικνύεται από την παραπομπή του Φύλλου Συμμόρφωσης στο Τεχνικό Φυλλάδιο 3 (prospectus) αυτής, σελ. 10, σημείο 7: <i>“Aqua-Purator Biotherm</i> <i>For operative-therapeutical Laparoscopy, warms up to 5 liter Na-Cl solution in plastic bags.</i> • <i>Fully automatic heating up of NaCl-solution to body temperature”.</i>
--	--

Οι λοιποί όροι των τεχνικών προδιαγραφών ικανοποιούνται ακριβώς.

4. Η τεχνική προσφορά της εταιρίας **ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.** [Λαπαροσκοπικό σύστημα του κατασκευαστικού οίκου AESCULAP AG (Γερμανία)] κρίνεται τεχνικά αποδεκτή και σύμφωνη με την παράγραφο 2.4.3.2. της διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Ι.8. και τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης.

Επίσης, η προαναφερόμενη τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης στα κάτωθι σημεία:

Τεχνική Προδιαγραφή	Αιτιολογία βαθμολογίας >100
1. Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδοσκοπικής Κάμερας High Definition (βλ. Β): 4. Να διαθέτει ελάχιστη ευαισθησία κάτω από 1 lux.	Ελάχιστη ευαισθησία προσφερόμενης ενδοσκοπικής κάμερας (Full HD 3-Chip Camera System PV462 του οίκου AESCULAP AG, Γερμανίας) σύμφωνα με την από 19-10-2017 δήλωση του κατασκευαστικού οίκου.
3. Τεχνικές Προδιαγραφές Πηγής Ψυχρού Φωτισμού και Καλωδίου (βλ. Δ): 3. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ωρών.	Η προσφερόμενη πηγή ψυχρού φωτισμού (LED Light Source, κωδικός OP950, του οίκου AESCULAP AG, Γερμανίας) έχει διάρκεια ζωής 30.000 ωρών, όπως αυτό αποδεικνύεται από την παραπομπή του Φύλλου Συμμόρφωσης στο Prospectus 3 αυτής, § 2: <i>“Long lifetime of LED module (typically 30,000 working hours)”.</i>
4. Τεχνικές Προδιαγραφές Monitor Υψηλής Ανάλυσης (βλ. Ε): 1. Το μόνιτορ -ειδικό για ιατρικές εφαρμογές (medical grade)-να διαθέτει οθόνη LCD High definition, διαστάσεων τουλάχιστον 24 ιντσών.	Το προσφερόμενο μόνιτορ (26" FULL HD, LCD MONITOR, κωδικός PV 959, του οίκου AESCULAP AG, Γερμανίας) διαθέτει οθόνη διαστάσεων 26 ιντσών, όπως αυτό αποδεικνύεται από την παραπομπή του Φύλλου Συμμόρφωσης στο Τεχνικό Φυλλάδιο <i>ENDOSCOPY UNITS AND ACCESSORIES</i>, σελ. 18, § 1: <i>“PV 959 26" Full HD flat panel display”.</i>
5. Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευής Πνευμοπεριτόναιου (βλ. ΣΤ)	Η προσφερόμενη Συσκευή Πνευμοπεριτόναιου (Flow50 Insufflator, κωδικός PG150, Σωλήνας θερμαινόμενος εμφύσησης CO₂, κωδικός PG097, και Σωλήνας υψηλής πίεσης 1M US/DIN, κωδικός PG086, του κατασκευαστικού οίκου AESCULAP AG, Γερμανίας) διαθέτει δύο (2) φιάλες CO₂.

Οι λοιποί όροι των τεχνικών προδιαγραφών ικανοποιούνται ακριβώς.

5. Η τεχνική προσφορά της εταιρίας **KARL STORZ ENDOSKOPE GREECE GMBH Μ.Ε.Π.Ε.** [Λαπαροσκοπικό σύστημα του κατασκευαστικού οίκου KARL STORZ SE & Co KG. (Γερμανία)] κρίνεται τεχνικά αποδεκτή και σύμφωνη με την παράγραφο 2.4.3.2. της διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Ι.8. και τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης.

Επίσης, η προαναφερόμενη τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης στα κάτωθι σημεία:

Τεχνική Προδιαγραφή	Αιτιολογία βαθμολογίας >100
3. Τεχνικές Προδιαγραφές Πηγής Ψυχρού Φωτισμού και Καλωδίου (βλ. Δ): 3. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ωρών.	Η προσφερόμενη πηγή ψυχρού φωτισμού (Power Led 300 του οίκου KARL STORZ SE & Co KG., Γερμανίας) έχει διάρκεια ζωής 30.000 ωρών, όπως αυτό αποδεικνύεται από την παραπομπή του Φύλλου Συμμόρφωσης στο Έντυπο 6 (prospectus) αυτού, σελ. 4, παραπομπή 28: <i>“At 30,000 hours, the service life of the POWER LED 300 is 60times longer than the comparable Xenon light sources (approx. 500 hours). ...”</i>.
4. Τεχνικές Προδιαγραφές Monitor Υψηλής Ανάλυσης (βλ. Ε): 1. Το μόνιτορ -ειδικό για ιατρικές εφαρμογές (medical grade)- να διαθέτει οθόνη LCD High definition, διαστάσεων τουλάχιστον 24 ιντσών.	Το προσφερόμενο μόνιτορ (2D FULL HD monitor 9826NB του οίκου KARL STORZ SE & Co KG., Γερμανίας) διαθέτει οθόνη διαστάσεων 26 ιντσών, όπως αυτό αποδεικνύεται από την παραπομπή του Φύλλου Συμμόρφωσης στο Έντυπο 5.1. (prospectus) αυτού, σελ. 7, παραπομπή 33.

Οι λοιποί όροι των τεχνικών προδιαγραφών ικανοποιούνται ακριβώς.

Η βαθμολογία των τεχνικών προσφορών είναι σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Βαθμολογούμενα Στοιχεία	Συντελεστής Βαρύτητας	ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε.		RONTIS Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.		ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Γ. Ε.Ε.		ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.		KARL STORZ ENDOSKOPE GREECE GMBH Μ.Ε.Π.Ε.	
		Βαθμολογία	Σταθμισμένη Βαθμολογία	Βαθμολογία	Σταθμισμένη Βαθμολογία	Βαθμολογία	Σταθμισμένη Βαθμολογία	Βαθμολογία	Σταθμισμένη Βαθμολογία	Βαθμολογία	Σταθμισμένη Βαθμολογία
ΟΜΑΔΑ Α΄: Τεχνικές Προδιαγραφές Ποιότητας και Απόδοσης											
1. Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδοσκοπικής Κάμερας High Definition (βλ. Β)	20%	103	20,6	103	20,6	103	20,6	102	20,4	100	20
2. Τεχνικές Προδιαγραφές Λαπαροσκοπικών Οπτικών (βλ. Γ)	10%	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10
3. Τεχνικές Προδιαγραφές Πηγής Ψυχρού Φωτισμού και Καλώδιου (βλ. Δ)	12%	110	13,2	100	12	100	12	110	13,2	110	13,2
4. Τεχνικές Προδιαγραφές Monitor Υψηλής Ανάλυσης (βλ. Ε)	10%	100	10	103	10,3	103	10,3	103	10,3	103	10,3
5. Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευής Πνευμοπεριτόναιου (βλ. ΣΤ)	8%	100	8	100	8	100	8	102	8,16	100	8

6. Τεχνικές Προδιαγραφές Αντλίας πλύσης (βλ. Ζ)	5%	100	5	100	5	105	5,25	100	5	100	5
7. Τεχνικές Προδιαγραφές Τροχήλατου (βλ. Η)	5%	100	5	100	5	100	5	100	5	100	5
Σύνολο Βαθμολογίας Ομάδας Α΄	70%		71,8		70,9		71,15		72,06		71,5
ΟΜΑΔΑ Β΄: Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη											
1. Χρόνος Παράδοσης	1%	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1
2. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.	26%	100	26	100	26	100	26	100	26	100	26
3. Ανταλλακτικά για δέκα (10) χρόνια.	1%	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1
4. Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Τεχνικής Υποστήριξης.	1%	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1
5. Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας.	1%	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1
Σύνολο Βαθμολογίας Ομάδας Β΄	30%		30		30		30		30		30
Συνολική Βαθμολογία (Β)	100%		101,8		100,9		101,15		102,06		101,5

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ομάδα Εργασίας υποβάλει την παρούσα γνωμοδότηση στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας

Κωδωνάς Φώτιος

Η Γραμματέας

Πόπκο Βίκτωρ

Τσαρδίδου Ελένη

Λίτσος Τριαντάφυλλος