

Απόσπασμα Πρακτικών
Της 8^{ης}/19.6.2014 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Θέμα 18ο: «Επικύρωση του από 8.5.2014 Πρακτικού Οικονομικής Αξιολόγησης και του από 10.6.2014 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού της 27.11.2012 (ΑΔ 30/2012), για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας συσκευών και οργάνων έγχυσης (CPV 33194100-7), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2011».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την απόφαση που έλαβε κατά την υπ' αριθμ. 25^η/25.10.2011 Συνεδρίασή του (Θέμα 54ο) με ΑΔΑ 45ΒΝ469064-ΓΙΗ, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η διενέργεια του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας συσκευών και οργάνων εγχύσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα (1) έτος (ΚΑΕ 1311), σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2011.
- 2) Την υπ' αριθμ. 30/2012 Διακήρυξη του Νοσοκομείου, για τη διενέργεια του παραπάνω διαγωνισμού στις 27.11.2012.
- 3) Την απόφαση που έλαβε κατά την υπ' αριθμ. 14^η/10.5.2013 Συνεδρίασή του (Θέμα 14ο) με ΑΔΑ ΒΕΝΔ469064-13Υ, με την οποία εγκρίθηκε: «α) Η επικύρωση του από 27.11.2012 Πρακτικού Διενέργειας και του από 7.5.2013 Πρακτικού Τεχνικής Αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού της 27.11.2012, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας συσκευών εγχύσεων. β) Η συνέχιση του διαγωνισμού με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών που τα είδη τους κρίθηκαν αποδεκτά. γ) Η προμήθεια των ειδών της διακήρυξης:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
11	Συνδετικό καρφί - προέκταση (του παραπάνω).
12	Προεκτάσεις για αντλίες με βαλβίδα μη επιστροφής, με φίλτρο και πλαϊνή επιπλέον προέκταση
22	Συσκευές χορηγήσεως για αντλίες εντερικής σίτισης με λειτουργία σίτισης (συνεχούς ή διακοπτόμενης) Με μηχανισμούς alarm Με δυνατότητα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή Με μπαταρία
23	Συσκευές χορηγήσεως για αντλίες εντερικής σίτισης με λειτουργία έκχυσης (ενυδάτωσης). Με μηχανισμούς alarm. Με δυνατότητα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή. Με μπαταρία

24	Συσκευές χορηγήσεως για αντλίες εντερικής σίτισης με λειτουργία σίτισης (συνεχούς ή διακοπτόμενης) με λειτουργία έκχυσης (ενυδάτωσης), οποιοδήποτε συνδυασμού τους σε ποιότητα και ενέργεια. Με μηχανισμούς alarm. Με δυνατότητα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή. Με μπαταρία
36	Κιτ καθετήρων μικροδιάλυσης με μεμβράνη ανταλλαγής ουσιών εξωκυτταρίου υγρού με μοριακό βάρος μέχρι 300.000 Daltons
37	Σύστημα μικροδιάλυσης το οποίο πρέπει να πραγματοποιεί ελάχιστα επεμβατική παρακολούθηση και καταγραφή του μεσοκυτταρίου υγρού από τον εγκέφαλο ή το σώμα, μέσω μεμβράνης η οποία επιτρέπει τη διέλευση μορίων μέχρι 20.000 Da ή μέχρι 100.000 Da.

από το ελεύθερο εμπόριο μετά τη λήξη των ισχυουσών συμβάσεων και για όσες φορές χρειαστεί, διότι δεν κατατέθηκαν προσφορές για τα συγκεκριμένα είδη. δ) Η κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στις συμμετέχουσες εταιρείες».

- 4) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19615/24.5.2013 έγγραφο του Νοσοκομείου προς τις συμμετέχουσες εταιρείες, με το οποίο τις κοινοποιήθηκε η ανωτέρω απόφαση, διαβιβάστηκε στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις αντίγραφο του από 7.5.2013 Πρακτικού Τεχνικής Αξιολόγησης και ενημερώθηκαν ότι ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ορίστηκε η 31.5.2013.
- 5) Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 3214/24.1.2014, 3215/24.1.2014 και 3218/24.1.2014 έγγραφα του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου προς τις εταιρείες Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε., ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. και ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε., αντίστοιχα, με τα οποία ζητήθηκε να καταθέσουν νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά εντός των προβλεπόμενων ορίων, για τους α/α ειδών που προσέφεραν και των οποίων οι τιμές υπερέβαιναν τον προϋπολογισμό ή τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητήριου τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 6) Το γεγονός ότι η εταιρεία Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε. δεν απάντησε στο αίτημα του Νοσοκομείου.
- 7) Το από 18.2.2014 Πρακτικό Οικονομικής Αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, με το οποίο σε συνέχεια της ανωτέρω διαπραγμάτευσης, καταθέτει αναλυτικό πίνακα των προσφερόμενων ειδών και εισηγείται:

« α) την προμήθεια των παρακάτω ειδών από τις μειοδότες ή μόνες προσφέρουσες εταιρείες ως εξής:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

.....

με την υποχρέωση των εταιρειών να προσκομίσουν τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό που απαιτείται για το κάθε α/α της διακήρυξης που τους κατακυρώθηκε όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» της υπ' αριθμ. 30/2012 Διακήρυξης,

β) την προμήθεια των παρακάτω ειδών από το ελεύθερο εμπόριο και για όσες φορές χρειαστεί μετά τη λήξη των ισχυουσών συμβάσεων, διότι δεν κατατέθηκαν προσφορές ή υπάρχει υπέρβαση του προϋπολογισμού τους περισσότερο από 10%.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
2	Συσκευές έγχυσης υγρών μικροσταγόνων, με ενσωματωμένο αεραγωγό με υποδοχή LUER LOCK
6	Ογκομετρική συσκευή χορήγησης αίματος
7	Συσκευές χορήγησης υγρών και φαρμάκων με ενσωματωμένο ρυθμιστή μικροσταγόνων, για ακριβή χορήγηση των αγγειοδραστικών φαρμάκων στους ενήλικες, φωτοσκιερές χορήγησης κυτταροστατικών για χημειοθεραπείες με φίλτρο.
11	Συνδετικό καρφί - προέκταση (του παραπάνω).
12	Προεκτάσεις για αντλίες με βαλβίδα μη επιστροφής, με φίλτρο και πλαϊνή επιπλέον προέκταση
22	Συσκευές χορήγησης για αντλίες εντερικής σίτισης με λειτουργία σίτισης (συνεχούς ή διακοπτόμενης) Με μηχανισμούς alarm Με δυνατότητα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή Με μπαταρία
23	Συσκευές χορήγησης για αντλίες εντερικής σίτισης με λειτουργία έγχυσης (ενυδάτωσης). Με μηχανισμούς alarm. Με δυνατότητα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή. Με μπαταρία
24	Συσκευές χορήγησης για αντλίες εντερικής σίτισης με λειτουργία σίτισης (συνεχούς ή διακοπτόμενης) με λειτουργία έγχυσης (ενυδάτωσης), οποιουδήποτε συνδυασμού τους σε ποιότητα και ενέργεια. Με μηχανισμούς alarm. Με δυνατότητα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή. Με μπαταρία
27	Συσκευές για ογκομετρική αντλία έγχυσης με δυνατότητα τριπλής ταυτόχρονης χορήγησης, τα συστήματα να διαθέτουν διακλάδωση Υ, να φέρουν ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή της ελεύθερης ροής, το οποίο να διακόπτει τη ροή κατά την αφαίρεση της συσκευής από την αντλία και να μπορούν να απεμπλακούν εύκολα και να χρησιμοποιηθούν σαν κοινή συσκευή έγχυσης ορών με τη βαρύτητα σε περίπτωση βλάβης της αντλίας. Α. Χορήγηση από ορό ή flacon
29	Συσκευές για ογκομετρική αντλία έγχυσης με δυνατότητα τριπλής ταυτόχρονης χορήγησης, τα συστήματα να διαθέτουν διακλάδωση Υ, να φέρουν ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή της ελεύθερης ροής, το οποίο να διακόπτει τη ροή κατά την αφαίρεση της συσκευής από την αντλία και να μπορούν να απεμπλακούν εύκολα και να χρησιμοποιηθούν σαν κοινή συσκευή έγχυσης ορών με τη βαρύτητα σε περίπτωση βλάβης της αντλίας. Α. Χορήγησης φωτοευαίσθητων.
36	Κιτ καθετήρων μικροδιάλυσης με μεμβράνη ανταλλαγής ουσιών εξωκυτταρίου υγρού με μοριακό βάρος μέχρι 300.000 Daltons
37	Σύστημα μικροδιάλυσης το οποίο πρέπει να πραγματοποιεί ελάχιστα επεμβατική παρακολούθηση και καταγραφή του μεσοκυτταρίου υγρού από τον εγκέφαλο ή το σώμα, μέσω μεμβράνης η οποία επιτρέπει τη διέλευση μορίων μέχρι 20.000 Da ή μέχρι 100.000 Da.

Συνοπτικά από την οικονομική αξιολόγηση του διαγωνισμού προκύπτει:

Είδη προς κατακύρωση	Αριθμός Ειδών	A/A Διακήρυξης
Είδη που υπήρξαν μόνοι προσφέροντες	17	8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,32,33,34
Είδη που υπήρξαν μειοδότες	8	1,3,4,5,28,30,31,35
ΣΥΝΟΛΟ	25	

ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
ΚΑΕ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε	129.190,00€	158.903,70€
3	FOCUS MEDICAL HELLAS ΑΕ	1.044,00€	1.284,12€
4	EUROMART ΑΕ	26.980,00€	33.185,40€
5	ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ Ε.Π.Ε	518,10€	637,26€
6	ΗΛΙΑΔΗΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ.	5250,00€	6.457,50€
8	ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε	19.160,00€	23.566,80€
9	INTER MEDICA ΕΜΜ. Τ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ	1942,5€	2.389,28€
10	TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ	1.950,00€	2.398,5€
11	ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ	3.325,00	4.089,75
ΣΥΝΟΛΟ		189.359,90 €	232.912,31 €

Είδη που δεν θα κατακυρωθούν	Αριθμός Ειδών	A/A Διακήρυξης	Προϋπολογισμός με ΦΠΑ
Είδη που δεν υπήρξαν προσφορές	7	11,12,22,23,24,36,37	34.679,24€
Είδη που οι τιμές των προσφορών υπερβαίνουν σε ποσοστό > 10% τον προϋπολογισμό	5	2,6,7,27,29	15.521,49€

ΣΥΝΟΛΟ	12	50.200,73€
--------	----	------------

- 8) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 18640/14.5.2014 έγγραφο του Νοσοκομείου προς τις συμμετέχουσες εταιρείες στην ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία, με το οποίο τις κοινοποίησε το Πρακτικό Οικονομικής Αξιολόγησης, κάλεσε τις μειοδότες ή μόνες προσφέρουσες εταιρείες να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την κατακύρωση, σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 30/2012 Διακήρυξης του Νοσοκομείου και τις γνωστοποίησε ότι η Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα προέβαινε στην αποσφράγιση των φακέλων με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο στάδιο της κατακύρωσης, την 10.6.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
- 9) Το από 16.5.2014 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 19378/20.5.2014) έγγραφο της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε., μόνης προσφέρουσας στο είδος με α/α 8 «Σύστημα θέρμανσης υγρών μέσω συσκευής. Να διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής και ενσωματωμένο 3way για ταχεία χορήγηση φαρμάκου με σύριγγα ή βελόνη, αποστειρωμένο», με το οποίο μας ενημερώνει ότι δεν μπορεί να το προσφέρει πλέον, διότι έχει σταματήσει η συνεργασία της με τον κατασκευαστικό οίκο του είδους.
- 10) Τους φακέλους με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσαν εμπρόθεσμα οι εταιρείες με την επωνυμία:

ΚΑΕ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1	ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε
3	FOCUS MEDICAL HELLAS AE
4	EUROMART AE
5	ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ Ε.Π.Ε,
6	ΗΛΙΑΔΗΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ
8	ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε
9	INTER MEDICA EMM. Τ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
11	ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

*ΚΑΕ: Κωδικός αριθμός εταιρείας.

- 11) Το από 10.6.2014 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα και εγκυρότητα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών προτείνεται: «α) η κατακύρωση των παρακάτω ειδών και η υπογραφή σύμβασης για ένα χρόνο με δικαίωμα τρίμηνης μονομερούς παράτασης από τις μειοδότες ή μόνες προσφέρουσες εταιρείες ως εξής: ΠΙΝΑΚΕΣ..... με την υποχρέωση των εταιρειών να προσκομίσουν τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό που απαιτείται για το κάθε α/α της διακήρυξης που τους κατακυρώθηκε όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» της υπ' αριθμ. 30/2012 Διακήρυξης και β) την προμήθεια των παρακάτω ειδών προϋπολογισθείσας αξίας 53.112,14€ από το ελεύθερο εμπόριο και για όσες φορές χρειαστεί, διότι δεν κατατέθηκαν προσφορές ή υπάρχει υπέρβαση του προϋπολογισμού τους περισσότερο από

10%, ή δεν μπορεί να εκτελεστεί η προσφορά του μόνου προσφέροντα λόγω διακοπής της συνεργασίας του με τον κατασκευαστικό οίκο του είδους.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
2	Συσκευές έγχυσης υγρών μικροσταγόνων, με ενσωματωμένο αεραγωγό με υποδοχή LUER LOCK
6	Ογκομετρική συσκευή χορήγησης αίματος
7	Συσκευές χορήγησης υγρών και φαρμάκων με ενσωματωμένο ρυθμιστή μικροσταγόνων, για ακριβή χορήγηση των αγγειοδραστικών φαρμάκων στους ενήλικες, φωτοσκοιερές χορήγησης κυτταροστατικών για χημειοθεραπείες με φίλτρο.
8	Σύστημα θέρμανσης υγρών μέσω συσκευής. Να διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής και ενσωματωμένο 3way για ταχεία χορήγηση φαρμάκου με σύριγγα ή βελόνη, αποστειρωμένο.
11	Συνδετικό καρφί - προέκταση (του παραπάνω).
12	Προεκτάσεις για αντλίες με βαλβίδα μη επιστροφής, με φίλτρο και πλαϊνή επιπλέον προέκταση
22	Συσκευές χορηγήσεως για αντλίες εντερικής σίτισης με λειτουργία σίτισης (συνεχούς ή διακοπτόμενης) Με μηχανισμούς alarm Με δυνατότητα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή Με μπαταρία
23	Συσκευές χορηγήσεως για αντλίες εντερικής σίτισης με λειτουργία έγχυσης (ενυδάτωσης). Με μηχανισμούς alarm. Με δυνατότητα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή. Με μπαταρία
24	Συσκευές χορηγήσεως για αντλίες εντερικής σίτισης με λειτουργία σίτισης (συνεχούς ή διακοπτόμενης) με λειτουργία έγχυσης (ενυδάτωσης), οποιοδήποτε συνδυασμού τους σε ποιότητα και ενέργεια. Με μηχανισμούς alarm. Με δυνατότητα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή. Με μπαταρία
27	Συσκευές για ογκομετρική αντλία έγχυσης με δυνατότητα τριπλής ταυτόχρονης χορήγησης, τα συστήματα να διαθέτουν διακλάδωση Y, να φέρουν ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή της ελεύθερης ροής, το οποίο να διακόπτει τη ροή κατά την αφαίρεση της συσκευής από την αντλία και να μπορούν να απεμπλακούν εύκολα και να χρησιμοποιηθούν σαν κοινή συσκευή έγχυσης ορών με τη βαρύτητα σε περίπτωση βλάβης της αντλίας. A. Χορήγηση από ορό ή flacon
29	Συσκευές για ογκομετρική αντλία έγχυσης με δυνατότητα τριπλής ταυτόχρονης χορήγησης, τα συστήματα να διαθέτουν διακλάδωση Y, να φέρουν ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή της ελεύθερης ροής, το οποίο να διακόπτει τη ροή κατά την αφαίρεση της συσκευής από την αντλία και να μπορούν να απεμπλακούν εύκολα και να χρησιμοποιηθούν σαν κοινή συσκευή έγχυσης ορών με τη βαρύτητα σε περίπτωση βλάβης της αντλίας. A. Χορήγησης φωτοευαίσθητων.
36	Κιτ καθετήρων μικροδιάλυσης με μεμβράνη ανταλλαγής ουσιών εξωκυτταρίου υγρού με μοριακό βάρος μέχρι 300.000 Daltons
37	Σύστημα μικροδιάλυσης το οποίο πρέπει να πραγματοποιεί ελάχιστα επεμβατική παρακολούθηση και καταγραφή του μεσοκυτταρίου υγρού από τον εγκέφαλο ή το σώμα, μέσω μεμβράνης η οποία επιτρέπει τη διέλευση μορίων μέχρι 20.000 Da ή μέχρι 100.000 Da.

- 12) Το γεγονός ότι το συνολικό κόστος των υπό προμήθεια ειδών από τους κατ' είδος μειοδότες και μόνους προσφέροντες ανέρχεται σε 187.409,60€ πλέον Φ.Π.Α. (230.513,81€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και είναι μικρότερο από την προϋπολογισθείσα αξία των ειδών που ανέρχεται σε 287.161,5€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- 13) Το γεγονός ότι οι τιμές των οικονομικών προσφορών των μειοδοτών, μόνων αποδεκτών ή μόνων προσφερόντων συγκρίθηκαν με το Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., όπου αυτό ήταν δυνατό και βρέθηκαν ίσες ή χαμηλότερες κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- 14) Τις διατάξεις των Ν. 2286/1995, 2955/2001, 3329/2005, 3527/2007, 3580/2007, 3867/2010, 3868/2010, 3886/2010, 3918/2011, 4052/2012 και των Π.Δ. 118/2007 και 60/2007 καθώς και τις σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτών.
- 15) Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
- 16) Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού του Νοσοκομείου.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει:

- α) Την επικύρωση του από 8.5.2014 Πρακτικού Οικονομικής Αξιολόγησης και του από 10.6.2014 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού της 27.11.2012, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας συσκευών και οργάνων εγχύσεων (CPV 33194100-7), προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2011, σύμφωνα με την πρότασή της.
- β) Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στους κατ' είδος μειοδότες και μόνους προσφέροντες και την υπογραφή σύμβασης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα τρίμηνης μονομερούς παράτασης εκ μέρους του Νοσοκομείου, ως εξής:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1^Η

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε, ΑΦΜ: 94035927

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Τ.Θ. 35, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΗΛ.: 24310 83441, ΦΑΞ: 24310 83550, E-MAIL: ompogri@bioser.gr

A/ A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΤΥΠΟΣ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / Μ.Μ.	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / ΕΙΔΟΣ
13	Συσκευές χαμηλής προσρόφησης Ρ.Ο.Τ.	ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.	8250731SP	TMX	50	6,7	335,00
15	Συσκευή χορήγησης φωτοευαίσθητων διαλυμάτων με flask για αντλίες ελεγχόμενης ογκομετρικής έγχυσης οι οποίες να έχουν την δυνατότητα λειτουργίας PCA,TCI,AGC, δυο τρόπων χορήγησης Bolus δόσης και δυνατότητα χρήσης τους σε μαγνητικό τομογράφο.	ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.	8700125SP	TMX	1000	6,2	6.200,00
16	Συσκευή χορήγησης φωτοευαίσθητων διαλυμάτων με σύριγγα για αντλίες ελεγχόμενης ογκομετρικής έγχυσης, οι οποίες να έχουν την δυνατότητα λειτουργίας PCA,TCI,AGC ,δυο τρόπων χορήγησης Bolus δόσης και δυνατότητα χρήσης τους σε μαγνητικό τομογράφο.	ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.	8728828F	TMX	250	3	750,00
17	Συσκευές χορήγησης υγρών για αντλίες διπλής ανεξάρτητης χορήγησης υγρών με δυνατότητα bolus χορήγησης, μικρού βάρους (<1Kgr), μικρού ογκού, με προγραμματισμένες δόσεις τουλάχιστον είκοσι (20) φαρμάκων και δυνατότητα χορήγησης από περιέκτη, σύριγγα ή φιαλίδιο.	ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.	8700036SP	TMX	2500	5,9	14.750,00
18	Συσκευή χορήγησης παρεντερικών διαλυμάτων με flask για αντλίες ελεγχόμενης ογκομετρικής έγχυσης οι οποίες να έχουν την δυνατότητα λειτουργίας PCA,TCI,AGC, δυο τρόπων χορήγησης Bolus δόσης.	ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.	8700036SP	TMX	8000	5,9	47.200,00
19	Συσκευή χορήγησης παρεντερικών διαλυμάτων με σύριγγα για αντλίες ελεγχόμενης ογκομετρικής έγχυσης οι οποίες να έχουν την δυνατότητα λειτουργίας TCI,PCA,AGC, δυο τρόπων χορήγησης Bolus δόσης.	ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.	8728810F	TMX	1500	2,6	3.900,00
20	Συσκευές μιας χρήσης, για Flacon , αποστειρωμένες χορήγησης υγρών και φαρμάκων για αντλίες αυτόνομης λειτουργίας και με δυνατότητα ενσωμάτωσης σε ειδικό σύστημα υποδοχής αντλιών για πολλαπλές εγχύσεις. Να είναι ανεξάρτητης χορήγησης, βάρους <2,5Kgr, φορητή, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας τουλάχιστον 4(τεσσάρων)ωρών.	ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.	8700036SP	TMX	2000	5,9	11.800,00
21	Συσκευές μιας χρήσης, για Flacon , αποστειρωμένες χορήγησης υγρών και φαρμάκων για αντλίες αυτόνομης λειτουργίας και με δυνατότητα ενσωμάτωσης σε ειδικό σύστημα υποδοχής αντλιών για πολλαπλές εγχύσεις. Να είναι ανεξάρτητης χορήγησης, βάρους <2,5Kgr, φορητή, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας τουλάχιστον 4(τεσσάρων)ωρών.	ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.	8728810F	TMX	2000	4,5	9.000,00
25	Συσκευές διπλής ταυτόχρονης χορήγησης υγρών μέσα από την ίδια αναλώσιμη συσκευή (που φέρει υδατοπαγίδα) μέσω ηλεκτρονικής ογκομετρικής αντλίας. Α.Απλών διαλυμάτων-φαρμάκων	ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.	8700036SP	TMX	3250	5,9	19.175,00
26	Συσκευές διπλής ταυτόχρονης χορήγησης υγρών μέσα από την ίδια αναλώσιμη συσκευή (που φέρει υδατοπαγίδα) μέσω ηλεκτρονικής ογκομετρικής αντλίας. Α.Φωτοευαίσθητων διαλυμάτων.	ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.	8700125SP	TMX	500	6,2	3.100,00
28	Συσκευές μιας ογκομετρική αντλία έγχυσης με δυνατότητα τριπλής ταυτόχρονης χορήγησης, τα συστήματα να διαθέτουν διακλάδωση Υ, να φέρουν ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή της ελεύθερης ροής, το οποίο να διακόπτει τη ροή κατά την αφαίρεση της συσκευής από την αντλία και να μπορούν να απεμπλακούν εύκολα και να χρησιμοποιηθούν σαν κοινή συσκευή έγχυσης ορών με τη βαρύτητα σε περίπτωση βλάβης της αντλίας.	ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.	8700036SP	TMX	2200	5,9	12.980,00

	A.Χορήγησης λιπιδίων.						
						ΚΑΘΑΡΑ	129.190,00
						ΦΠΑ	29.713,70
						ΣΥΝΟΛΟ	158.903,70

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3Η
 FOCUS MEDICAL HELLAS A.E., ΑΦΜ: 999402646,
 ΚΟΡΥΤΣΑΣ 3Γ, 153 54 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ,
 ΤΗΛ.: 210 6655425, ΦΑΞ: 210 6655470, E-MAIL: info@focusmedical.gr

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΤΥΠΟΣ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / Μ.Μ.	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / ΕΙΔΟΣ
3	Συσκευές χορήγησης αίματος χωρίς αεραγωγό και υποδοχή LUER LOCK	ΙΤΑΛΙΑ ORLY GENERAL SUPPLY S.R.L.	ORLY TRANSFU SSION	TEM	1700	0,32	544,00
9	Ογκομετρική συσκευή χορήγησης ηπαρίνης ή αναλγησίας 50ml για 48h	ΙΤΑΛΙΑ H.S. HOSPITAL SERVICES S.P.A.	INF150-1	TEM	10	25	250,00
10	Ογκομετρική συσκευή χορήγησης ηπαρίνης ή αναλγησίας 150ml για 72h	ΙΤΑΛΙΑ H.S. HOSPITAL SERVICES S.P.A.	INF150-2	TEM	10	25	250,00
						ΚΑΘΑΡΑ	1.044,00
						ΦΠΑ	240,12
						ΣΥΝΟΛΟ	1.284,12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4Η
 EUROMART ΑΕ, ΑΦΜ: 094284004
 ΚΑΒΑΦΗ & ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 1, 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΤΗΛ.: 210 6610849, ΦΑΞ: 210 6047469, E-MAIL: kpg@euromartsa.com

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΤΥΠΟΣ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / Μ.Μ.	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / ΕΙΔΟΣ
1	Συσκευές έγχυσης υγρών μεγαλοσταγόνων, με ενσωματωμένο αεραγωγό με βαλβίδα και υποδοχή LUER LOCK	ΚΙΝΑ / BOEN HEALTHCARE	EUROFLOW	TMX	190000	0,132	26.980,00
						ΦΠΑ	6.205,40
						ΣΥΝΟΛΟ	33.185,40

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5Η
 ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ Ε.Π.Ε, ΑΦΜ: 999656321
 ΚΟΡΥΤΣΑΣ 18, 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ
 ΤΗΛ: 210804947, ΦΑΞ: 2108049377, E-MAIL: info@biokon.gr

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΤΥΠΟΣ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / Μ.Μ.	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / ΕΙΔΟΣ
14	Ειδικό σετ χορήγησης φαρμάκων ακριβείας με σύνδεσμο τύπου spike (καρφί) για την σύνδεση με πιπυσσόμενο ασκό, με Βαλβίδα προστασίας ελεύθερης ροής, με Ενσωματωμένο φίλτρο 0,2 μ με ταυτόχρονη κατακράτηση φυσαλίδων, με καθετήρα προέκτασης 120 cm με Lock άκρο (χωρίς σύνδεση Υ).	ΗΠΑ-ICU MEDICAL	011-H1057 2m AdmSet,ADLB G,w/YClave,R II	TMX	30	2,27	68,10
32	Βαλβίδες ασφαλείας για τη λήψη και τη χορήγηση φαρμάκων με αντιμικροβιακό	ΗΠΑ-ICU MEDICAL	011-C3300 MicroCLAVE Connector	TMX	500	0,9	450,00
						ΚΑΘΑΡΑ	518,10
						ΦΠΑ	119,16
						ΣΥΝΟΛΟ	637,26

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6Η
 ΗΛΙΑΔΗΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ, ΑΦΜ: 084002046

Μ. ΨΕΛΛΟΥ 11Α, 54250 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2310 326725, ΦΑΞ: 2310 328585, E-MAIL: iliadisp@otenet.gr

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΤΥΠΟΣ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / M.M.	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / ΕΙΔΟΣ
33	Συνδετικό αρτηριακής γραμμής 10εκ. (T-piece)	ΤΑΙΒΑΝ, IMMC	ΕΤΑ001	TMX	7000	0,75	5.250,00
						ΦΠΑ	1.207,50
						ΣΥΝΟΛΟ	6.457,50

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8Η
ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε, ΑΦΜ: 094356041,
ΑΙΓΑΙΟΥ 27, 19004 ΣΠΑΤΑ,
ΤΗΛ: 2106630268, ΦΑΞ: 2106630267, E-MAIL: info@inexmedical.gr

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΤΥΠΟΣ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / M.M.	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / ΕΙΔΟΣ
4	Συσκευές για ακριβή χορήγηση υγρών και φαρμάκων με ενσωματωμένο ρυθμιστή μικροσταγόνων, για ακριβή χορήγηση των αγγειοδραστικών φαρμάκων στους ενήλικες, στα παιδιά και στα βρέφη με φίλτρο.	KINA-JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD	RG-1	TMX	20000	0,82	16.400,00
5	Ογκομετρική συσκευή χορήγησης υγρών.	KINA-FUZHOU BOMEIAN MEDICAL Co, LTD	IS-BT-100(100ml), IS-BT-150(150ml)	TMX	3000	0,92	2.760,00
						ΚΑΘΑΡΑ	19.160,00
						ΦΠΑ	4.406,80
						ΣΥΝΟΛΟ	23.566,80

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 9Η
INTER MEDICA ΕΜΜ. Τ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ, ΑΦΜ: 011651035,
ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 71, 142 35 Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ.: 210 2724260, ΦΑΞ: 210 2724261, E-MAIL: info@intermedica.gr

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΤΥΠΟΣ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / M.M.	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / ΕΙΔΟΣ
30	Σύστημα θέρμανσης υγρών – αίματος με κασέτα από κράμα αλουμινίου για τη θέρμανση, η επιθυμητή θερμοκρασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 1 λεπτό. Ο νεκρός όγκος της κασέτας να είναι μικρότερος των 15ml	ΑΜΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΣ GE HEALTHCARE	EN FLOW IV FLUID/BLOOD WARMER - ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΣΕΤΑΣ 980202 EU	TMX	100	12,95	1.295,00
31	Σύστημα θέρμανσης υγρών – αίματος με κασέτα από κράμα αλουμινίου για τη θέρμανση, η επιθυμητή θερμοκρασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 0,5 λεπτό. Ο νεκρός όγκος της κασέτας να είναι μικρότερος των 9ml	ΑΜΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΣ GE HEALTHCARE	EN FLOW IV FLUID/BLOOD WARMER - ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΣΕΤΑΣ 980202 EU	TMX	50	12,95	647,50
						ΚΑΘΑΡΑ	1942,5
						ΦΠΑ	446,78
						ΣΥΝΟΛΟ	2.389,28

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 11Η
ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., ΑΦΜ: 095530045
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 3, 141 21 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ: 210 2880000, ΦΑΞ: 210 9968890, E-MAIL: ioanna_gounalaki@baxter.com

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΤΥΠΟΣ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / M.M.	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ / ΕΙΔΟΣ
34	Θυριδωτός εμφυτεύσιμος καθετήρας τοπικής διήθησης τοπικού αναλγητικού στη χειρουργική τομή, υποδορίως. Ο καθετήρας θα πρέπει: • Να έχει πολλαπλές οπές κατά μήκος του εμφυτεύσιμου τμήματός του για ομοιόμορφη κατανομή του αναλγητικού φαρμάκου στη χειρουργική τομή. • Η διάμετρος του καθετήρα να είναι 19Ga •	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -PLAN 1 HEALTH s.r.l. I-33030	203061002, 203061007, 203061015, 203061030	TMX	25	67	1.675,00

	Να είναι ακτινοσκοπικός και διαβαθμισμένος για αναγνώριση του εμφυτεύσιμου θυριδωτού τμήματος • Να είναι δυνατό να συνδεθεί με ελαστομερή αντλία έγχυσης φαρμάκου	VILLANOVA DI S.DANIELE (UD) -PLAN 1 HEALTH I-33020 AMARO UD					
35	Φορητή συσκευή χορήγησης, μιας χρήσεως με ελαστομερές μπαλόνι και μεταβλητή ροή 5-7-12ml/hr, μέγιστου όγκου 300ml. Με εύκαμπτη, αστάκιση προέκταση, απουσία διακόπτη ροής που μπορεί να διακόψει τη χορήγηση. (ΠΡΟΤΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 34)	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ BAXTER HEALTHCARE COOPERATION MEDICATION DELIVERY 17511 ARMSTRONG AVENUE, USA-IRVINE, CA 92614	C9961	TMX	50	33	1.650,00
							ΚΑΘΑΡΑ 3.325,00
							ΦΠΑ 764,75
							ΣΥΝΟΛΟ 4.089,75

με την υποχρέωση των εταιρειών να προσκομίσουν τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό που απαιτείται για το κάθε α/α της διακήρυξης που τους κατακυρώθηκε, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» της υπ' αριθμ. 30/2012 Διακήρυξης.

- β) Την προμήθεια των παρακάτω ειδών, προϋπολογισθείσας αξίας 53.112,14€, από το ελεύθερο εμπόριο και για όσες φορές χρειαστεί, διότι δεν κατατέθηκαν προσφορές ή υπάρχει υπέρβαση του προϋπολογισμού τους περισσότερο από 10% ή δεν μπορεί να εκτελεστεί η προσφορά του μόνου προσφέροντα λόγω διακοπής της συνεργασίας του με τον κατασκευαστικό οίκο του είδους.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
2	Συσκευές έγχυσης υγρών μικροσταγόνων, με ενσωματωμένο αεραγωγό με υποδοχή LUER LOCK
6	Ογκομετρική συσκευή χορήγησης αίματος
7	Συσκευές χορήγησης υγρών και φαρμάκων με ενσωματωμένο ρυθμιστή μικροσταγόνων, για ακριβή χορήγηση των αγγειοδραστικών φαρμάκων στους ενήλικες, φωτοσκοπικές χορήγησης κυτταροστατικών για χημειοθεραπείες με φίλτρο.
8	Σύστημα θέρμανσης υγρών μέσω συσκευής. Να διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής και ενσωματωμένο 3way για ταχεία χορήγηση φαρμάκου με σύριγγα ή βελόνη, αποστειρωμένο.
11	Συνδετικό καρφί - προέκταση (του παραπάνω).
12	Προεκτάσεις για αντλίες με βαλβίδα μη επιστροφής, με φίλτρο και πλαϊνή επιπλέον προέκταση
22	Συσκευές χορηγήσεως για αντλίες εντερικής σίτισης με λειτουργία σίτισης (συνεχούς ή διακοπτόμενης) Με μηχανισμούς alarm Με δυνατότητα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή Με μπαταρία
23	Συσκευές χορηγήσεως για αντλίες εντερικής σίτισης με λειτουργία έκχυσης (ενυδάτωσης). Με μηχανισμούς alarm. Με δυνατότητα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή. Με μπαταρία
24	Συσκευές χορηγήσεως για αντλίες εντερικής σίτισης με λειτουργία σίτισης (συνεχούς ή διακοπτόμενης) με λειτουργία έκχυσης (ενυδάτωσης), οποιοδήποτε συνδυασμού τους σε ποιότητα και ενέργεια. Με μηχανισμούς alarm. Με δυνατότητα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή. Με μπαταρία
27	Συσκευές για ογκομετρική αντλία έγχυσης με δυνατότητα τριπλής ταυτόχρονης χορήγησης, τα συστήματα να διαθέτουν διακλάδωση Y, να φέρουν ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή της ελεύθερης ροής, το οποίο να διακόπτει τη ροή κατά την αφαίρεση της συσκευής από την αντλία και να μπορούν να απεμπλακούν εύκολα και να χρησιμοποιηθούν σαν κοινή συσκευή έγχυσης ορών με τη βαρύτητα σε περίπτωση βλάβης της αντλίας. Α. Χορήγηση από ορό ή flacon
29	Συσκευές για ογκομετρική αντλία έγχυσης με δυνατότητα τριπλής ταυτόχρονης χορήγησης, τα συστήματα να διαθέτουν διακλάδωση Y, να φέρουν ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή της ελεύθερης ροής, το οποίο να διακόπτει τη ροή κατά την αφαίρεση της συσκευής από την αντλία και να μπορούν να απεμπλακούν εύκολα και να χρησιμοποιηθούν σαν κοινή συσκευή έγχυσης ορών με τη βαρύτητα σε περίπτωση βλάβης της αντλίας.

	A.Χορήγησης φωτοευαίσθητων.
36	Κιτ καθετήρων μικροδιάλυσης με μεμβράνη ανταλλαγής ουσιών εξωκυτταρίου υγρού με μοριακό βάρος μέχρι 300.000 Daltons
37	Σύστημα μικροδιάλυσης το οποίο πρέπει να πραγματοποιεί ελάχιστα επεμβατική παρακολούθηση και καταγραφή του μεσοκυτταρίου υγρού από τον εγκέφαλο ή το σώμα, μέσω μεμβράνης η οποία επιτρέπει τη διέλευση μορίων μέχρι 20.000 Da ή μέχρι 100.000 Da.

γ)Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στις συμμετέχουσες εταιρείες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ

4. Δ'ΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡ'ΙΔΟΥ

5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ

6. ALFRED BARICH

7. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΥΛΗΣ

8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Κασαράκη