

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 1000/2021

Α.Δ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 669Η46906Ψ-4ΗΥ

Α.Δ.Α.Μ.:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
-Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"

No: 52/2021

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Συντήρησης και επισκευής, για ένα (1) έτος, των δεκατριών (13) αναπνευστήρων τύπου Servo-i που λειτουργούν στη Μ.Ε.Θ. και ΜΑΦ του Νοσοκομείου μας

Νίκαια, 03-08-2021, οι υπογράφωντες αφ' ενός μεν ο κ. ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», ενεργώντας με την ιδιότητά του αυτή και αφ' ετέρου ο κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας **SANTAIR A.E.**, ΑΦΜ 094497279, Αγαμέμνωνος 41, Δάφνη, 17235, Αθήνα, τηλ. 210 9714444 & Fax: 210 9763222, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 32085/21-07-2021 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου μας, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερομένη ιδιότητά του, αναθέτει με απ' ευθείας ανάθεση στον δεύτερο συμβαλλόμενο ονομαζόμενο στο εξής Συντηρητή, την συντήρηση και επισκευή, για ένα (1) έτος, των δεκατριών (13) αναπνευστήρων τύπου Servo-i που βρίσκονται και λειτουργούν στη Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. του Νοσοκομείου μας, όπως αυτά περιγράφονται πιο κάτω, σύμφωνα με την πρόταση του συντηρητή, και αντί της αναγραφόμενης και προσφερθείσης τιμής από αυτόν στην οικονομική προσφορά του, ήτοι:

➤ **Ετήσια δαπάνη: 19.760 € + 4.742,4 (Φ.Π.Α. 24%) = 24.502,4 €.**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

Ετήσια πλήρης συντήρηση – επισκευή με κάλυψη ανταλλακτικών δεκατριών (13) αναπνευστήρων της Μ.Ε.Θ.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η εν λόγω συντήρηση αφορά την συντήρηση – επισκευή με κάλυψη ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων 13 service kits 5000 ωρών, 13 κυττάρων O₂ και 13 μεμβρανών για τις κασέτες ασθενούς (εξαιρουμένων των αναλωσίμων, των μπαταριών

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

εναλλακτικής τροφοδοσίας και των κασετών ασθενούς) των δέκα (13) αναπνευστήρων Servo-i του οίκου Maquet Critical Care που βρίσκονται στη Μ.Ε.Θ.

2. Πρόκειται για τους παρακάτω αναπνευστήρες:

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	MAQUET CRITICAL CARE	SERVO I ADULT	27969
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	MAQUET CRITICAL CARE	SERVO I ADULT	27970
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	MAQUET CRITICAL CARE	SERVO I ADULT	27971
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	MAQUET CRITICAL CARE	SERVO I ADULT	27972
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	MAQUET CRITICAL CARE	SERVO I ADULT	27973
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	MAQUET CRITICAL CARE	SERVO I ADULT	27974
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	MAQUET CRITICAL CARE	SERVO I ADULT	27975
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	MAQUET CRITICAL CARE	SERVO I ADULT	27976
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	MAQUET CRITICAL CARE	SERVO I ADULT	27977
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	MAQUET CRITICAL CARE	SERVO I ADULT	27978
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	MAQUET CRITICAL CARE	SERVO I ADULT	58924
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	MAQUET CRITICAL CARE	SERVO I ADULT	58925
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	MAQUET CRITICAL CARE	SERVO I ADULT	58926

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, με αποκλειστικά δικούς της πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους τεχνικούς (εφοδιασμένους με πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου), την πλήρη κάλυψη

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

επανορθωτικών συντηρήσεων, απεριορίστου αριθμού βλαβών, ανταλλακτικών και service kits ανά μηχανήμα, εκτός των περιπτώσεων που οφείλονται σε κακή χρήση, βάσει των απαιτήσεων καθώς και όλες τις διορθωτικές αναβαθμίσεις λογισμικού που προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος.

2. Προληπτική συντήρηση θεωρείται ο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των αντιστοίχων service kits όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Ως service kits νοούνται τα αναγκαία ανταλλακτικά και υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
3. Επανορθωτικές συντηρήσεις θεωρούνται όλες οι αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους της αναδόχου για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων, είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ αυτών των επισκέψεων.
4. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προγραμματισμένες συντηρήσεις, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως ή αν ορίζεται διαφορετικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους.

Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει:

α) Επιθεώρηση του μηχανήματος:

- Οπτικός έλεγχος του αναπνευστήρα
- Καταγραφή ωρών λειτουργίας
- Καταγραφή ωρών λειτουργίας και λογισμικού μηχανήματος
- Καταγραφή τύπου και σειριακού αριθμού κασέτας εκπνοής
- Καταγραφή τύπου και σειριακού αριθμού υγραντήρα
- Καταγραφή τύπου και σειριακού αριθμού νεφελοποιητή

β) Εργασίες συντήρησης:

- Τοποθέτηση / αντικατάσταση ανταλλακτικών συντήρησης (service kit)
- Καθαρισμός φίλτρων
- Καθαρισμός μεμβρανών εισπνοής και εκπνοής
- Έλεγχος και ρύθμιση βαρομετρικής πίεσης

5. Όλα τα αντίστοιχα ανταλλακτικά και service kits θα είναι γνήσια όπως αυτά ορίζονται από τα ενημερωμένα (up to dated) εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
6. Οι ημέρες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με το αντίστοιχο τμήμα και με την επίβλεψη του τμήματος βιοιατρικής του νοσοκομείου .
7. Η ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται χωρίς καμμία επιβάρυνση προς έλεγχο τυχόν βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησης του Νοσοκομείου και εντός 4 ωρών με αποστολή τεχνικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-16:30 μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο, που οφείλει να διαθέσει τη συσκευή την συμφωνημένη ημέρα και ώρα.

Ειδικότερα η απόκριση του τεχνικού θα γίνεται εντός της ίδιας ημέρας, εφ' όσον η αναγγελία της βλάβης γίνει έως τις 12:00 και σε διαφορετική περίπτωση το πρωί της

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

επόμενης εργάσιμης ημέρας. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο, τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη συντήρηση.

8. Η ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού (Service Report) μετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης ή επισκευαστικής εργασίας στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως και να το παραδίδει στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
Ο συντηρητής υποχρεούται για κάθε προγραμματισμένη ή έκτακτη εργασία εντός του κανονικού ωραρίου να ειδοποιεί την επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης, η οποία και θα υπογράφει το Δελτίο Εργασίας, το οποίο θα παραμένει στο Νοσοκομείο.
Για έκτακτες περιπτώσεις και εκτός του κανονικού ωραρίου το Δελτίο Εργασίας θα υπογράφεται από τον/την Υπεύθυνο/η του τμήματος.
9. Η ανάδοχος εταιρεία θα είναι εξουσιοδοτημένη με αντίστοιχη βεβαίωση του εργοστασίου σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, υπάρχουν ή απαιτούνται διορθώσεις, τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις των μηχανημάτων, που εξασφαλίζουν αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς λειτουργία, τότε αυτές θα πραγματοποιούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς διασφάλισης ποιότητας χωρίς καμμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου.
10. Η ανάδοχος εταιρεία θα διαθέτει και θα κάνει χρήση, όλων των απαραίτητων συσκευών και εξοπλισμού που απαιτούνται για τον έλεγχο των μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ασφάλειας, σε κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης και όπως ακριβώς απαιτούνται από τον κατασκευαστικό οίκο.
11. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που το Νοσοκομείο θελήσει να σταματήσει την λειτουργία των υπό συντήρηση μηχανημάτων διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την ισχύ της σύμβασης για κάθε ένα από αυτά.
12. Η ανάδοχος εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2008, ISO 13485 : 2003 και διαθέτει βεβαίωση για την τήρηση συστήματος ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004.
13. Λίστα των τυχόν αναγκαίων αναλωσίμων υλικών και εξαρτημάτων, που εξαιρούνται από τη σύμβαση συντήρησης, με τις αντίστοιχες τιμές οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης:

Κωδικός	Περιγραφή	Τεμάχιο	Τιμή / Τεμάχιο
6696947	Expiratory cassette	1	1.060,00€
6487180	Battery module	1	435,00€
6671775	Φίλτρο Servo duo guard	1	480,00€

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών και την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης της συντήρησης, εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της συντήρησης.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού της ανάδοχου εταιρείας.

ΑΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η ανάδοχος εταιρεία **κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη** από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφ' όσον δεν παρείχε τις σχετικές εργασίες μέσα στον συμβατικό χρόνο.

Στην ανάδοχο εταιρεία που κηρύσσεται έκπτωτη, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση επανειλημμένης αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρείας, το Νοσοκομείο μπορεί να κηρύξει αυτήν έκπτωτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να αναθέσει σε άλλη εταιρεία, με απ' ευθείας συμφωνία, την κάλυψη των αναγκών του.

Στην περίπτωση αυτή, η ανάδοχος εταιρεία βαρύνεται με την διαφορά της τιμής καθώς και για κάθε άλλη ζημία που θα υποστεί το Νοσοκομείο, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκπέσει υπέρ του Νοσοκομείου, ως ποινική ρήτρα.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε **είκοσι (20) ημέρες** από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να **αναφέρει εγγράφως** αυτά και να **προσκομίσει** στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και τα νόμιμα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτή.

ΠΛΗΡΩΜΗ:

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και στο Ν.4152 (ΦΕΚ 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ**

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών **δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως** του πρωτοκόλλου βεβαίωσης της καλής εκτέλεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, από την αρμόδια επιτροπή, σε σχέση με τους προβλεπόμενους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί.

Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016 είναι τα εξής:

- α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 219
- β) Τιμολόγιο του αναδόχου
- γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Σε περίπτωση που το πρωτόκολλο παραλαβής ή το πρακτικό φέρει ξέσματα ή διορθώσεις θα πρέπει στο σημείο αυτό να υπογράψει η Επιτροπή και να τίθεται και η σφραγίδα του Νοσοκομείου.

Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του κάθε τιμολογίου.

Η τιμολόγηση του ποσού της σύμβασης θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο με έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, με την λήξη κάθε ημερολογιακού **τριμήνου** κάλυψης.

Σε περίπτωση που η πληρωμή τιμολογίων καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από τον ως άνω προβλεπόμενο χρόνο εξόφλησης, τότε η ανάδοχος εταιρεία δύναται να διακόψει την ισχύ της σύμβασης συντήρησης μέχρι την αποπληρωμή των καθυστερημένων τιμολογίων.

Ο συντηρητής υποχρεούται με την προσκόμιση του τιμολογίου να καταθέτει και το Δελτίο Εργασίας (σε φωτοτυπία).

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- ✓ ποσοστού 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το Υ.Υ. & Κ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.3580/07, την υπ' αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-09 Κ.Υ.Α. του Υ.Υ. & Κ.Α. και την υπ' αριθμ. ΔΥ6α/οικ.75262/4-6-09 εγκύκλιο της Κ.Υ. του Υ.Υ. & Κ.Α.
- ✓ ποσοστού 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ' αυτού) επί του καθαρού συμβατικού τμήματος και βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011, και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

- ✓ ποσοστού 0,06% (ΑΡ. 375 Ν 4412/16) υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ' αυτού) επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος και βάσει της υπ' αριθμ. 1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017.
 - ✓ 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013.
- Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η ανάδοχος εταιρεία, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε εγγυητική επιστολή ποσού **988,00 €** της **ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ**, Νο: 633/760828-4/Β'.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η χρονική ισχύς της σύμβασης είναι διετής και αρχίζει από **01-08-2021 έως 31-07-2022**.

Η ανάδοχος εταιρεία δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της σύμβασης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση, ισχύουν οι όροι της περί προμηθειών ισχύουσας νομοθεσίας.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε 3 αντίγραφα, έλαβε το ένα αντίγραφο ο ανάδοχος εταιρεία / συντηρητής και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ