**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ****1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ****Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ**

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡ:ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ.Γ

ΤΗΛ.: 2132052511-513

Δ1

101

Ημερομηνία 1.4.2025

Αρ. Πρωτ.: 4437/04-04-2025

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ : «Έγκριση σκοπιμότητας εκτιμώμενης δαπάνης ύψους 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του ΚΑΕ 7131α του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 2025, για τη διενέργεια πρόσκλησης ενδιαφέροντος προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια Δυο (2) τεμάχια **Συστήματος Ρυθμιζόμενου Ηλεκτρονικού Θερμαντήρα** για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης»

Διατάξεις

α) Τον Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υ.Υ. & Κ.Α. & λοιπές διατάξεις».

β) Τον Ν.4782/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί συμβάσεων, προμηθειών, υπηρεσιών του Δημοσίου κ.λπ.

γ) Τον Ν.3329/05, Άρθρο 7, §6 & §8

δ) Τον Ν. 3861/2010- Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

ε) Το Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες

ΣΧΕΤ. : στ) Τις διατάξεις του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

ζ) Τον Ν.4213/09.12.13 άρθρο 18 «τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκομεία του ΕΣΥ διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό την εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου Διοίκησης: «Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης» και Γ.Ν. Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ».

η) Το ΦΕΚ 1239/31-12-22 (τεύχος ΥΟΔΔ) «Παράταση θητείας κοινού Διοικητή στα διασυνδεόμενα ΝΠΔΔ Νοσοκομείων Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ» & «Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης».

θ) Την με αριθμό Πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ.687/04-01-2023 απόφαση της Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την παράταση θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης»

- ια) Τον Ν. 4024/2011 - Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση
 ιβ) Τον με αριθμό Πρωτ.2830/6-3-2025 της Διευθύντριας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.


Λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανάγκη προμήθειας **Συστήματος Ρυθμιζόμενου Ηλεκτρονικού Θερμαντήρα** για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας λόγω παλαιότητας (πάνω από 10 χρόνια) ξεπερασμένης τεχνολογίας και μη σωστής νεφελοποίησης εναιωρήματος των ήδη υπάρχοντων .

Αποφασίζουμε:

- την έγκριση σκοπιμότητας, εκτιμώμενης δαπάνης ύψους 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού 2025 - ΚΑΕ 7131α- προκειμένου να διενεργηθεί ο υποδεικνυόμενος από την ακόλουθη τεχνική περιγραφή διαγωνισμός.
- Τις εγκρίσεις των τεχνικών προδιαγραφών (Επισυνάπτονται)
- τη διενέργεια πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και μόνον εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί.
- την έγκριση συγκρότησης της κάτωθι επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Μ.Ε.Θ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΙΤΗΣ Β' ΩΡΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ ΔΩΡΑ Π.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛ. 2132052511-513**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ**

- Να λειτουργεί με τάση δικτύου (220V / 50 HZ) και να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους.
- Ο εξωτερικός ρυθμιζόμενος ηλεκτρονικός θερμαντήρας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με το προ γεμισμένο σύστημα νεφελοποίησης Aquarak για την παράδοση θερμαινόμενου αερολύματος.
- Να διαθέτει διακόπτη on-off και επιλογή ισχύος με ρυθμιζόμενη ένταση για την κάλυψη αναγκών των ασθενών.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο(2) χρόνια.
- Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:2016 και να συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 60601-1, εν 60601-1-2 και ROHS.
- Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE.
- Να διατεθεί δείγμα για αξιολόγηση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 2
---	------------------

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ