

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ****6^η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ**

Πρέβεζα 03-3-2015

Αριθ.Πρωτ.: ΔΣ/192

**Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ****Γραφείο: Διοικητή****Τηλ.: 2682 0 89808****Φαξ: 2682 0 89764****E-mail: manager@prevezahospital.gr****Ταχ. Διεύθυνση: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα****ΑΠΟΦΑΣΗ****Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 άρθρο 6 παρ.3,«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις των συναφών θεμάτων»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Τομέα»
4. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 άρθρο 13,Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν.1861/2010(ΦΕΚ112/Α/13.07.2010)άρθρο 24 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,διοικητικών και αυτοδιοικητικών στο Διαδίκτυο οργάνων <<Πρόγραμμα Διαύγεια>>και άλλες διατάξεις.
6. Το Ν.3867/3-8-2010 άρθρο 27 παρ.11περί προμήθειας εξοπλισμού έως 45.000€ χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο.
7. Την ανάγκη επισκευής του μοναδικού Συστήματος Δοκιμασίας Κόπωσης QUINTON model Q-STRESS της Καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου.
8. Το γεγονός ότι το σύστημα δοκιμασίας κόπωσης βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης του προγράμματος και γενικότερα της μονάδας του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
9. Την υπ αρ 1596/02-3-2014 προσφορά της εταιρείας BMG ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ που είναι εξουσιοδοτημένη για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης από την προμηθεύτρια Εταιρεία ELEMENT του Μηχανήματος .
10. Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες βλάβες προκύπτουν σπανίως ούτε και μπορούν να προβλεφτούν χρονικά και ως εκ τούτου να ενταχθούν οι υπηρεσίες επισκευών σε ΠΠΥΥ.
11. Ότι δεν υπάρχει σε ισχύ σχετική σύμβαση, βάσει της οποίας μπορούμε να προβούμε στην παραπάνω προμήθεια.
12. Την άμεση ανάγκη για την λειτουργία του Μηχανήματος προκειμένου,για τη μη διατάραξη της λειτουργίας της Καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Λόγω του επείγοντος, την άμεση έγκριση για την επισκευή, ως κάτωθι, ήτοι:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ	Α.Φ.Μ.	ΤΕΜ.	ΣΥΝ..ΤΙΜΗ	ΚΑΕ
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ QUINTON model Q-STRESS	BMG ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	103104320	1	799,50€	0887

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **799,50€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 2015.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ**