

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 81/15

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : 129.150,00 € με ΦΠΑ)

Για την συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού (Μηχανήματα οίκου OLYMPUS και του Αξονικού Τομογράφου)

Χρονολογία κατάρτισης : 15-4-2015

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν Ιωνίας

Ημερομηνία λήξης : 14-4-2016 με δικαίωμα μονομερούς δίμηνης παράτασης

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο ΛΥΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Διοικητής του Νοσοκομείου, νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής "Νοσοκομείο" και

2.Η εταιρεία ΠΡΩΤΟΝ Ιουλιανού 2 Μεταμόρφωση Αθήνα τηλ 212806200 φαξ 2102806210 ΑΦΜ 094442268, νόμιμα εκπροσωπούμενη από καλούμενη στο εξής " Συντηρητής "

Β' ΟΡΟΙ

Το "Νοσοκομείο" έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ 5/14 διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου
2. Τις από 17-2-2015 (2η Συν Θεμ Α17) και 7-4-2015 (7^η Συν Θεμα Α6), αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού .

α ν α θ έ τ ε ι

στον " Συντηρητή " την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1^ο
ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών .

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο "Ανάδοχος " θα προσκομίζει

1. Τιμολόγιο
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.
Τον "Ανάδοχο" θα βαρύνουν
 - α). Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07
 - β). Φόρος 8 % αρ. 24 Ν 2198 /22-4-98
 - γ). Ποσοστό 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

ΑΡΘΡΟ 2^ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο "Ανάδοχος" για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατέθεσε την
αρ..... εγγυητική επιστολή / γραμμάτιο
Ποσού ευρώ η οποία θα επιστραφεί στον δικαιούχο μετά την εκπλήρωση
όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ 5/14
Διακήρυξης του "Νοσοκομείου" και η κείμενη σχετική νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 4^ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον προμηθευτή να
εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει
οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή
συναίνεση του νοσοκομείου .

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα
και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ
147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται
ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι
εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις
διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση
εκχώρησης . Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η
τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου .

2. Ο "Προμηθευτής" δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και
περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά
ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία ,
παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά
μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

3. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από τη 1^η ΥΠΕ
Αττικής ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία .

ΑΡΘΡΟ 5

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

**1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ.
(ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)**

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης στα μηχανήματα του οίκου OLYMPUS του παρακάτω πίνακα καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης:

ΜΟΝΤΕΛΟ	SERIAL NUMBER	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GIF – Q165	2904973	Βίντεο –Γαστροσκόπιο
GIF-1TQ160	2500317	Βίντεο –Γαστροσκόπιο
GF-Q145LD	2513008	Βίντεο –Κολονοσκόπιο
CF-Q145L	2100260	Βίντεο –κολονοσκόπιο
TJF-145	2701327	Βίντεο – δωδεκαδακτυλοσκόπιο
TJF-145	210088	Βίντεο – δωδεκαδακτυλοσκόπιο
CLV-160	7122512	Πηγή ψυχρού φωτισμού
EXERA II CLV – 180	7808542	Πηγή ψυχρού φωτισμού
CLV-160	7545497	Πηγή ψυχρού φωτισμού
CLE-10	7147284	Πηγή ψυχρού φωτισμού
CV-145	71011037	Επεξεργαστής
CV-145DE	7413685	Βίντεο –Επεξεργαστής
EXERA II CV – 180	7889936	Βίντεο –Επεξεργαστής
OEV-203D1	A411788	Monitor
PVM-14N6E	6013479	Monitor
ETD – 3GA	09131004	Πλυντήριο
OEV-191H	7820099	Monitor
HF-120	10128-037	Διαθερμία
SSU-2D	2511913	Αναρρόφηση
KV-4	01-08379	Αναρρόφηση
CF-Q165L	2103745	Βίντεο –κολονοσκόπιο
UP-21MD	83714	Εκτυπωτής
UP-21MD	84520	Εκτυπωτής
CLV-160	7225361	Πηγή ψυχρού φωτισμού
CV-160	7207170	Επεξεργαστής
CFQ 145L	2200790	Βίντεο –κολονοσκόπιο
GIF Q160	2204009	Βίντεο –Γαστροσκόπιο
KV 5	0310913	Αναρρόφηση

1. Τέσσερις (4) προγραμματισμένους ελέγχους προληπτικής συντήρησης και τις έκτακτες βλάβες που θα παρουσιαστούν ενδιάμεσα στις συντηρήσεις.
2. Οι προγραμματισμένες επισκευές περιλαμβάνουν τους παρακάτω ελέγχους και ανταλλακτικά :
 - α. Έλεγχος διαρροής
 - β. Έλεγχος λειτουργίας
 - γ. Ηλεκτρικός /Ιατρικός έλεγχος ασφαλείας
 - δ. Αντικατάσταση προστατευτικού ευκάμπτου τμήματος
(περιλαμβανομένου ανταλλακτικών)
 - ε. Ρύθμιση γωνιώσεων
 - στ. Αντικατάσταση ακροφυσίου (περιλαμβανομένου ανταλλακτικών)
 - ζ. Αντικατάσταση εξωτερικού φρένου (περιλαμβανομένου

ανταλλακτικών)

- η. Αντικατάσταση εσωτερικού φρένου (περιλαμβανομένου ανταλλακτικών)
- θ. Ρύθμιση συρματόσχοινου ανυψωτή
- ι. Αντικατάσταση δακτυλιδιών (περιλαμβανομένου ανταλλακτικών)
- κ. Τελικός έλεγχος

Θα περιλαμβάνονται ανταλλακτικά όπως :

1. Προστατευτικά ευκάμπτου τμήματος
2. Ακροφύσια
3. Στεγανοποιητικά δακτυλίδια
4. Διακόπτες on / off
5. Επαφές συνδετικού
6. Ακίδες στήριξης
7. Φίλτρα αέρα
3. Θα περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα ανταλλακτικά για τις επισκευές των μηχανημάτων όπως :
 1. Μονάδα εισαγωγής ασθενή
 2. Χειριστήριο για όλους τους τύπους οργάνων
 3. Εξωτερικός σωλήνας εισαγωγής ασθενή για όλους τους τύπους των οργάνων.
 4. Συνδετικά (μονάδα επαφών κλπ) για όλα τα βίντεο –ενδοσκόπια
 5. Εξωτερικοί φακοί ακραίου τμήματος για όλους τους τύπους οργάνων
 6. Κανάλια βιοψίας
 7. Κανάλια αναρρόφησης
 8. Κανάλια αέρα / νερού
 9. Φακοί εικόνας
 10. Φακοί φωτισμού
 11. Εξωτερική σωλήνα εισαγωγής ασθενή
 12. Σωλήνα φωτισμού
 13. Διακόπτες χειριστηρίου
 14. Κλειδιά χειριστηρίου
 15. Κανάλια συρματόσχοινου ανυψωτή
 16. Αντλίες
 17. Πλακέτες
 18. Τροφοδοτικά .

Δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά όπως λυχνίες XENON, λυχνίες UV, συνδετικά καλώδια (video scope cable, connecting cable, σπιράλ καλώδιο, s-video cable κλπ), συνδετικοί σωλήνες (π.χ. αναρρόφησης, παροχής νερού, παροχής αέρα κλπ). Αναλώσιμα υλικά θεωρούνται επίσης : κάθε είδος φίλτρου, βαλβίδες αέρα / νερού / αναρρόφησης, καλύμματα επαφών, τάπες βιοψιών, βούρτσες καθαρισμού κλπ, και τα οποία μπορεί να απαιτηθούν κατά την ανωτέρω συντήρηση και επισκευές.

4. Η προληπτική συντήρηση γίνεται μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την συντήρηση. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαθέσει την συσκευή για την συντήρηση στον συμφωνημένο τόπο και χρόνο.

5. Ο συντηρητής θα αναλαμβάνει την παροχή <Δανεικών> συσκευών, εφόσον ο χρόνος επισκευής της καλυπτόμενης συσκευής υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού .
6. Ο συντηρητής δεν θα ευθύνεται για την αποκατάσταση βλαβών ή εν γένει ανωμαλιών που προήλθαν
 - α. από επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων τεχνικών του συντηρητή από συνθήκες που δεν ακολουθούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (π.χ θερμοκρασία ,υγρασία ,τάση δικτύου, χρησιμοποίηση ξένων ανταλλακτικών ή αναλωσίμων ,παροχή υπηρεσιών από προσωπικό ξένο προς την εταιρεία κ.λ.π)
 - β. Από λόγους ανωτέρας βίας (π.χ ατύχημα διακυμάνσεις ρεύματος, κλοπή , κεραυνός πλημμύρα ,τρομοκρατική ενέργεια. κ.λ.π)
 - γ. Από εξωτερικές επεμβάσεις των χειριστών/ κακή χρήση/ πτώση/ υγρασία εσωτερική/ θραύση φακών. Επίσης δεν περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών της εξωτερικής επιφάνειας των μονάδων που γίνεται με εντολή του πελάτη
7. Η τεχνική εξυπηρέτηση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00-16-00) μετά από συνεννόηση με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου το οποίο οφείλει να διαθέσει την συσκευή , στην συμφωνημένη ημέρα και ώρα .
8. Η παρεχόμενη τεχνική εργασία (συντήρηση –επισκευή) θα αναγράφεται στο τεχνικό δελτίο εξυπηρέτησεως που συνοδεύει τη συσκευή το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό του Νοσοκομείου και τον τεχνικό της Εταιρείας.
9. Ο συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα ISO τεχνικής υποστήριξης των μηχανημάτων.
10. Παρακαλείται όπως η εταιρεία μας παραδώσει κατάλογο πελατών της από το οποίο θα φαίνονται τα έτη συνεργασίας και το είδος των μηχανημάτων που καλύπτει
11. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει την τεχνική επάρκεια στη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Ο συντηρητής θα ανταποκρίνεται εντός 36 ωρών σε κάθε έγγραφη κλήση του <Νοσοκομείου> για βλάβη .Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρου ορίου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% της ετήσιας αμοιβής συντήρησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

1. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης την πλήρη συντήρηση του Αξονικού Τομογράφου TOSHIBA Asteion S4 και ειδικότερα την :

Α. Αξία εργασιών τεσσάρων (4) προληπτικών συντηρήσεων

Β. Αξία εργασιών αποκατάστασης απεριόριστου αριθμού βλαβών

Γ.Αξία όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών συμπεριλαμβανομένης και της ακτινολογικής λυχνίας , ανεξαρτήτως του αριθμού των τομών που θα πραγματοποιηθούν .

Στα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται τα παντός είδους αναλώσιμα (φίλμ, εύκαμπτοι μαγνητικοί και οπτικοί δίσκοι , αφρώδη στηρίγματα ασθενών , κτλ)

Τα ανταλλακτικά να είναι καινούργια και να συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύηση .

2.Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τηλεφωνική στήριξη μετά το πέρας του εργασίμου ωραρίου τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και κατά την διάρκεια αργιών και Σαββατοκύριακων από τις 08.00 –21.00

3.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του κατασκευαστή των μηχανημάτων

4.Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και των προβλεπόμενων από αυτές ανοχών .

5.Ο μέγιστος επιτρεπόμενος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (DOWN TIME) του κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών , καθορίζεται στις (15) ημέρες .Ο υπολογισμός του παραπάνω επιτρεπτού χρόνου μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα πραγματοποιηθεί αιτιολογικά στο τέλος του χρόνου ισχύος της σύμβασης , προκειμένου να υπολογισθεί η εφαρμογή της ποινικής ρήτρας της παραγράφου 6 .

6.Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των προβλεπόμενων επιτρεπτών ορίων μη λειτουργίας (DOWN TIME) των μηχανημάτων η εταιρεία θα υποχρεούται να καταβάλλει στο νοσοκομείο το ποσό των 100 ευρώ για κάθε ημέρα πέραν των 15 ημερών .Το ποσό αυτό θα αφαιρείται από το συνολικό τίμημα της σύμβασης .

7.Ο συντηρητής υποχρεούται να προσέρχεται προς αποκατάσταση των βλαβών το ταχύτερο δυνατό από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης , και οπωσδήποτε όχι πέρα των 12 ωρών από την ειδοποίηση

8. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει την τεχνική επάρκεια στη συντήρηση και επισκευή του αξονικού τομογράφου

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΛΥΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ