

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τηλ. 210 550 2244

ΚΟΙΝ :

Φ.830/12647

Σ.2710

Ελευσίνα, 15 Οκτ 21

ΘΕΜΑ:Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών[Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ' Αριθμ. 27/2021]**ΣΧΕΤ :**

α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ009358504 2021-10-13.

β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ009375118 2021-10-15

1. Σε συνέχεια σχετικών, προσκαλείται οι οικονομικοί φορείς του πίνακα αποδεκτών για την υποβολή οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με αντικείμενο την προμήθεια αυτόματης συσκευής μέτρησης επιφανειακής τάσης, όπως αυτό απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Είδος – Περιγραφή	CPV	Μονάδα Μέτρησης (Μ.Μ.)	Αιτούμενη Ποσότητα	Εκτιμώμενη Αξία ανά Μ.Μ. (άνευ ΦΠΑ) σε €	Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (άνευ ΦΠΑ) σε €
1	Εργαστηριακό Ψηφιακό Πυκνόμετρο	38432000-2	TEM	1	7.700,00	7.700,00
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)						7.700,00
Ποσοστό ΦΠΑ 24% (€)						1.848,00
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία με ΦΠΑ (€)						9.548,00

2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 8,27868%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.

4. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α. Τεχνική Προδιαγραφή ή Στοιχεία: Ως τον πίνακα της παραγράφου §1 του παρόντος και των διαλαμβανομένων στην επισυναπτόμενη με την παρούσα ΠΕΔ.

β. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια αγαθά θα παραδοθούν στη Μοίρα Εφοδιασμού του ΚΕΑ στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, το ταχύτερο δυνατό και εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, η οποία εκκινεί από την επόμενη της ημερομηνίας κοινοποίησης στο

μειοδότη της απόφασης ανάθεσης της προμήθειας. Λόγω επικείμενης λήξης του οικονομικού έτους 2021, η Υπηρεσία (ΚΕΑ) διατηρεί το δικαίωμα της προ από την καθορισθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης τροποποίησης παράδοσης των συμβατικών αντικειμένων, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις τεθείσες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) ημερομηνίες.

γ. Υφίσταται η δυνατότητα ολικής ή τμηματικής παράδοσης των αγαθών, εντός της ανωτέρω τιθέμενης προθεσμίας παράδοσης.

δ. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Το υπό προμήθεια αγαθό παραδίδεται στην αρμόδια Διαχείριση της Μοίρας Εφοδιασμού του ΚΕΑ κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των αγαθών που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του κ. Διοικητή του ΚΕΑ. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής του αγαθού διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, με μακροσκοπική εξέταση. Στην εν λόγω διαδικασία παραλαβής μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί εκτροπή από τα προβλεπόμενα από την προδιαγραφή του υπό προμήθεια υλικού, τότε το ΚΕΑ, ως Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για την απόρριψη της παρτίδας και ο προμηθευτής υποχρεούται όπως προβεί στην αντικατάσταση του ελλειμματικού υλικού με μέρητά του και αδαπάνως για το ΚΕΑ, εντός του χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης σε αυτόν (προμηθευτή) του οικείου πρωτοκόλλου απόρριψης της παρτίδας. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος μεταφοράς του υλικού για την αποκατάσταση της ελαττωματικότητας βαρύνει τον προμηθευτή και σε καμία περίπτωση την Υπηρεσία (ΚΕΑ).

ε. Χρόνος ισχύος προσφοράς: Οι προσφορές να έχουν ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής τους στο ΚΕΑ.

στ. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας, καθώς επίσης και της ακριβής τήρησης προδιαγραφών βάσει του πίνακα της παραγράφου §1 του παρόντος.

ζ. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των οικονομοτεχνικών προσφορών είναι η 19 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη. Προσφορές που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη κανονικές και δεν αξιολογούνται.

η. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς: Ο οικονομικός φορέας ή οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται ονομαστικά με το παρόν. Επισημαίνεται ότι, δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (Άρθρο 120, παρ. 3α του Ν.4412/16).

θ. Τρόπος υποβολής προσφορών: Η υποβολή προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά, μέχρι και την 19 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τμήματος οικονομικού/ΚΕΑ: oik.kea@haf.gr. Εναλλακτικά, η υποβολή προσφορών γίνεται είτε ταχυδρομικά, είτε ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Κεντρική Γραμματεία του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ), λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι που προσκαλούνται στην υπόψη προμήθεια του ΚΕΑ μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, ως εξής:

(1) Την αποστολή τους στη Διεύθυνση: Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (Κεντρική Γραμματεία ΚΕΑ) - Αεροπορική Βάση (ΑΒ) Ελευσίνας (Βόρεια Πύλη ΑΒ Ελευσίνας πλησίον Λεωφ. ΝΑΤΟ - Ελευσίνα, ΤΚ.19200 ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο ΚΕΑ μέχρι την 19 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, τις εργάσιμες ημέρες (Δευτ-Παρ) και ώρες (08:00-14:00). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το ΚΕΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

(2) Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Κεντρική Γραμματεία του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ), μέχρι την 19 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, τις εργάσιμες ημέρες (Δευτ-Παρ) και ώρες (08:00-14:00), λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, αφού προηγηθεί η πρότερη και έγκαιρη τηλεφωνική επικοινωνία για την παροχή των προσωπικών στοιχείων στο τηλ. 210/5502240-41-44 (ΚΕΑ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) και 210/5502105 (ΚΕΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) για την έκδοση της ειδικής άδειας εισόδου στον στρατιωτικό χώρο του ΚΕΑ ή εναλλακτικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη ταχυδρομική διεύθυνση oik.kea@haf.gr.

(3) Ειδικότερα, στην προσφορά θα περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή (μη επεξεργάσιμη – pdf):

(α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ από κάποια Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ κλπ, όπως εκάστοτε ισχύει ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr (Άρθρο εικοστό έβδομο της ΠΝΠ ΦΕΚ Α' 68/2020 που κυρώθηκε με Ν. 4683/2020, Εγκύκλιος ΑΔΑ - ΩΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ), στην οποία:

1/ Να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην οποία συμμετέχει και να αποδέχεται ρητά όλους τους όρους της εν λόγω πρόσκλησης (27/2021/ΚΕΑ).

2/ Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 2 α) και β) του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

3/ Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του κυρώσεις οριζόντιου αποκλεισμού, του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.

(β) Τεχνική προσφορά από την οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις προδιαγραφές και τους όρους, καθώς και τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια.

(γ) Οικονομική προσφορά ως το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α» του παρόντος.

Ι. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών - Έκδοση απόφασης ανάθεσης:

(1) Η αναθέτουσα αρχή κάνει αξιολόγηση των προσφορών, αποκλείοντας όσους οικονομικούς φορείς δεν κατέθεσαν προσφορές που να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς (ΠΥΠ).

(2) Η αναθέτουσα αρχή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, αποστέλλει, με κάθε πρόσφορο μέσο (είτε εγγράφως, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε μέσω μηνύματος τηλεομοιοτυπίας κλπ) πρόσκληση στο μειοδότη υποψήφιο οικονομικό φορέα, και τον προσκαλεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, για την προσκόμιση:

(α) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι **υπεύθυνης δήλωσης** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, όπως εκάστοτε ισχύει ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr (Άρθρο εικοστό έβδομο της ΠΝΠ ΦΕΚ Α' 68/2020 που κυρώθηκε με Ν. 4683/2020, Εγκύκλιος ΑΔΑ - Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ), εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/16. Πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης. Εναλλακτικά, δίδεται η δυνατότητα προσκόμισης, αποσπάσματος του ποινικού μητρώου [έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του], με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

(β) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι πιστοποιητικά **φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική

ασφάλιση. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

(γ) **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, όπως εκάστοτε ισχύει ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας www.gon.gr (Άρθρο εικοστό έβδομο της ΠΝΠ ΦΕΚ Α' 68/2020 που κυρώθηκε με Ν. 4683/2020, Εγκύκλιος ΑΔΑ - Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ), η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, στο πλαίσιο του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.

(δ) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά **έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης** του οικονομικού φορέα. Το συγκεκριμένο αποδεικτικό (νόμιμης εκπροσώπησης) πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

(3) Εφόσον τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι αποδεκτά, η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση ανάθεσης, την οποία αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την κοινοποιεί ειδικώς στον ανάδοχο και στους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που κλήθηκαν να καταθέσουν προσφορά και κατέθεσαν. Επισημαίνεται ότι, με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

(4) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για 80% μέχρι και το 120% της ποσότητας αγαθών. Το ποσοστό θα καθορίζεται επακριβώς στην απόφαση ανάθεσης προμήθειας και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 105, παρ. 1 του Ν.4412/2016 και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται η υπέρβαση της προϋπολογισθείσας αξίας των ευρώ 9.548,00 (με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και παρακράτησης φόρου εισοδήματος).

(5) Προσκαλείται ο ανάδοχος για υπογραφή του συμφωνητικού. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό του σε μορφή IBAN, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

ια. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής Επιτροπής του Εργοστασίου ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος του Εργοστασίου που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

(2) Γραμμάτια εισαγωγής των υλικών στις αποθήκες του ΚΕΑ ή αντίστοιχη βεβαίωση.

(3) Τιμολόγιο/α του προμηθευτή.

(4) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης) τα οποία θα πρέπει να προσκομίστούν στο αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Αθηνών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ/ΔΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ).

ιβ. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή 100% του τιμήματος του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών (ΔΣΤ/ΠΑ):

(1) Το αργότερο εντός τριάντα (30) με εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής (Ν.4152/2013).

(2) Εφόσον προβλέπεται από το συμφωνητικό διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανόμενων αγαθών με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, και εάν η αναθέτουσα αρχή παραλάβει το τιμολόγιο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή επαλήθευση, τριάντα (30) έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή (δηλ. την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αποδοχής ή επαλήθευσης).

ιγ. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/2016.

ιδ. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του Π.Δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (Άρθρο 127, παρ. 1 του Ν.4412/16).

5. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της υπόψη προμήθειας:

α. ΚΕΑ/Τμήμα Οικονομικού, χειρίστριες: Επισμηνίας (ΥΤΑ) Ελένη Κουφού και Σμηνίας(ΥΤΑ) Δέσποινα Μπουζέκη, Διαχειρίστριες Δαπανών (τηλ. 210-5502244) περί θεμάτων οικονομικής φύσεως & διαδικασιών της προμήθειας προς την αναθέτουσα αρχή

β. ΚΕΑ/Διεύθυνση Χημείου, χειριστής Μόνιμος Υπάλληλος με Α' Βαθμό Α. Ανθουλιάς (τηλ. 210-5502344, 6983506822), για θέματα σχετικά με τα τεχνικά

στοιχεία του υλικού

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (ΜΑ) Άγγελος Τσοροβάς
Διοικητής

Σμηνίας (ΥΤΑ) Δέσποινα Μπουζέκη
Διαχειρίστρια Δαπανών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
«Β» ΠΕΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

« Tech Line SA»
Ελευθερίας 4
ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΚ 14564
τηλ. 210 5281990-6 fax 210 5222965
email: salesrep.6@techlinesa.com

HELLAMCO ΑΕ
Δελφών 13
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΚ 15233
τηλ. 210 6895260 fax 210 6801672
email: info@hellamco.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΚΕΑ/ΧΗΜ,ΜΕΦ,ΟΙΚ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
15 Οκτ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕ Φ.830/ 12647/Σ.2710

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:

ΑΦΜ:, Δ.Ο.Υ.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δνση, ΤΚ

τηλ....., φαξ....., email:

A/A	CPV	Περιγραφή Είδους	MM	Ποσό- τητα	Τιμή MM χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α. (%)
(1)	(2)	(3) ¹	(4) ²	(5) ³	(6) ⁴	(7) ⁵	(8)
1							
2							
3							
4							
⁶ Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :							
Φ.Π.Α. 24% (€) :						0,00	
⁷ Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :							

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 8,27868%.

¹ Αναγράφεται η Περιγραφή εκάστου είδους (αγαθού ή υπηρεσίας), όπως έχει τεθεί στην Πρόσκληση.

² Αναγράφεται η Μονάδα Μέτρησης (MM) με την οποία προσφέρεται έκαστο είδος (π.χ. αγαθό: τεμάχιο, χιλιόγραμμο κ.ά. – παροχή υπηρεσίας: άπαξ, ημέρες, μήνες, έτος κ.ά.), όπως ζητείται με την Τεχνική Προδιαγραφή της Πρόσκλησης ή άλλη συμβατή.

³ Αναγράφεται η Ποσότητα εκάστου προσφερόμενου είδους βάσει της προσφερόμενης Μονάδα Μέτρησης (MM).

⁴ Αναγράφεται η προσφερόμενη Τιμή Μονάδας Μέτρησης εκάστου προσφερόμενου είδους σε ευρώ (μόνο αριθμητικά με δύο δεκαδικά ψηφία).

⁵ Αναγράφεται η Συνολική Αξία εκάστου προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ, αριθμητικά με δύο δεκαδικά ψηφία, η οποία πρέπει να προκύπτει ως το γινόμενο της Ποσότητας [Στήλη (5)] επί την Τιμή Μονάδας Μέτρησης [Στήλη (6)]. Σε περίπτωση που το είδος προσφέρεται με έκπτωση, αυτή η έκπτωση συνυπολογίζεται στην προσφερόμενη Τιμή Μονάδας Μέτρησης και όχι στην Συνολική Αξία του προσφερόμενου είδους, ειδάλλως η προσφορά θεωρείται εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά και απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα με τους όρους της Πρόκλησης.

⁶ Αναγράφεται η Συνολική Αξία των προσφερόμενων ειδών χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ, αριθμητικά με δύο δεκαδικά ψηφία, η οποία πρέπει να προκύπτει ως το άθροισμα των Συνολικών Αξιών της Στήλης (7). Σε περίπτωση προσφερόμενης έκπτωσης, αυτή η έκπτωση συνυπολογίζεται στην προσφερόμενη Τιμή Μονάδας Μέτρησης εκάστου είδους και όχι στην Συνολική Αξία των προσφερόμενων ειδών, ειδάλλως η προσφορά θεωρείται εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά και απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

⁷ Αναγράφεται η Συνολική Αξία των προσφερόμενων ειδών με Φ.Π.Α. σε ευρώ, αριθμητικά με δύο δεκαδικά ψηφία.

2. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ, για παράδοση των αγαθών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων ποσοστού 8,27868%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013.
4. Στις προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται τα τυχόν τελωνειακά έξοδα και τους τυχόν δασμούς εισαγωγής/διακίνησης των υπόψη υλικών που αφορούν στην μεταφορά των προσφερόμενων ειδών στην έδρα του οικονομικού φορέα, καθώς και κάθε άλλο κρυφό έξοδο που αφορά στην υπόψη προμήθεια και δεν δηλώνεται στον παρόν.
5. Ισχύς Προσφοράς: τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσής της στο Εργοστάσιο (ΚΕΑ) για την πρόσκληση υπ' αριθμ. 27/2021/ΚΕΑ.
- 6 Χρόνος Παράδοσης του συνόλου των υλικών στο ΚΕΑ: σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία (απόφασης ανάθεσης του ΚΕΑ).

Σμηνίας (ΥΤΑ) Δέσποινα Μπουζέκη
Διαχειρίστρια Δαπανών

Επισμηναγός (Ο) Χαράλαμπος Πάνος
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ –Α – 00801

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	ΣΕΛΙΔΑ
1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	3
3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	4
4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4
4.1 Ορισμός Υλικού	4
4.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων	4
4.3 Φυσικά Χαρακτηριστικά	4
4.4 Αξιοπιστία	5
4.5 Δυνατότητα Συντήρησης	5
4.6 Περιβάλλον	5
4.7 Σχεδιασμός και Κατασκευή	5
4.7.1 Υλικά / Εξαρτήματα	5
4.8 Παρελκόμενα	6
4.9 Επισημάνση Υλικού	6
5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	6
5.1 Συσκευασία	6
6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	6
6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά	6
6.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές	6
7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	7
7.1 Εγκατάσταση	7
7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης	7
8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8
9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	9
10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	9

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τις απαιτήσεις για την προμήθεια, εγκατάσταση, επίδειξη λειτουργίας, της συσκευής μέτρησης πυκνότητας.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 ASTM D4052 «Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter»

2.2 ASTM D1298 «Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method»

2.3 EN ISO 3675 «Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products — Laboratory Determination of Density — Hydrometer Method»

2.4 EN ISO 12185 «Crude Petroleum and Petroleum Products - Determination of Density - Oscillating U-tube Method»

2.5 MIL-DTL-83133 «Turbine Fuel, Aviation, Kerosene Type, JP-8 (NATO F-34), NATO F-35, and JP-8+100 (NATO F-37).

2.6 ASTM D910 «Standard Specification for Aviation Gasolines»

2.7 ΠΕΔ – Α – 00199/2^η Έκδοση/04 Μαΐου 2018 «Πετρέλαιο Κίνησης Οχημάτων»

2.8 ΠΕΔ – Α – 00231/2^η Έκδοση/04 Μαΐου 2018 «Αμόλυβδη Βενζίνη 95 Οκτανίων»

2.9 EN ISO 9001 του κατασκευαστή

2.10 Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26^{ης} Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

2.11 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατ'εξουσιοδότηση της προδιαγραφής, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.»

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Η συσκευή μέτρησης της πυκνότητας που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή ανήκει στην κλάση 6630 με Item Name Code A 16194 κατά NATO ACodP2/3. Επιπλέον, φέρει κωδικό 38432000-2 κατά CPV (Common Procurement Vocabulary).

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1. Ορισμός Υλικού

Η συσκευή να είναι σύμφωνη με τις μεθόδους ASTM D4052, EN ISO 12185 και να ακολουθεί πιστά την αρχή και τα βήματα των προαναφερόμενων μεθόδων.

4.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων

Το σύστημα θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι απολύτως καινούργιο και αμεταχείριστο καθώς επίσης να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτήν την προδιαγραφή. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται από μετασχηματιστή (αν αυτός απαιτείται) και σταθεροποιητή τάσης.

4.3 Φυσικά Χαρακτηριστικά

4.3.1 Η συσκευή να αποτελείται από:

4.3.1.1 Ψηφιακό αναλυτή πυκνότητας αποτελούμενο από ταλαντωτή U-σχήματος με ακρίβεια $\pm 0,1 \text{ kg/m}^3$ ή καλύτερη που να έχει τη δυνατότητα αναγωγής της μετρηθείσας τιμής της πυκνότητας σε θερμοκρασία αναφοράς (15°C) σύμφωνα με τις μεθόδους ASTM D4052 και EN ISO 12185 .

4.3.1.2 Λουτρό θερμοκρασίας σταθερής κυκλοφορίας, ικανό να διατηρεί τη θερμοκρασία του προς κυκλοφορία υγρού σταθερή στους $\pm 0,05^\circ\text{C}$ του επιθυμητού εύρους.

4.3.1.3 Σύριγγες όγκου τουλάχιστον 2 mL, κατάλληλες για την εισαγωγή του δείγματος.

4.3.1.4 Ροή απευθείας ή προσαρμογέας πίεσης, για χρήση ως εναλλακτικό μέσο εισαγωγής του δείγματος στον αναλυτή της πυκνότητας.

4.3.1.5 Θερμόμετρο βαθμονομημένο με διαβάθμιση $0,1^\circ\text{C}$.

4.3.1.6 Βαθμονομημένο αισθητήρα θερμοκρασίας ικανό να μετρά τη θερμοκρασία από τη κυψελίδα με ακρίβεια τουλάχιστον $0,10^\circ\text{C}$.

4.4 Αξιοπιστία

Οι μετρήσεις της συσκευής να έχουν επαναληψιμότητα (repeatability) και αναπαραγωγιμότητα (reproducibility) όπως ορίζεται στις μεθόδους ASTM D4052 και EN ISO 12185.

4.5 Δυνατότητα Συντήρησης

4.5.1 Η συσκευή να παρέχει τη δυνατότητα συντήρησης –βαθμονόμηση σε επίπεδο χρήστη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις μεθόδους ASTM D4052 και EN ISO 12185 (Calibration of Apparatus) και σε επίπεδο εξουσιοδοτημένου τεχνικού σε διαστήματα που καθορίζονται από το τεχνικό εγχειρίδιο της συσκευής.

4.5.2 Να δοθεί τιμοκατάλογος αναλώσιμων.

4.5.3 Τη συσκευή να συνοδεύουν όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και ανταλλακτικά για την εγκατάσταση, πλήρη λειτουργία της καθώς και για την επίδειξη και την εκπαίδευση του προσωπικού του Χημείου, ικανά να καλύψουν είκοσι (20) τουλάχιστον δοκιμές.

4.5.4 Να συνταχθεί ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει δύο (2) τουλάχιστον υποχρεωτικές επισκέψεις το χρόνο, μια (1) ανά εξάμηνο, για έλεγχο, συντήρηση, βαθμονόμηση της συσκευής ή όποια άλλη εργασία απαιτηθεί.

4.5.5 Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της πλήρους κάλυψης συντήρησης, επισκευής και εφαρμογών ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας.

4.6 Περιβάλλον

4.6.1 Η συσκευή να λειτουργεί με σταθεροποίηση τάσης και έντασης καλύτερη από $\pm 0,001\%$ για διακυμάνσεις της τάσης τροφοδοσίας $\pm 10\%$.

4.7 Σχεδιασμός και Κατασκευή

4.7.1 Υλικά / Εξαρτήματα

4.7.1.1 Το σύστημα να περιλαμβάνει αυτόματο δειγματολήπτη τουλάχιστον πενήντα (50) θέσεων δειγμάτων. Ο όγκος του προς μέτρηση δείγματος απαιτείται να είναι σύμφωνος με τα καθοριζόμενα στις μεθόδους ASTM D4052 και EN ISO 12185.

4.7.1.2 Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα αυτόματης έκπλυσης με κατάλληλο διαλύτη και στέγνωμα της κυψελίδας μετά από κάθε μέτρηση.

4.8 Παρελκόμενα

4.8.1 Να συνοδεύεται από κατάλληλο ξηραντικό για ξήρανση του αέρα στεγνώματος.

4.8.2 Να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει στη μνήμη τουλάχιστον είκοσι (20) μετρήσεις.

4.8.3 Να συνοδεύεται από τουλάχιστον πεντακόσια (500) τεμάχια φιαλιδίων (με τα τυχόν παρελκόμενα) κατάλληλων για το δειγματολήπτη.

4.9 Επισήμανση Υλικού

4.9.1 Επί του υλικού και σε κατάλληλη θέση (ει δυνατόν εμφανή) να υπάρχει ανθεκτική στην συνήθη χρήση πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται ανεξίτηλα τα παρακάτω:

4.9.1.1 Η φράση "ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ"

4.9.1.2 Τα στοιχεία του προμηθευτή

4.9.1.3 Ο αριθμός της σύμβασης

4.9.1.4 Τα στοιχεία υλικού.

5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1 Συσσκευασία

Η συνήθης εμπορικού τύπου συσκευασία για την ασφαλή μεταφορά της στο χώρο εγκατάστασης.

6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

6.1.1 Πριν από την παράδοση της συσκευής, ο προμηθευτής προσκομίζει τα πιστοποιητικά από φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένους από τον ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/30/ΕΕ της 26^{ης} Φεβρουαρίου 2014.

6.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

6.2.1 Τη συσκευή να συνοδεύουν όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και ανταλλακτικά για την εγκατάσταση, πλήρη λειτουργία της καθώς και για επίδειξη και εκπαίδευση του προσωπικού του Χημείου, ικανά να καλύψουν είκοσι (20) τουλάχιστον δοκιμές.

6.2.2 Η δοκιμή του προς παραλαβή υλικού θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7.1 Εγκατάσταση

Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της πλήρους εγκατάστασης, της σύνδεσης της συσκευής στο εργαστήριο και τη θέση σε λειτουργία του συστήματος.

7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης

7.2.1 Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί την παροχή συντήρησης (service) και υποστήριξη σε ανταλλακτικά/αναλώσιμα/παρελκόμενα για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο προμηθευτής θα διατηρεί το υλικό σε λειτουργία, αποκαθιστώντας, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, κάθε βλάβη ή μείωση της απόδοσης που οφείλεται σε ελαττωματικότητα του προϊόντος και όχι σε εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού.

7.2.2 Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αναλάβει την εκπαίδευση, που θα γίνει από τους ειδικούς τεχνικούς, του προσωπικού του τμήματος για το χειρισμό του οργάνου (λειτουργία, βαθμονομήσεις, προληπτική συντήρηση) για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί ώστε οι χημικοί του τμήματος που θα εκπαιδευτούν να γίνουν κάτοχοι των ειδικών αυτών γνώσεων.

7.2.3 Το υλικό θα συνοδεύεται από βιβλιογραφία στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

7.2.3.1 Οδηγίες εγκατάστασης (Installation instructions)

7.2.3.2 Οδηγίες λειτουργίας (User's manual)

7.2.3.3 Οδηγίες συντήρησης

7.2.3.4 Καταλόγους με στοιχεία υλικού και περιγραφή υλικού για:

7.2.3.4.1 Ανταλλακτικά

7.2.3.4.2 Αναλώσιμα

7.2.3.4.3 Παρελκόμενα

7.2.4 Το υλικό θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του.

8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

8.1 Χρόνος παράδοσης: Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της τελικής σύμβασης.

8.2 Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή σύνδεση και εγκατάσταση ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των χειριστών.

8.3 Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν ελαττώματα σε υπάρχουσες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποχρεούται όμως να τις ελέγξει και να πιστοποιήσει το «καλώς έχει». Επίσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγξει τις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κ.λ.π.) στο χώρο εγκατάστασης της.

8.4 Ο προμηθευτής πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει δική του τεχνική οργάνωση και εμπειρία και να είναι ικανός για την άμεση αποκατάσταση των ανωμαλιών ή βλαβών που θα παρουσιαστούν στη συσκευή μέσα στο χρόνο εγγύησης και μετά από αυτόν. Παράλληλα με την εγγύηση θα δηλώνεται η δυνατότητα του προμηθευτή να παράσχει τεχνική υποστήριξη για τη συσκευή με σύντομη απόκριση. Να υπάρχει αναφορά για τυχόν εγκατεστημένες συσκευές ίδιες με αυτές που παρουσιάζονται στην προσφορά.

8.5 Σε περίπτωση βλάβης, μέσα στο χρόνο εγγύησης αν αυτή οφείλεται σε εξωγενή αιτία (κακός χειρισμός κ.λ.π.) το κόστος αποκατάστασης δεν βαρύνει τον προμηθευτή. Αντίθετα αν πρόκειται για κακή λειτουργία της συσκευής κάθε είδους κόστους που θα προκύπτει βαρύνει τον προμηθευτή. Αν πρόκειται για επισκευή μείζονος σημασίας ή οποτεδήποτε ζητηθεί από το χειριστή του οργάνου, η επισκευή θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και βαθμονόμησης.

8.6 Θα συνταχθεί ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης που θα περιλαμβάνει δύο (2) τουλάχιστον υποχρεωτικές επισκέψεις το χρόνο (μία (1) ανά εξάμηνο) για έλεγχο αξιοπιστίας/βαθμονόμηση/διακρίβωση ή όποια άλλη εργασία απαιτηθεί.

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τεχνική προσφορά να περιλαμβάνει ακριβή και λεπτομερή περιγραφή της προσφερόμενης συσκευής και να συνοδεύεται από τα εξής:

9.1 Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή.

9.2 Φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» (<http://prodiagrafes.army.gr>), επιλέγοντας αρχικά «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ». Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση

του φύλλου συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές, από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα προδιαγραφή.

9.3 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται τα παρακάτω:

9.3.1 Εργοστάσιο παραγωγής (χώρα, περιοχή, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ) και υποκατασκευαστές εάν υπάρχουν.

9.3.2 Η παραγωγική διαδικασία είναι σύμφωνη με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε ότι αφορά στην τήρηση των κανόνων υγιεινής.

9.3.3 Κατά την κατασκευή της συσκευής δεν χρησιμοποιείται διαδικασία που απαγορεύεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

9.3.4 Η υποστήριξη της συσκευής με ανταλλακτικά υλικά για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια.

9.3.5 Στα ζητούμενα έγγραφα της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνονται τα έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα των προς προμήθεια υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων / πιστοποιητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 6.1.

10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωσή της, μπορεί να γίνει στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία <http://prodiagrafes.army.gr>.