

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 93/24

ΣΥΜΒΑΣΗ

Παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

Στην Αθήνα, σήμερα 17-4-2024, μεταξύ των συμβαλλομένων

1.Ο Χρήστος χ. Τσάμης Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του Γενικού Νοσοκομείου Ν Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο -Πατησιων καλούμενος στο εξής "Νοσοκομείο" και

2.Η εταιρεία ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε., ΑΦΜ 094442268, Ιουλιανού 2 Μεταμόρφωση, Email:admin@protoncy.gr, νόμιμα εκπροσωπούμενη από καλούμενη στο εξής "Ανάδοχος" και αφού τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν υπόψη :

1.Την αρ 13/21 Δ/ξη για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

2.Την τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας

3 . Τις από 03-12-2021 (9η Συν Θεμ Α6) & 03-02-2022 (2^η Συν Θεμ Α270) Αποφάσεις Δ.Σ

4.Την αρ 09/2022 εγκριτική πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5. Την από 3-4-2024 (3η Συν Θέμα Α11) απόφαση παράτασης

Με την παρούσα ο πρώτος συμβαλλόμενος (καλούμενο στο εξής « Νοσοκομείο») αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. (καλούμενη στο εξής «Ανάδοχος») και αυτή αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το εν λόγω έργο της παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

Άρθρο 1^ο

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ της υπ'αριθμ 13/21 Διακήρυξης και του άρθρου 4 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 2^ο

Χρονική διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Άρχεται την 01-05-2024 και λήγει την 31-05-2024.

Άρθρο 3ο

Αμοιβή-Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις

Η δαπάνη για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 46.666,66€ πλέον ΦΠΑ 11.200,00 € και σύνολο με ΦΠΑ 57.866,66 € για τέσσερις (4) μήνες. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (επί του ποσού χωρίς ΦΠΑ).

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ τμηματικά ή εφ'απαξ με μηνιαίο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα εξοφλείται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0887 και θα θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού προσκομιστούν από τον ανάδοχο τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016. Πριν από κάθε πληρωμή ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στο Νοσοκομείο **μαζί με το σχετικό τιμολόγιο** καθώς και :

1. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
2. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- α) 0,02% υπέρ Δημοσίου (αρθ. 36 παρ 6 ν. 4412/16)
- β) 2% επί της καθαρής αξίας (ν. 3580/07)
- γ) 0,1% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων πλέον χαρτοσήμου 3% και επ' αυτού εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ
- (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).
- δ) Φόρος εισοδήματος που αναλογεί ν. 2198/94 επί του καθαρού ποσού της αξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Άρθρο 4ο

Υποχρεώσεις του Αναδόχου –Περιγραφή των εργασιών συντήρησης .

ΤΜΗΜΑ 5 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ. (ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης στα μηχανήματα του οίκου OLYMPUS του παρακάτω πίνακα καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης:

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
TJF-145	ΒΙΝΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ
OEV-262H	ΟΘΟΝΗ MONITOR
PCF-H190TL	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ
OEV 191 H	ΟΘΟΝΗ MONITOR

TJF-145	ΒΙΝΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ
EXERA II CV - 180	ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
EXERA II CLV - 180	ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
GIF - Q165	ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
ETD 3	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
CF - Q165L	ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ
TJF-145	ΒΙΝΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ
CV - 190	ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
CV - 190	ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
CLV - 190	ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
CLV - 190	ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
GIF - 1TH190	ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
GIF - 1TH190	ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
GIF - HQ190	ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
CF - H185L	ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ
CF - HQ190L	ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ
UCR - CO2	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ CO2
UCR - CO2	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ CO2
UCR - CO2	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ CO2
OFP -2	ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ
OFP -2	ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ
EDC PLUS	ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
PRINTER OD9	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
PRINTER OD9	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
FS - L2702D	ΟΘΟΝΗ MONITOR
FS - L2701D	ΟΘΟΝΗ MONITOR
TJF Q180V	ΒΙΝΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ
TJF Q180V	ΒΙΝΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ
FSN IPS710A	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ENDOSCAN	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Τέσσερις (4) προγραμματισμένους ελέγχους προληπτικής συντήρησης και τις έκτακτες βλάβες που θα παρουσιαστούν ενδιάμεσα στις συντηρήσεις.
2. Οι προγραμματισμένες επισκευές περιλαμβάνουν τους παρακάτω ελέγχους και ανταλλακτικά :

- α. Έλεγχος διαρροής
- β. Έλεγχος λειτουργίας
- γ. Ηλεκτρικός / Ιατρικός έλεγχος ασφαλείας
- δ. Αντικατάσταση προστατευτικού ευκάμπτου τμήματος
(περιλαμβανομένου ανταλλακτικών)
- ε. Ρύθμιση γωνιώσεων
- στ. Αντικατάσταση ακροφυσίου (περιλαμβανομένου ανταλλακτικών)
- ζ. Αντικατάσταση εξωτερικού φρένου (περιλαμβανομένου
ανταλλακτικών)
- η. Αντικατάσταση εσωτερικού φρένου (περιλαμβανομένου
ανταλλακτικών)
- θ. Ρύθμιση συρματόσχοινου ανυψωτή
 - ι. Αντικατάσταση δακτυλιδιών (περιλαμβανομένου ανταλλακτικών)
 - κ. Τελικός έλεγχος

Θα περιλαμβάνονται ανταλλακτικά όπως :

- 1.Προστατευτικά ευκάμπτου τμήματος
- 2.Ακροφύσια
- 3.Στεγανοποιητικά δακτυλίδια
- 4.Διακόπτες on / off
- 5.Επαφές συνδετικού
6. Ακίδες στήριξης
- 7.Φίλτρα αέρα
3. Θα περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα ανταλλακτικά για τις επισκευές των μηχανημάτων όπως :
 1. Μονάδα εισαγωγής ασθενή
 - 2.Χειριστήριο για όλους τους τύπους οργάνων
 3. Εξωτερικός σωλήνας εισαγωγής ασθενή για όλους τους τύπους των οργάνων.
 4. Συνδετικά (μονάδα επαφών κλπ) για όλα τα βίντεο –ενδοσκόπια
 5. Εξωτερικοί φακοί ακραίου τμήματος για όλους τους τύπους οργάνων
 - 6.Κανάλια βιοψίας
 - 7.Κανάλια αναρρόφησης
 - 8.Κανάλια αέρα /νερού
 - 9.Φακοί εικόνας
 10. Φακοί φωτισμού
 - 11.Εξωτερική σωλήνα εισαγωγής ασθενή
 12. Σωλήνα φωτισμού

13. Διακόπτες χειριστηρίου
14. Κλειδιά χειριστηρίου
15. Κανάλια συρματόσχοινου ανυψωτή
16. Αντλίες
17. Πλακέτες
18. Τροφοδοτικά .

Δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά όπως λυχνίες XENON, λυχνίες UV, συνδετικά καλώδια (video scope cable, connecting cable, σπινάλ καλώδιο, s-video cable κλπ), συνδετικοί σωλήνες (π.χ. αναρρόφησης, παροχής νερού, παροχής αέρα κλπ). Αναλώσιμα υλικά θεωρούνται επίσης : κάθε είδος φίλτρου, βαλβίδες αέρα / νερού / αναρρόφησης, καλύμματα επαφών, τάπες βιοψιών, βούρτσες καθαρισμού κλπ, και τα οποία μπορεί να απαιτηθούν κατά την ανωτέρω συντήρηση και επισκευές.

4. Η προληπτική συντήρηση γίνεται μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την συντήρηση. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαθέσει την συσκευή για την συντήρηση στον συμφωνημένο τόπο και χρόνο.
5. Ο συντηρητής θα αναλαμβάνει την παροχή <Δανεικών> συσκευών, εφόσον ο χρόνος επισκευής της καλυπτόμενης συσκευής υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού .
6. Ο συντηρητής δεν θα ευθύνεται για την αποκατάσταση βλαβών ή εν γένει ανωμαλιών που προήλθαν
 - α. από επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων τεχνικών του συντηρητή

από συνθήκες που δεν ακολουθούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (π.χ θερμοκρασία ,υγρασία ,τάση δικτύου, χρησιμοποίηση ξένων ανταλλακτικών ή αναλωσίμων ,παροχή υπηρεσιών από προσωπικό ξένο προς την εταιρεία κ.λ.π)
 - β. Από λόγους ανωτέρας βίας (π.χ ατύχημα διακυμάνσεις ρεύματος, κλοπή , κεραυνός πλημμύρα ,τρομοκρατική ενέργεια. κ.λ.π)
 - γ. Από εξωτερικές επεμβάσεις των χειριστών/ κακή χρήση/ πτώση/ υγρασία εσωτερική/ θραύση φακών. Επίσης δεν περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών της εξωτερικής επιφάνειας των μονάδων που γίνεται με εντολή του πελάτη
7. Η τεχνική εξυπηρέτηση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00-16.00) μετά από συνεννόηση με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου το οποίο οφείλει να διαθέσει την συσκευή , στην συμφωνημένη ημέρα και ώρα .
8. Η παρεχόμενη τεχνική εργασία (συντήρηση –επισκευή) θα αναγράφεται στο τεχνικό δελτίο εξυπηρέτησεως που συνοδεύει τη συσκευή το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό του Νοσοκομείου και τον τεχνικό της Εταιρείας.

2. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Ο συντηρητής θα ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών σε κάθε έγγραφη κλήση του <Νοσοκομείου> για βλάβη . Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρου ορίου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2 ημέρες για κάθε ημέρα υπέρβαση χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

ΤΜΗΜΑ 24: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ TOSHIBA

1. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης την πλήρη συντήρηση του Αξονικού Τομογράφου TOSHIBA Asteion S4 και ειδικότερα την :

A. Αξία εργασιών τεσσάρων (4) προληπτικών συντηρήσεων

B. Αξία εργασιών αποκατάστασης απεριορίστου αριθμού βλαβών

Γ.Αξία όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών συμπεριλαμβανομένης και της ακτινολογικής λυχνίας , ανεξαρτήτως του αριθμού των τομών που θα πραγματοποιηθούν .

Στα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται τα παντός είδους αναλώσιμα (φίλμ, εύκαμπτοι μαγνητικοί και οπτικοί δίσκοι , αφρώδη στηρίγματα ασθενών , κτλ)

Τα ανταλλακτικά να είναι καινούργια και να συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύηση .

2.Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τηλεφωνική στήριξη μετά το πέρας του εργασίμου ωραρίου τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και κατά την διάρκεια αργιών και Σαββατοκύριακων από τις 08.00 –21.00

3.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του κατασκευαστή των μηχανημάτων

4.Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και των προβλεπόμενων από αυτές ανοχών .

5.Ο μέγιστος επιτρεπόμενος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (DOWN TIME) του κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών , καθορίζεται στις (15) ημέρες .Ο υπολογισμός του παραπάνω επιτρεπτού χρόνου μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα πραγματοποιηθεί αιτιολογικά στο τέλος του χρόνου ισχύος της σύμβασης , προκειμένου να υπολογισθεί η εφαρμογή της ποινικής ρήτρας της παραγράφου 6 .

6.Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των προβλεπόμενων επιτρεπτών ορίων μη λειτουργίας (DOWN TIME) των μηχανημάτων η εταιρεία θα υποχρεούται να καταβάλλει στο νοσοκομείο το ποσό των 100 ευρώ για κάθε ημέρα πέραν των 15 ημερών .Το ποσό αυτό θα αφαιρείται από το συνολικό τίμημα της σύμβασης .

7.Ο συντηρητής υποχρεούται να προσέρχεται προς αποκατάσταση των βλαβών το ταχύτερο δυνατό από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης , και οπωσδήποτε όχι πέρα των 12 ωρών από την ειδοποίηση

ΤΜΗΜΑ 36: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ TOSHIBA.(ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

Ο Συντηρητής αναλαμβάνει να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης την πλήρη συντήρηση του υπερήχου TOSHIBA και ειδικότερα την :

1 Αποκατάσταση (service) βλαβών .

2 Προληπτική συντήρηση τέσσερις (4)φορές το χρόνο , κατόπιν συνεννοήσεως με το αντίστοιχο τμήμα του Νοσοκομείου για τον αναγκαίο προγραμματισμό .Σε κάθε περίπτωση ,συνέχιση της εκ μέρους του Συντηρητή παροχής υπηρεσιών service θα προϋποθέτει την ορθή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τακτικών ελέγχων προληπτικής συντήρησης .

3 Όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένης και μίας ηχοβόλου κεφαλής ανά σύστημα, πλην των εξαιρουμένων και αναλωσίμων της παραγράφου 10

4 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του κατασκευαστή του Μηχανήματος.

5 Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Συντηρητής θα λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Μηχανήματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή του Μηχανήματος και των προβλεπόμενων από αυτές ανοχών .

6 Ο Συντηρητής δεν θα ευθύνεται για ζημιές ή βλάβες ή καταστροφές που προέρχονται από κακούς χειρισμούς ή επεμβάσεις αναρμόδιων ή μη εγκεκριμένων απ αυτήν προσώπων .

7 Ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας του (DOWN TIME) του Μηχανήματος λόγω βλαβών καθορίζεται στις είκοσι (20) ημέρες μη συμπεριλαμβανομένου των ημερών προληπτικής συντήρησης .Ο υπολογισμός του παραπάνω επιτρεπτού χρόνου μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα πραγματοποιείται αιτιολογικά στο τέλος του συμβατικού έτους. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρου ορίου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% της ετήσιας αμοιβής συντήρησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

8. Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως :

Πυρκαϊά

Πλημμύρα

Σεισμός

Πόλεμος

Διακοπή ρεύματος

Κακή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων .

9. Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τα παραπάνω περιστατικά καθώς και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση του Μηχανήματος θα βαρύνουν αποκλειστικά και θα καλυφθούν από το Νοσοκομείο

10. Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή να αντικαθιστά ανταλλακτικά που υπέστησαν βλάβη εξαιρούνται τα παρακάτω :

Διοισοφάγιοι Ηχοβόλοι Κεφαλές

Παντός είδους αναλώσιμα (φίλμ ,χαρτί, μελάνι,gel,κ.λ.π)

Περιφερειακά εκτυπωτικά συστήματα

11. Αναφορικά και μόνο με τα εξαιρούμενα ανταλλακτικά που αναφέρονται στη παρούσα παράγραφο ο Συντηρητής υποχρεούται το ταχύτερο δυνατό (εντός 24 ωρών) να γνωστοποιεί με fax στο Νοσοκομείο το κόστος οποιουδήποτε ανταλλακτικού , ενώ ο αποδέκτης της ειδοποίησης θα πρέπει με αντίστοιχο fax να προβαίνει στη σχετική παραγγελία .

12. Ο Συντηρητής υποχρεούται να προσέρχεται προς αποκατάσταση των βλαβών εντός οκτώ (8) εργάσιμων ωρών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του Νοσοκομείου στην οποία θα προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος προς διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής επέμβασης και αποκατάστασης του. Η ειδοποίηση του θα πρέπει να λαμβάνεται από το Συντηρητή από τις 08.00 μέχρι της 13.00 κάθε ημέρας , διαφορετικά θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα απευθύνθηκε την επομένη ημέρα Η υποχρέωση αυτή της εταιρείας ισχύει για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία (δηλ από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08.00 έως τις 16.00 εκτός των αργιών)

13. Ο χρόνος DOWN TIME θα αρχίζει να μετράει από τη στιγμή ο Συντηρητής υποχρεούται να προσέλθει για επισκευή μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης υπολογιζόμενων πάντοτε των 8 ωρών εργασίας. Στο τέλος του έτους θα αθροίζονται οι ώρες DOWN TIME θα διαιρούνται δια του 8 (εργάσιμες ημέρες ανά ημέρα) προκειμένου να υπολογισθεί ο συνολικός χρόνος DOWN TIME του μηχανήματος .

14. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης βλάβης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει στο Νοσοκομείο με δικά της έξοδα αντίστοιχο μηχανήμα για την κάλυψη των αναγκών του .

15. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει διαρκώς την κατάλληλη με τις προδιαγραφές του μηχανήματος τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος να εξασφαλίζει τις προβλεπόμενες από το κατασκευαστή συνθήκες θερμοκρασίας υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους κρίσιμους χώρους των μηχανημάτων .

Σε περίπτωση που οι παραπάνω συνθήκες δεν εξασφαλίζονται ο Συντηρητής δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές του Μηχανήματος οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο έτσι ο Συντηρητής δεν θα ευθύνεται για τη καταβολή τυχόν ποινικής ρήτρας λόγω μη λειτουργίας του Μηχανήματος που θα προκύψει εκ του λόγου αυτού .

Άρθρο 5°

Απόρριψη παραδοτέων-Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Νοσοκομείου μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 .

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 6°

Λύση-Καταγγελία της σύμβασης-Έκπτωση Αναδόχου

1. Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον :

α) η σύμβαση έχει υποστεί τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις (πτώχευσης , αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π) και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.5 ή της παρ.7 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010.

3. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 7°

Εγγυήσεις

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Για την άρτια, άριστη, πιστή και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος κατέθεσε στο Νοσοκομείο την υπ' αριθμ..... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Τραπεζής ποσού ευρώ, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στο σύνολό της μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο.

Άρθρο 8°

Εκχωρήσεις

Ο Ανάδοχος δύναται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Νοσοκομείου για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 9°

Ανωτέρα Βία

1. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

- Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του αναδόχου
- Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου

- Πλημμύρα
- Σεισμός
- Πόλεμος
- Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου)
- Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως προς το Νοσοκομείο τα περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που την προκάλεσαν μέσα σε ένα 20/ήμερο από τότε που εμφανίσθηκαν, συνεπεία των οποίων ακολούθησε αδυναμία του Αναδόχου για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, διαφορετικά δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή.

4. Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος.

5. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται απεργία ή στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού του Αναδόχου για οποιονδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος, αφ' ενός υποχρεούται να ειδοποιήσει το Νοσοκομείο τουλάχιστον 48 ώρες πριν και αφ' ετέρου να εξασφαλίσει ίσο αριθμό ατόμων για την διεκπεραίωση των εργασιών που έχει αναλάβει. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 10°

Τροποποίηση της Σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2106 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.

Άρθρο 11°

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Άρθρο 12°

Διέποντα τη σύμβαση έγγραφα

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:

Διακήρυξη

Τεχνική προσφορά Αναδόχου

Οικονομική προσφορά Αναδόχου.

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα και θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα δύο (2) από αυτά κατατέθηκαν στο Νοσοκομείο και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος.

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΤΣΑΜΗΣ