



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Πληρ.: Α.Νίνου
 Τηλ.:2661360-724
 e-mail :a.ninou@gnkerkyras.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κέρκυρα,13/02/2025
Α.Π.: 3116

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, έχοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 ΦΕΚ Α'81/04-04-2005 "Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
- 2.Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3867/2010 «Εξόφληση Προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών»
- 3.Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 50,του Ν.4782/9.3.2021.
- 4.Την υπ'αριθμ.Γ4β/Γ.Π.4435/31-01-2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 85/02-02-2023 Τ.ΥΟΔΔ)περί του διορισμού της κας Εγγλεζοπούλου Αδαμαντίας ως προσωρινής Διοικήτριας του Γ.Ν.Κέρκυρας, αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ.
- 5.Το υπ. αριθμ.πρωτ. 24849/06-11-2024 έγγραφο της Βιοιατρικής Τεχνολογίας με θέμα: Βλάβη απινιδωτή AED AMI SAVER ONE SN:SVD-B0005 του ΤΕΠ.(δεν ενεργοποιείται από το κομβίο ενεργοποίησης)
 Cρν: 31440000-2,50530000-9,Μπαταρίες,Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων
- 6.Την με ημ/νία 31/01/2025 οικονομική προσφορά της εταιρείας « Σ.ΧΑΣΚΟΣ-Χ.ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΟΕ».
- 7.Την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παροχή εργασιών επισκευής και λειτουργικού ελέγχου καθώς και την προμήθεια μιας μπαταρίας LI-SOCL2 για την επισκευή του απινιδωτή AED AMI SAVER ONE με SN:SVD-B0005 του ΤΕΠ, από την εταιρεία «Σ.ΧΑΣΚΟΣ-Χ.ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΟΕ» αναλυτικά όπως περιγράφεται στην ημ/νία 31/01/2025 οικονομική προσφορά της εταιρείας έναντι του συνολικού ποσού των 392,00€ συμπ.ΦΠΑ24% , προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες του Νοσοκομείου.

Η Διοικήτρια
του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ