

Α.Λ.Ε.: α/α 27/2026 (Α.Δ.Α.: ΨΑΒΓ46906Ψ-ΠΙΜ)

Α.Δ.Α. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Α.Δ.Α.Μ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
 «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο: 5/2026
Πλήρους συντήρησης και επισκευής
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
για τρεις (3) μήνες

Στην Νίκαια σήμερα-.....-2026, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», που εδρεύει στην Νίκαια, Δ. Μαντούβαλου 3, Τ.Κ.18454, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 999516730, ΔΥΟ: Νίκαιας, και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1015.E00834.0001, νομίμως εκπροσωπούμενο από την κ., Διοικήτρια του Νοσοκομείου και

2. η εταιρεία με την επωνυμία GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο «GE HEALTHCARE Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Σώρου 8-10, Τ.Κ.15125, τηλ. 210 8930600, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 094472918, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον/την κ.

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Η εταιρεία GE Healthcare Α.Ε. έχει προμηθεύσει στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (ΠΕΛΑΤΗΣ) ένα συγκρότημα ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ του κατασκευαστικού οίκου GE Medical Systems, τύπου Signa HDxt 1.5 T (Optima Edition 23.0) έτους κατασκευής 2013.

Το συγκρότημα αυτό, έχει από τη φύση του ανάγκη ειδικής συντήρησης και παρακολούθησης.

Σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. πρωτ. 68714/1-12-2025 Απόφασης της Διοικήτριας του Νοσοκομείου εκδόθηκε η υπ' αριθμ.76/2025 Πρόσκληση διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, προς την εταιρεία GE Healthcare Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ του κατασκευαστικού οίκου GE Medical Systems, τύπου Signa HDxt 1.5 T (Optima Edition 23.0), για τρεις (3) μήνες.

Με την υπ' αριθμ. 24 (Συνεδρίαση 25/12-01-2025) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε:

- *Η σύναψη σύμβασης με την εταιρεία GE HEALTHCARE Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 32Α του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, κατόπιν της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Συγκροτήματος Μαγνητικού Τομογράφου*

του Γ. Ν. Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», για τρεις (3) μήνες, έναντι του ποσού των **13.500 € + 3.240 € (Φ.Π.Α. 24%) = 16.740 € συμπ/νου Φ.Π.Α.**, σύμφωνα με τους όρους της υπ' αρ. 10/2025 Πρόσκλησης και την κατατεθειμένη από την εταιρεία οικονομική προσφορά (Αρ. Προσφοράς SC_0158/2025).

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναθέτει με την παρούσα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ (οι οποίοι στο εξής στην Σύμβαση αυτή θα αναφέρονται και σαν συμβαλλόμενοι ή συμβαλλόμενα μέρη) και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι αναλαμβάνει την πλήρη συντήρηση, επισκευή και παρακολούθηση του συγκροτήματος με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1^ο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει τη πλήρη συντήρηση και επισκευή του συστήματος μαγνητικής τομογραφίας (ID NO. H2129MR07) και των αναφερόμενων μερών και εξαρτημάτων του, συμπεριλαμβανομένου και του σταθμού εργασίας (ID NO. H2129ADW09), καθ' όλην την διάρκεια της Σύμβασης σύμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστή Οίκου. Προς τούτο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Σε περίπτωση αλλαγών που έχουν επέλθει στο εν λόγω προσωπικό (αλλαγές προσώπων, επιπλέον εκπαιδεύσεις, νέα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, κ.λ.π.) εν σχέσει με τα στοιχεία που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είχε καταθέσει με την προσφορά της για την ανάληψη της προμήθειας, είναι απαραίτητο να υποβληθούν αυτά στον ΠΕΛΑΤΗ προ της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης.

1.2 Η Σύμβαση περιλαμβάνει την συντήρηση και τεχνική Υποστήριξη του συγκροτήματος Μαγνητικής Τομογραφίας και ειδικότερα την κάλυψη:

- ✓ Των εργασιών προληπτικής συντήρησης (μία κατά το χρονικό διάστημα της σύμβασης), σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο οίκος κατασκευής.
- ✓ Των εργασιών διάγνωσης και επιδιόρθωσης βλαβών που προέρχονται από συνήθη χρήση.
- ✓ Ανταλλακτικών σε περίπτωση βλάβης συμπεριλαμβανομένης κρυοκεφαλής κι εξωτερικών πηνίων. Τα χαλασμένα ανταλλακτικά μετά την αντικατάστασή τους θα επιστραφούν στην εταιρεία.
- ✓ Παροχή Υπηρεσίας i Center: επιτρέπει στον πελάτη να λαμβάνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, αναφορικά με την κατάσταση σέρβις του Ιατρικού απεικονιστικού εξοπλισμού, για τον οποίο υπάρχει τρέχουσα σύμβαση, μέσω διασύνδεσης του χρήστη ως σε μία διαδικτυακή τοποθεσία. Η προσβασιμότητα του ΠΕΛΑΤΗ στην υπηρεσία iCenter θα είναι εφικτή εφόσον διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή με διαδικτυακή πρόσβαση και πληροί την ελάχιστη διαμόρφωση που υποδεικνύει η GEHC.
- ✓ Ανταπόκριση τεχνικού της εταιρείας στο Νοσοκομείο κατά τις εργάσιμες ώρες (8:00 – 16:00) και ημέρες, κατόπιν έγγραφης ή τηλεφωνικής ενημέρωσης στο βλαβοληπτικό κέντρο της εταιρείας (τηλ. 210 8930660).
- ✓ Εξασφάλιση προτεραιότητας στο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας (διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και ανταπόκριση).
- ✓ Εξασφάλιση μέγιστου χρόνου εκτός λειτουργίας (DOWN TIME) για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης καθώς και Σαββατοκύριακων κι επίσημων αργιών του κράτους. Λόγω παλαιότητας του συστήματος και σε ενδεχόμενη δυσκολία ανεύρεσης ανταλλακτικών από τον οίκo κατασκευής λόγω λήξης της διάρκειας ζωής του συστήματος, η σύμβαση θα λύεται αυτομάτως και αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη που θα ισχύει από την ημερομηνία απόφασης Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Η Σύμβαση επίσης περιλαμβάνει :

- ✓ την λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών

- ✓ τυχόν επικαιροποιήσεις (updates, patches) του κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ.)

Στην σύμβαση δεν περιλαμβάνεται η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση των:

- ✓ Παντός είδους αναλωσίμων (φίλμ, χαρτί εκτύπωσης, μαγνητο-οπτικοί δίσκοι αποθήκευσης, μπαταρίες, μελάνι, καλώδια ασθενών, οδηγοί εγγραφής CD/DVD recorder, καρέκλα κονσόλας, μπαταρίες, ECG καλώδια, στρώματα, εξαρτήματα τοποθέτησης κι ακινητοποίησης ασθενούς, μπαταρίες UPS).
- ✓ Περιφερειακών συστημάτων (UPS, εγχυτές σκιαγραφικών μέσων, οθόνες υψηλής ανάλυσης, κάμερα ξηράς εκτύπωσης, καρέκλα κονσόλας, PACS, ρομποτάκια, hot lab, μόνιτορ ΗΚΓ, εκτυπωτές φίλμ και χαρτιού) και των εξαρτημάτων τους πλην του σταθμού εργασίας.
- ✓ Υγρού και αέριου Ηλίου.
- ✓ Συστήματος εξωτερικής ψύξης (chiller)
- ✓ Εργασίες για την διατήρηση αρχείου ασθενών - εικόνων εξετάσεων καθώς και εργασίες ανάκτησης δεδομένων.

Σε περίπτωση που η βλάβη δεν δύναται να λυθεί τηλεφωνικώς ο τεχνικός επισκέπτεται άμεσα το Νοσοκομείο για την επιτόπια διερεύνηση του προβλήματος, την επισκευή του συστήματος ή την πιθανή ανάγκη αντικατάστασης ανταλλακτικού.

- Από την αποκατάσταση βλαβών εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την Εταιρεία παράγοντες, όπως:
 - βίαιη καταστροφή
 - όλες οι επίσημα αναγνωριζόμενες περιπτώσεις ανώτερης βίας
 - περιπτώσεις ζημίας ή καταστροφής του μηχανήματος που θα προκληθεί από θεομηνίες (σεισμούς, θύελλες κλπ), από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ), αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, βαρεία αμέλεια ή δόλο
 - σε περίπτωση που υπάρχουν ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή αερισμού, μαγνητική ή άλλη βλαπτική παρεμβολή, χρήση ακατάλληλης πηγής ηλεκτρικής ισχύος (με τάση άλλη από την προβλεπόμενη, χωρίς γείωση κλπ.)
 - σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης του μηχανήματος
 - χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου
 - εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης σε νέους χώρους.

Τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση αυτών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος με τον παρελκόμενο εξοπλισμό.

1.4. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου του συγκροτήματος.

1.5. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβαίνει κατά την άποψή της, σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος, εφ' όσον τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον κατασκευαστικό Οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση της αγοράς του συγκροτήματος. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών.

1.6 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ενημερώνει τον ΠΕΛΑΤΗ σχετικά με τις βελτιώσεις του συγκροτήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.

1.7. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας-βλαβών και συντήρησης του συγκροτήματος, με ευθύνη του Ακτινολογικού

Τμήματος και του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΠΕΛΑΤΗ. Το ημερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από τον αρμόδιο ιατρό του Τμήματος ή ακτινοφυσικό ή τεχνολόγο ακτινολόγο, τον αρμόδιο ηλεκτρονικό του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΠΕΛΑΤΗ και τον υπεύθυνο τεχνικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, οι ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και ο χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος.

1.8 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και να εξασφαλίζει το προσωπικό των συνεργείων του για κάθε περίπτωση ατυχήματος, που τυχόν συμβεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την παρούσα, επί του μηχανήματος.

ΑΡΘΡΟ 2^ο - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1 Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 16.00. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημέρες αποτελούν επίσημες αργίες ή εορτές του χρόνου η προληπτική συντήρηση του μηχανήματος θα μετατίθεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί μετά την αργία.

2.2 Οι επισκευές των βλαβών γίνονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ώρες (8:00 – 16:00) και ημέρες, κατόπιν έγγραφης ή τηλεφωνικής ενημέρωσης στο βλαβοληπτικό κέντρο της εταιρείας. Η προσέλευση των Τεχνικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τις επισκευές θα γίνεται κατά το δυνατόν εντός 4 ωρών, από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της έγγραφης ή τηλεφωνικής ειδοποίησης στα γραφεία της, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 2.4 κατωτέρω, εκτός αν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας δεόντως αποδεδειγμένοι που επιβεβαιώνουν το ανέφικτο της έγκαιρης μετάβασης. Η ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στα γραφεία της τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το Τμήμα Β.Ι.Τ. ή την Τεχνική Υπηρεσία του ΠΕΛΑΤΗ, και τις μη εργάσιμες από το Ακτινολογικό Τμήμα του ΠΕΛΑΤΗ.

2.3 Κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους τεχνικούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα ειδοποιείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με mail ή Fax και αρμόδιος τεχνικός της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΠΕΛΑΤΗ. Παράβαση αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της μη πληρωμής του τιμολογίου που θα εκδίδεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

2.4 Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (**down time**) του συγκροτήματος συμφωνείται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του συγκροτήματος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια εξέτασης. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από την 08.00 πρωινή της επόμενης εργάσιμης ημέρας, από τη ημέρα κλήσης της εταιρείας για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται με αποστολή mail ή fax από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00.

Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος. Ως ώρα ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την 08.00 πρωινή της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα ειδοποίησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.

ΚΟΣΤΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (εκτός σύμβασης) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

<i>Κατηγορία Συστήματος</i>	<i>Ωριαία Χρέωση</i>
<i>Σύστημα Μαγνητικής Τομογραφίας</i>	<i>140,00 €</i>

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %.

ΑΡΘΡΟ 3^ο - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

3.1 Στο τέλος ισχύος της τρίμηνης Σύμβασης θα υπολογίζονται οι ώρες ακινητοποίησης του συγκροτήματος όπως ορίζεται ανωτέρω.

3.2 Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν των δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, θα επιβάλλεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως ποινική ρήτρα πρόστιμο ογδόντα (80) ΕΥΡΩ ανά ώρα ακινητοποίησης.

3.3 Κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης και μετά την παρέλευση είκοσι (20) εργασίμων ημερών χωρίς την αποκατάσταση της βλάβης ή αδυναμία παροχής ανταλλακτικών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αντικαταστήσει το σύνολο του συγκροτήματος με νέας τεχνολογίας και αντίστοιχων τουλάχιστον δυνατοτήτων χωρίς καμμία επιβάρυνση του ΠΕΛΑΤΗ.

3.4 Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται στα ως άνω δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση του μηχανήματος, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από τον ΠΕΛΑΤΗ

3.5 Η παρακράτηση των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται με αφαίρεση από το τρίμηνο συμβατικό τίμημα, ή αν αυτό δεν επαρκεί από την εγγυητική επιστολή είτε τέλος με κάθε νόμιμο μέσον.

ΑΡΘΡΟ 4^ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ / ΠΛΗΡΩΜΗ

4.1 Για τις αναφερόμενες στην παρούσα Σύμβαση πλήρους συντήρησης-επισκευής, για τρεις (3) μήνες, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα καταβάλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ GE Healthcare A.E. το συνολικό ποσό των: **13.500 € + 3.240 € (Φ.Π.Α. 24%) = 16.740 € (5.580 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% / μήνα).**

4.2 Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η τιμή των ανταλλακτικών, των πάσης φύσεων υλικών και εργατικών, τα διάφορα άλλα κόστη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (π.χ. μετακινήσεις, διαμονή, εργαλεία κ.λ.π.).

Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) 0,1% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (αρ. 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 4912/22).

β) 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013.

γ) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007.

Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α.

4.3 Η εξόφληση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την υπό το στοιχείο 4.1 ανωτέρω συμφωνηθείσα αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα πραγματοποιείται σε τρεις (3) μηνιαίες δόσεις κατά την διάρκεια της τρίμηνης σύμβασης, με αντίστοιχες τιμολογήσεις.

Η εξόφληση εκάστου τιμολογίου θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών υπολογιζομένων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΠΛΗΡΩΜΗ:

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και στο Ν.4152 (ΦΕΚ 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης **δεν μπορεί να γίνει** προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου βεβαίωσης από την αρμόδια επιτροπή της καλής εκτέλεσης των προσφερομένων υπηρεσιών σε σχέση με τους προβλεπόμενους όρους της παρούσας σύμβασης.

Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 είναι τα εξής:

- *Πρακτικό παραλαβής – βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών που θα βεβαιώνει ότι η ανάδοχος πραγματοποίησε όλες τις προβλεπόμενες εργασίες, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.*
- *Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών το οποίο θα φέρει όλα τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις στοιχεία περί της κατά την ημέρα χορήγησης της παροχής των σχετικών υπηρεσιών.*
- *Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.*

Σε περίπτωση που το πρωτόκολλο παραλαβής ή το πρακτικό φέρει ξέσματα ή διορθώσεις θα πρέπει στο σημείο αυτό να υπογράφει η Επιτροπή και να τίθεται και η σφραγίδα του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 5^ο – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της τρίμηνης σύμβασης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GE Healthcare A.E. κατέθεσε την υπ' αριθμ. Εγγυητική Επιστολή της Τράπεζας αξίας € και ισχύος μέχρι την 20-05-2026.

ΑΡΘΡΟ 6^ο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επαναλάβει ανάλογη εκπαίδευση με αυτή που είχε παράσχει κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του μηχανήματος, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών ύστερα από αίτημα του ΠΕΛΑΤΗ και χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για εκπαίδευση νέου προσωπικού αυτού (ιατρών, φυσικών ή χειριστών και βιοϊατρικών μηχανικών) μέσα στην περίοδο της τρίμηνης σύμβασης, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ και εφόσον το δικαίωμα αυτό του ΠΕΛΑΤΗ δεν έχει εξαντληθεί σε προηγούμενες ετήσιες συμβάσεις συντήρησης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.1 Διάρκεια σύμβασης τρεις (3) μήνες, ήτοι: από 21-01-2026 έως 20-04-2026.

7.2 Η ανανέωση της Σύμβασης συντήρησης, μετά την λήξη της παρούσας θα γίνει με τους ίδιους όρους, σύμφωνα με την νέα προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που θα ζητηθεί και θα κατατεθεί, κατόπιν εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.

7.3 Σε περίπτωση που το συγκρότημα τεθεί οριστικώς εκτός λειτουργίας κατόπιν απόφασης του ΠΕΛΑΤΗ, η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλόμενους. Σε τέτοια περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα ενημερώσει εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την πρόθεση διακοπής λειτουργίας του συγκροτήματος, τηρώντας προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλει το συμβατικό τίμημα που αναλογεί στον χρόνο λειτουργίας του συγκροτήματος.

7.4 Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να παραταθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 9^ο - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

8.1 Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

8.2 Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, ο ΠΕΛΑΤΗΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

8.3 Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 10^ο - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε **είκοσι (20) ημέρες** από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να **αναφέρει εγγράφως** αυτά και να **προσκομίσει** στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και τα νόμιμα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτή.

Η ανάδοχος εταιρεία δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της σύμβασης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε 3 αντίγραφα, έλαβε το ένα αντίγραφο ο ανάδοχος εταιρεία / συντηρητής και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ****Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ****ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ**

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	Image Compute Node - Gen 4.1 HDxt 16 Channel	12.300,00 €
	nMR - HDMR Driver Module FRU and UG Kit	13.900,00 €
	GP3 ASSEMBLY WITH FRU PACKAGING	22.500,00 €
	HFA with spacer to prevent cable swap FRU Package and Lift Brackets	20.180,00 €
	ACGD SGA PS ASM W/FRU PACKAGING	14.300,00 €
	3t acgd pdu control board fru	4.700,00 €
	AGP2-APS2 Motorola CPCI6020 circuit board	24.100,00 €
	Infiniband Adapter - 6U cPCI, 2 Port, 4X Copper	18.400,00 €
	MGD SCP3 RoHS Compliant board	5.600,00 €
	STIF Assembly	10.700,00 €
	RRF Master Exciter 2 Board with Temperature Compensation	11.850,00 €
	NMR, HFO RECEIVER II	23.100,00 €
	MR - HDxt z400 Host	19.200,00 €
	MR HDMR-2 Host	18.230,00 €
	MR Patient handling power supply	30.100,00 €
	FRU, 1.5T 12 CH POSTERIOR BODY ARRAY AND PACKAGING	23.200,00 €
	FRU, 1.5T 12 CH ANTERIOR BODY ARRAY SINGLE CABLE AND PACKAGING	26.390,00 €
	Service Spare, Sumitomo F-50H Compressor	51.600,00 €
	A3 FRU Kit, Sumitomo Cold Head and Gasket	73.400,00 €
	SRFDII RF AMP 2230683 FRU ASSEMBLY	105.000,00 €
	Low Noise Figure RRxPport15T HLA	51.250,00
	1.5T P-Port 8ch Flex 70 Array	30.200,00
	1.5T P-Port 8ch Flex 50 Array	29.200,00
	1.5T P-Port 8ch Flex 40 Array	29.300,00
	QED 16ch TR Knee Coil with Cable	59.450,00
	8Ch Foot Ankle Coil	57.013,00
	1.5T Value OM HLA Assembly	19.350,00
	ISR MTD HLA Assembly	17.600,00
	1.5T Value RFM HLA Assembly	34.200,00
	Transmit Control Engine (TCE), 1.5T In-Scan Room (ISR)	16.100,00
	MATRESS WITH WINGS (Στρώμα τράπεζας) / 5423606	4.200,00 €
	ΣΤΗΡΙΑΚΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ ΑΚΙΝ. ΚΕΦΑΛΙΟΥ 20X19X2 E8004S	1.100,00 €
	ΣΤΗΡΙΑΚΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ ΑΚΙΝ. ΚΕΦΑΛΙΟΥ (MALE VELKRO HOOKS)/ E8003DJ	1.100,00 €
	Chin strap for head holder / E8003DH	1.100,00 €
	Medium Straps (σετ των 2 τμχ.) / E8004GE	1.030,00 €
	Narrow Straps (σετ των 2 τμχ.) / E8004GD	1.100,00 €
	WIDE STRAPS ΚΩΔ. E8004FC	1.100,00 €

	Metal-Free Carbon Fiber Axial Head Holder E8004TK	3.200,00 €
	ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ ΑΚΙΝ. ΚΕΦΑΛΙΟΥ 20X19X2 E8004S	950,00 €
	E8003DJ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ ΑΚΙΝ. ΚΕΦΑΛΙΟΥ (MALE VELKRO HOOKS)	950,00 €
	Ιμάντας συγκράτησης σώματος ασθενούς Wide Straps Wide Straps Pair of 2	1.100,00 €
	KIT OF COATED WEDGES (12PCS)	1.500,00 €

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α.

Τα ανταλλακτικά δεν έχουν ορισμένο χρόνο ζωής και η αντικατάστασή τους γίνεται μόνο σε περίπτωση βλάβης ή βίαιης καταστροφής.

Για τα αναλώσιμα όπως φιλμ, χαρτί εκτύπωσης, σκιαγραφικά, σύριγγες εγχυτή, οπτικοακουστικά μέσα αποθήκευσης, μαγνητο-οπτικοί δίσκοι αποθήκευσης, μπαταρίες UPS, τα οποία δεν εμπορεύεται η εταιρεία μπορεί το Νοσοκομείο να τα προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο.

Ο κατασκευαστικός οίκος GE Healthcare δύναται να τροποποιεί τους κωδικούς, και την περιγραφή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.